



**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Poznań, dnia 30 września 2020 roku

Dz. Z. P. – 27/26/20

Uczestnicy postępowania

prorowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników odczynników i podłoży hodowlanych oraz dzierżawę analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i wykonywania antybiogramów; dostawę podłoży chromogennych i odczynników do wykrywania karbapenemaz w Ginekologiczno – Położniczym szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

**Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 14.08.2020 roku, pod numerem: 2020/S 157 – 381626**

WYJAŚNIENIE NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśniam:

Dotyczy Pakietu 1.4. Podłoża:

Czy w pozycjach od 4 do 19 nie nastąpiła omyłka pisarska i czy w/w pozycjach nie powinno być zaoferowane podłoża konfekcjonowane po 20 sztuk w opakowaniu przy zachowaniu ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w pozycji 6 oraz w pozycjach od 8 do 15 podłoża konfekcjonowanych po 20 sztuk w opakowaniu przy zachowaniu wymaganej ilości opakowań.

Ponadto Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów rozdziału III pkt 5 ppkt 5.2. z rozdziałem VI pkt 2.5. ppkt 2.5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia koryguje zapis rozdziału VI pkt 2.5. ppkt 2.5.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Oświadczenia, że oferowane odczynniki / urządzenia posiadają Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy).*”



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 72
e-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl

