



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 27 (IGŁY, STRZYKAWKI, RURKI) Nr sprawy: ZP-23-153UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pakiet 6 poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę ze skalą nominalną (bez rozszerzenia) **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę o pojemności 3 ml z pozycji nr 1 ze skalą nominalną. Pozycja nr 2 zgodnie z SWZ.**
2. Pakiet 6 poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kompatybilność z lekami cytostatycznymi przy podaży i rozpuszczaniu leków cytostatycznych ma być potwierdzona oświadczeniem producenta dołączonym do oferty. **Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania strzykawkę do podaży i rozpuszczania cytostatyków. Zgodnie z przedmiotowymi środkami dowodowymi wskazanymi w rozdziale II ust. 2 SWZ pkt 1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1.1 Opisy, foldery, katalogi, ulotki, dokumentacja techniczna w języku polskim potwierdzające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry. Z dołączonego opisu/folderów/katalogu musi jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SWZ. Jeżeli przedstawiony dokument nie zawiera wszystkich informacji potwierdzających wszystkie wymagane parametry, Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego wymagane parametry**
3. pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści igły sterylne, jednorazowe do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach: pozycja nr 1- 1,2x88 pozycja nr 2-1,1x88? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania wymiarów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.**