



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 09.07.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 31**

Dotyczy: Zadanie 19 - aparat EKG

**1. Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem dolnoprzepustowym zintegrowanym z filtrem zakłóceń mięśniowych: wyłączony/25/35/45/75/100/150/250/350Hz, w tym zakres filtru zakłóceń mięśniowych to wyłączony/25/35/45, zakres filtru dolnoprzepustowego to 75/100/150/250/350Hz?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**2. Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o pasmie analizy sygnału EKG 0.01 - 350 Hz?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**3. Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 3.6 kg i wymiarach 285mm\*360mm\*94mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**4. Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści 12 odprowadzeniowe EKG?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**5. Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym ekranem dotykowym LCD o przekątnej 10,4" i rozdzielczości 1024\*768 px?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/8105982