



Opole, dn. 23.11.2021r.

L.dz. 1120/DO/2021

Nr sprawy: ZP 7/2021

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa pras do automatycznej preparatyki krwi.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści zmianę treść opisu specyfikacji z "Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu jednakowych, pojedynczych i fabrycznie nowych (nie używanych) pras do automatycznej preparatyki krwi" na:

"Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nie używanych) pras do automatycznego rozdziału składników krwi pełnej umożliwiających jednoczesne przetwarzanie 6 jednostek krwi pełnej za pomocą pras pojedynczych lub pras podwójnych."

Powyższa zmiana dopuści wysoce konkurencyjne prasy podwójne do uczestnictwa w przetargu. Testowana prasa podwójna została pozytywnie odebrana podczas testów. Prasy podwójne posiadają również zaletę oszczędności miejsca w pracowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający umożliwi zaoferowanie pras podwójnych w przypadku zaoferowania poniższych konfiguracji:





- a) 2 szt. pras podwójnych i 2 szt. pras pojedynczych ?
- b) 3 szt. pras podwójnych i 1 szt. prasy pojedynczej jako backup ?
- c) 3 szt. pras podwójnych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pras podwójnych.

Pytanie nr 3

Dot. pkt. 1. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 7 – Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z prasami komputera wraz z oprogramowaniem umożliwiającym gromadzenie danych oraz zapewniającym automatyczny przekaz danych do wskazanego przez zamawiającego folderu w formie pliku np. CSV. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga uruchomienia transmisji danych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informacje czy odpowiedzialność i koszt podłączenia transmisji danych leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga uruchomienia transmisji danych, konieczne jest natomiast dostarczenie dokumentacji technicznej opisującej strukturę pliku wynikowego.

Pytanie nr 4:

Dot. pkt. 3. Gwarancja, ppkt. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy serwisowe w przypadku awarii i uszkodzeń, niewynikających z winy Zamawiającego (w przypadku awarii lub zużycia części, koszt części i wymiany ponosi Wykonawca). Zgłoszenia będą realizowane w formie telefonicznej oraz pisemnej i przesyłane na adres e-mail Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i wprowadza stosowną zmianę w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 5

Dot. pkt. 3. Gwarancja, ppkt. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność wszystkich części zamiennych/zapasowych do jednostki centralnej nadzorującej pracę urządzeń (np. oprogramowanie itp.) w czasie trwania gwarancji





oraz przez okres 10 lat od zakończenia gwarancji na urządzenia. W przypadku braku dostępności części zamiennych w okresie gwarancji – wykonawca dostarczy nowy komputer PC z legalnym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem nadzorującym pracę urządzeń. Po zakończeniu okresu gwarancji – wykonawca zagwarantuje dostępność komputera PC z legalnym systemem operacyjnym oraz oprogramowania nadzorującego pracę urządzeń.”

Komputer PC jest urządzeń zewnętrznym dostarczany przez wykonawcę w specyfikacji aktualnie spełniającej wymagania oprogramowania nadzorującego pracę urządzenia. Z uwagi na postęp technologiczny producenci komputerów PC dostarczają je w małych seriach. W przypadku wystąpienia awarii producenci decydują się na wymianę na nowy komputer PC z legalnym systemem operacyjnym w specyfikacji nie gorszej niż obecnie posiadany jednocześnie spełniający wymagania oprogramowania nadzorującego pracę urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i wprowadza stosowną zmianę w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 6

Dot. pkt. 3. Gwarancja, ppkt. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

"Jeżeli aparatura lub jej element będzie wymagała trzykrotnej naprawy uszkodzonej części w ciągu okresu gwarancji oraz przestój aparatu podczas tych napraw będzie dłuższy niż 120 godziny w dni robocze, na wniosek Zamawiającego Wykonawca wymieni aparaturę lub jej element na inny, wolny od wad."

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i wprowadza stosowną zmianę w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 7

Dot. Pkt. 3. Gwarancja, ppkt. 6 - Proszę o określenie:

- kosztu wykonania jednorazowej walidacji urządzenia przez użytkownika (cena netto oraz obowiązująca stawka VAT),
- formy płatności,





- terminu płatności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla zapis znajdujący się w pkt 3, ppkt 6 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 8

Dot. Pkt. 3. Gwarancja, ppkt. 6 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

" W przypadku wymiany podzespołów aparatury lub zmiany oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji operacyjnej oraz niezbędnej pomocy podczas kwalifikacji procesowej wykonywanej przez zamawiającego (w przypadku, gdy będzie ona konieczna). W przypadku wymiany urządzenia na nowe dodatkowo przeprowadzi kwalifikacje instalacyjną."

Wykonawcy mogą samodzielnie wykonać niektóre z czynności podczas procesu walidacji urządzenia np. kwalifikację operacyjną. W przypadku kwalifikacji procesowej mogą wykonać niektóre czynności samodzielnie pod nadzorem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla zapis znajdujący się w pkt 3, ppkt 6 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 9

Dot. pkt 6 a) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści prasy wyposażone w 4 głowice zgrzewające położone powyżej pojemnika z krwią pełną i jedną głowicą położoną poniżej pojemnika, z detektorami optycznymi zintegrowanymi w dwóch górnych głowicach?

Dodatkowo prasa wyposażona jest w zespół czujników optycznych przednich znajdujących się na prasie głównej. Czujniki optyczne górne i przednie zapewniają pełną kontrolę przepływu komponentów, precyzyjne wykrywanie i stabilizowanie warstwy kożuszka leukocytarno – płytkowego i tym samym optymalną separację składników krwi.

Prasa posiada także kontrolę umieszczenia drenów w odpowiedniej głowicy. Wszystkie głowice wyposażone są w dwukolorowy wskaźnik świetlny, która prowadzi użytkownika przez proces układania drenów. Głowice sygnalizują kolorem zielonym prawidłowe ułożenie drenu, a kolorem czerwonym nieprawidłowe. Sposób umieszczenia pojemników i drenów na prasie jest łatwy i intuicyjny.





Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza pras niespełniających wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Pras muszą być wyposażone w przynajmniej 4 głowice optyczne, które oprócz zasygnalizowania nieprawidłowości w separacji posiadają funkcję natychmiastowego przzerwania nieprawidłowego procesu zgrzaniem drenów.

Pytanie nr 10

Dot. pkt 6 c) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści pras z funkcją kontrolowanego, grawitacyjnego dodawania roztworu wzbogacającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga funkcji automatycznego dodawania roztworu wzbogacającego.

Pytanie nr 11

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących wyposażenia pras w system automatycznego otwierania kroćców (pojemnika macierzystego, pojemnika KKCZ i pojemnika z roztworem wzbogacającym). Czy Zamawiający wymaga trzech automatycznych łamaczy tj. dla pojemnika macierzystego (łamacz umieszczony na prasie głównej), dla pojemnika na KKCZ (łamacz umieszczony z boku pras na wagomieszarce dla pojemników w konfiguracji góra-dół przeznaczony dla pojemnika zawierającego RW), a także dodatkowy łamacz dla pojemnika z roztworem wzbogacającym np. dla pojemników w konfiguracji góra-góra (umieszczany dodatkowo u góry pras na dodatkowej wadze)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga trzech automatycznych łamaczy (dla pojemników macierzystych, pojemników KKCZ oraz pojemników z roztworem wzbogacającym) umożliwiających zastosowanie wszystkich dostępnych na rynku pojemników do poboru krwi, przy czym Zamawiający nie określa gdzie łamacze mają być umieszczone.

Pytania nr 12

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z prasami układu podtrzymania zasilania UPS?





Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z prasami układu podtrzymywania zasilania UPS przez ok. 5 minut.

Pytanie nr 13

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w kalkulacji cenowej kosztów „punktu dostępowego” dla systemu informatycznego (np. Banku Krwi)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga uwzględnienia kosztów „punktu dostępowego” – ewentualny koszt przesyłania danych pozostaje po stronie Zamawiającego. Uruchomienie transmisji danych nie jest wymagane, konieczne jest natomiast dostarczenie dokumentacji technicznej opisującej strukturę pliku wynikowego.

Powyzsza treść pisma i załączników do niego stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy je uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.

Załączniki:

1. Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Sporządziła: Hanna Siuta

