

Wrocław, dnia 16.04.2025r.

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej, poduszek szpitalnych, kocy szpitalnych, odzieży roboczej dla pracowników szpitala, fartuchów, koszul szpitalnych, obuwia roboczego, materaców na łóżka szpitalne i odzieży ochrony radiologicznej

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE:

Czy w pakiecie 15 w pozycji 1 formularza cenowego w opisie "gumowa nakładka na wewnętrznej stronie oprawek" chodzi o: - gumowane zauszuki czy - gumowane noski?
Okulary nie posiadają więcej elementów gumowych. Mogą mieć natomiast nakładki z pianki, które zapobiegają pyłowi i podwyższają komfort noszenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że miał na myśli gumową nakładkę na wewnętrznej stronie oprawek (nakładkę przylegającą do twarzy, w okolicach oczu).

Dopuszcza jednak jej brak lub wykonanie tego elementu z innego typu materiału przy zachowaniu wymaganej ochronności radiologicznej, opisanej w karcie parametrów dla zadania 15 poz. 1. Odnosząc się do dalszej części pytania Zamawiający dopuszcza zarówno gumowane jak i piankowane noski oraz gumowane zauszuki, nie czyniąc z tych parametrów wymogu.