

Zielona Góra 30.05.2022 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),, którego przedmiotem zamówienia jest **Zakup pierwszego wyposażenia na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – aparatura medyczna w ramach utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., nr referencyjny: LI.280.3.2022.**

## ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

### I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1** dot. Zad. 1 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrywy kontenera wykonanej z aluminium?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 2** dot. Zad. 1 pkt. 18

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednego z trzech rozmiarów trepanów do wyboru przez Zamawiającego czy wszystkich trzech?

**Odpowiedź:** *Zamawiający oczekuje możliwości wyboru dwóch rozmiarów trepanu z opisanych w pkt 18 Formularza cenowo-technicznego.*

**Pytanie 3** dot. Zad. 1 pkt. 17

Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości frezów Zamawiający oczekuje wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** *Zamawiający oczekuje 10 szt. frezów.*

**Pytanie 4 Dotyczy: FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 2**

Czy, z uwagi na zróżnicowane stawki VAT dla aparatury medycznej (8%) i wyspecyfikowanych elementów nie będących wyrobem medycznym (23%), Zamawiający zezwoli na modyfikację tabeli kalkulacyjnej polegającej np. na wyodrębnieniu stawki VAT8% i 23%?

**Odpowiedź:** *Zamawiający zezwala.*

**Pytanie 5 Dotyczy: SWZ ROZDZIAŁ IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z interpretacją przepisów Ustawy PZP zwracamy się z wnioskiem o określenie terminu wykonania zamówienia w tygodniach ze wskazaniem daty / wydarzenia, od której wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do jej wykonania.

W sytuacji gdy sama procedura wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy przedłuża się, automatycznie skraca się termin wykonania zamówienia, co bywa źródłem sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Zakładając, że wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy nastąpi w ramach terminu związania ofertą (29.06.2022), termin wykonania przedmiotowego zamówienia może być określony jako 9 tygodni (31.08.2022) od daty podpisania umowy. Zmiana zapisu nie wpływa na ostateczny termin wykonania umowy.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że zamówienie należy zrealizować do 31.08.2022 r. od dnia zawarcia umowy.*

**Pytanie 6 Dotyczy: SWZ ROZDZIAŁ IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i wzór umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub działania tzw. siły wyższej?

**Odpowiedź:** *Zgodnie ze wzorem umowy Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie 7 Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2**

Dotyczy: Parametry techniczne, pkt. 5 „System umożliwiający ocenę stanu pacjenta na oddziale szpitalnym poprzez import danych z HIS oraz wyliczenie pochodnych np. EWS, NEWS2, z-score”.

Czy w celu realizacji funkcjonalności opisanych w Formularzu Cenowo – Technicznym - zadanie nr 2 Zamawiający umożliwi Wykonawcy, po podpisaniu stosownej umowy o ochronie danych osobowych, dostęp do danych systemu HIS? Czy będzie to możliwe za pośrednictwem bezpośredniego dostępu do bazy danych systemu HIS w trybie „tylko odczyt” ?

**Odpowiedź:** *Tak, zamawiający umożliwi wykonawcy, po podpisaniu stosownej umowy, dostęp do danych systemu HIS.*

**Pytanie 8 Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2**

Dotyczy: Parametry techniczne, Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdny – 9 sztuk; pkt 25

Prosimy o określenie wymaganej w dostawie ilości statywów jezdnych.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga 9 sztuk statywów opisanych w pkt 25.*

**Pytanie 9 Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2**

Dotyczy: Parametry techniczne, Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdny – 9 sztuk; pkt 30

Prosimy o określenie wymaganej w dostawie ilości skanerów kodów kreskowych.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga 9 sztuk skanerów opisanych w pkt 30.*

**Pytanie 10 Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2**

Dotyczy: Parametry techniczne, Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdny – 9 sztuk; pkt 45, 46, 47, 48, 49.

Zamawiający w punkcie 45 wymaga dostawy „Na wyposażeniu minimum 3 rozmiary mankietów dla dorosłych i pediatryczne”. Równocześnie w punktach 46, 47, 48, 49 specyfikuje jedynie rozmiary mankietów dla dorosłych i neonatalne. Prosimy o doprecyzowanie, czy mankiety pediatryczne wymagane są w dostawie, w jakich rozmiarach i ilościach. Standardowo oferowane są mankiety pediatryczne o rozmiarach 15-21cm i 12-16cm.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga dostarczenie również mankietów pediatrycznych w dwóch rozmiarach 15-21 cm i 12-16cm do każdego kardiomonitora.*

**Pytanie 11 Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2**

Dotyczy: Parametry techniczne, Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdny – 9 sztuk; pkt 59 i 61.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostawy 9 sztuk wielorazowych czujników palcowych typu klips dla pacjentów dorosłych do pomiaru saturacji i respiracji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga 9 szt. wielorazowych czujników opisanych w pkt 59 oraz 1 szt. czujnika dla dorosłych opisanego w pkt 61.

**Pytanie 12** Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2

Czy Zamawiający udostępni wydzieloną przestrzeń serwerową konieczną do instalacji systemu monitorowania pacjentów w formie dwóch serwerów wirtualnych lub fizycznych o parametrach: 1. min. 50GB SSD/HDD, 8 GB RAM, 2. Min. 100GB HDD, 8GB RAM, 1GB NIC?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie udostępni zasobów sprzętowych w postaci serwerów wirtualnych bądź fizycznych. Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby instalacji systemu monitorowania pacjentów leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 13** Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy

Dotyczy § 5 ust. 3 i 3a

Prosimy o potwierdzenie, że czas usunięcia naprawy określony w § 5 ust. 3 (10 dni) i 3a (12 dni) ma być liczony jako dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a nie dni kalendarzowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 14** Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy

Dotyczy § 5 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, że łączny czas przestoju aparatury, spowodowany awariami określony w § 5 ust. 4 (21 dni w okresie jednego roku) nie dotyczy dni, w których Zamawiający dysponuje aparaturą zastępczą dostarczoną na czas naprawy, jako że użytkownicy mają zapewnione wówczas normalne warunki pracy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 15** Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy

Dotyczy § 5 ust. 5

Prosimy o zmianę brzmienia wymagania na:

W przypadku awarii sprzętu będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili uzyskania informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8.00 a 17.00, do wstawienia aparatury zastępczej na czas naprawy, o parametrach nie gorszych niż zaoferowana aparatura.

Uzasadnienie:

Informacja o awarii może wpłynąć po koniec dnia poprzedzającego dni wolne od pracy, tak że Wykonawca byłby zobowiązany dostarczyć aparaturę zastępczą w dniu ustawowo wolnym od pracy, co w przypadku przedmiotu zamówienia nie wydaje się konieczne, gdyż nie jest to sprzęt bezpośrednio ratujący życie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów w § 5 ust. 5 wzoru umowy.

**Pytanie 16** Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy

Dotyczy § 6 ust. 1

Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych z uwagi na to, iż nie jest to sprzęt bezpośrednio ratujący życie, natomiast Wykonawca musi uwzględniać ewentualne kary w kalkulacji kosztów i wysokie kary niepotrzebnie podwyższają cenę oferty.

Proponujemy następujące brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone procentowo w stosunku do wartości przedmiotu umowy, podanej w § 2 ust.1 w następujących przypadkach:

1) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki;

- 2) zwłoki w instalacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki;
- 3) zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki;
- 4) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% za każdy dzień nie dostarczenia aparatury zastępczej;
- 5) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 4 w wysokości 0,2% za każdy dzień przestoju aparatury przekraczający wskazany limit.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **Pytanie 17** Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy

Dotyczy § 7 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy, rozumiane jako opóźnienie spowodowane działaniem siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i czynników niezależnych od Wykonawcy pomimo zachowania należytej staranności, nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej ani naliczania kar umownych.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy spowodowane działaniem siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego nie rodzi odpowiedzialności odszkodowawczej. W kwestiach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie przez nią nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

#### **Pytanie 18**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „,... od chwili uzyskania informacji od Zamawiającego” na „,...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **Pytanie 18**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone procentowo w stosunku do wartości przedmiotu umowy, podanej w § 2 ust.1 w następujących przypadkach:

1) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości **0,5% wartości brutto niedostarczonej części umowy** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części umowy;**

2) zwłoki w instalacji przedmiotu umowy w wysokości **0,5% wartości brutto niezainstalowanej części umowy** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezainstalowanej części umowy;**

3) zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,5% **wartości brutto wadliwej części umowy** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy;**

4) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 5 w wysokości **0,5% wartości brutto wadliwej części umowy** za każdy dzień nie dostarczenia aparatury zastępczej, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy;**

5) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 4 w wysokości 0,5% **wartości brutto wadliwej części umowy** za każdy dzień przestoju aparatury przekraczający wskazany limit, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy**

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź:** *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

## II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W miejsce dotychczasowych załączników:

- Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy

wprowadza się:

- Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 30.05.2022 – Wzór umowy

## III. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

**Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:**

### 1. Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

**Było:** 1. Wykonawca jest związany ofertą przez **30** dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do **dnia 29.06.2022 r.**

**Jest:** 1. Wykonawca jest związany ofertą przez **30** dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do **dnia 02.07.2022 r.**

### 2. Rozdział XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2

**Było:** 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **31.05.2022 r. do godziny 8:00.**

**Jest:** 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **03.06.2022 r. do godziny 8:00.**

### 3. Rozdział XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 4

**Było:** 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.05.2022 r. o godzinie 8:05** poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

**Jest:** 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.06.2022 r. o godzinie 8:05** poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.



Na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**PREZES ZARZĄDU**  
**dr Marek Działoszyński**  
*podpis na oryginale*

**UWAGA**

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

**Publikacja:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgora/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings)  
a/a LI.280.3.2022