

Warszawa, 24 sierpnia 2023 roku

BAD.241.2.7.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Dotyczy Rozdziału 3 – dygestorium stołowe chemoodporne z obniżonym sufitem

Czy Zamawiający dopuści usytuowanie gniazd 230V oraz zaworów wody zimnej w panelu frontowym pod blatem dygestorium, tego typu usytuowanie jest bardziej ergonomiczne i znacznie ułatwia pracę operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usytuowanie gniazd 230V oraz zaworów wody zimnej w panelu frontowym pod blatem dygestorium. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 10 formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2C do SWZ w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 2:

Dotyczy Rozdziału 3 – dygestorium stołowe chemoodporne z obniżonym sufitem

Czy ze względu na odchyły tolerancji ceramiki Zamawiający dopuści zlewki ceramiczne o wymiarach 295x145x245mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zlewki ceramiczne o wymiarach 295x145x245 mm. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 5 formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2C do SWZ w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 3:

Dotyczy Rozdziału 3 – dygestorium stołowe chemoodporne z obniżonym sufitem

Czy Zamawiający odstąpi od wymagań: - rozpoznanie i sygnalizacja stanu zaniku napięcia zasilania - funkcja ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania wyżej wymienione wymagania nie mają wpływu na pracę odciążu oparów niebezpiecznych, podczas zaniku napięcia wyłączony zostaje wentylator i dygestorium nie spełnia swojej funkcji. Dodatkowe wyposażenie w postaci akumulatora oraz systemu sygnalizacji zaniku napięcia, wpływa tylko na dodatkowy wzrost kosztów związanych z zakupem urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagań - rozpoznanie i sygnalizacja stanu zaniku napięcia zasilania. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 11 formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2C do SWZ w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 4:

Dotyczy Rozdziału 3 – dygestorium stołowe chemoodporne z obniżonym sufitem

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach:1800x960x2400mm gdzie przy wymiarach zewnętrznych i usytuowaniu zaworów oraz gniazd na panelu podblatowym pozwala na blat roboczy o wymiarach:1748x745mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dygestorium o wymiarach 1800x960x2400, Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w pkt. 1 formularza warunków

technicznych, stanowiącego załącznik nr 2C do SWZ. Wymaganie podyktowane jest organizacją stanowiska pracy. Zamawiający planuje postawić pod dygestorium dwa urządzenia do mineralizacji białka z neutralizatorami oparów, których łączny wymiar przekracza długość 1800 mm.

Pytanie 5

Dotyczy Rozdziału 1 – gęstościomierz oscylacyjny

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozdzielczości ekranu 640 x 480?

Odpowiedź

Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 22.08.2023 roku dopuścił urządzenie o rozdzielczości ekranu 640x480. W zakresie wynikającym z pytania Zamawiający dnia 22.08.2023 roku dokonał modyfikacji formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ.

Działając w trybie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2C do SWZ w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiany w załączniku zostały zaznaczone kolorem żółtym i czerwoną czcionką. Zmodyfikowany formularz warunków technicznych stanowiący załącznik nr 2C do SWZ w brzmieniu zmienionym od 24 sierpnia 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na 31 sierpnia 2023 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na 31 sierpnia 2023 roku na godz. 10:00**.

Ewa Krzyżewska-Kuran

Dyrektor Generalny

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/