

Toruń, dnia 17-12-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-134/24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę sond do żywienia dojelitowego.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zgodnie z art.135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1320), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 pozycji 4 zgłębnika z całkowicie nieprzezroczystego poliuretanu w kolorze białym, gdyż zgłębnik o wyspecyfikowanych parametrach dostępny jest tylko w takim kolorze. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, czy zestaw do pompy Flocare Infinity wyspecyfikowany w zadaniu nr 1 pozycji 7 ma służyć do podaży diet w butelkach – butelki 500 ml oraz 200 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zestaw do pompy Flocare Infinity wyspecyfikowany w Zadaniu Nr 1 pozycji 7 ma służyć do podaży diet w butelkach.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem