

Znak procedury: LI/5503/09/2023

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Dział Inżynierii Klinicznej, bud. A-V, pok. 29

Odpowiedzi do zapytania ofertowego LI/5503/09/2023 „**Wykonanie obsługi serwisowej urządzeń medycznych produkcji firmy ERBE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II**”

1. Dot. Umowa

Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.” Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych przedstawienie oferty cenowej, a tym samym naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający przychylił się do prośby zawartej w pytaniu i nadaje paragrafowi brzmienie:

„Wykonawca zastrzega sobie, że gdy w trakcie trwania umowy nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu trwałego braku dostępności części zamiennych z uwagi na określony przez Producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Producenta i co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę, Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w § 2 ust. 4a. W przypadku niewykonywania naprawy z powodu braku dostępności części zamiennych, Zamawiającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia finansowe z tego tytułu”.

2. Dot. Umowa par.1 ust.4

Wnioskujemy o wydłużenie czasu na przedstawienie kosztorysu naprawy z 2 dni na 4 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia awarii do serwisu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Par. 1 ust. 4, przyjmuje brzmienie:

*„Wynagrodzenie za naprawy ustalone będzie przez Strony każdorazowo odrębnie na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę do akceptacji. Kosztorys obejmować będzie przewidywalną ilość roboczogodzin i koszt części do naprawy bądź wymiany. Kosztorys zostanie przedstawiony do **4 dni roboczych** od dnia zgłoszenia awarii do serwisu. W przypadku braku akceptacji naprawy przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego Wykonawca wystawi stosowne orzeczenie techniczne o którym mowa w punkcie 5.
Koszty stałe napraw, tj. stawkę za roboczogodzinę określa **Załącznik nr 1** do Umowy.”*

3. Dot. Umowa par.1 ust.5

Wnioskujemy o wydłużenie czasu na wystawienie orzeczenia technicznego uprawniającego Zamawiającego do wycofania urządzenia z eksploatacji z 2 dni na 4 dni robocze licząc od dnia otrzymania zlecenia na wystawienie takiego orzeczenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Par. 1 ust. 5, przyjmuje brzmienie:

*„Wykonawca wystawi orzeczenie techniczne uprawniające Zamawiającego do wycofania urządzenia z eksploatacji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu **4 dni roboczych** od dnia otrzymania zlecenia na wystawienie takiego orzeczenia. Orzeczenie techniczne zostanie przesłane do Działu Inżynierii Klinicznej na adres z którego zostało wysłane zlecenie do serwisu.”*