

Wrocław, dnia 28.03.2024r.

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytania z dnia 13.03.2024 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści substytut kości zbudowany z 95% β -trójfosforanu wapnia i 5% hydroksyapatytu. Porowatość 50-70%. Wielkość porów 300-500 μ m. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 poz. 1.1

Czy Zamawiający w poz. 1.1 wyrazi zgodę na dopuszczenie syntetycznego substytutu kości, o pojemności 2cc.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 17 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

“Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w wysokości 1% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 oraz w § 5 ust. 1 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
- 2) w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
- 3) w wysokości 1% wartości towarów, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 5 ust. 7, § 6 ust. 3, ust. 7 i ust. 8 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
- 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;”

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn.

akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 16 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

“Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w wysokości 1% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 oraz w § 5 ust. 1 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
- 2) w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
- 3) w wysokości 1% wartości towarów, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 5 ust. 7, § 6 ust. 3, ust. 7 i ust. 8 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
- 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;”

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem

jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

III. Zgodnie z § 14 ust. 9 projektu umowy:

„W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 9 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

- 1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,
- 2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:
 - a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,
 - b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki.

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy”

W związku z powyższym prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 14 ust. 9 poprzez zmianę powyższego postanowienia na „W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, strony zgłaszają chęć zmiany wynagrodzenia wnioskiem uzasadnieniem, a strona która otrzymała wniosek może wyrazić zgodę na zmianę wynagrodzenia poprzez zawarcie aneksu do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 9 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Zamawiającego, złożony najwcześniej co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,

b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z § 15 ust. 9 projektu umowy:

„W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 9 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,

b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki.

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy”

W związku z powyższym prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 15 ust. 9 poprzez zmianę powyższego postanowienia na „W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, strony zgłaszają chęć zmiany wynagrodzenia wnioskiem uzasadnieniem, a strona która otrzymała wniosek może wyrazić zgodę na zmianę wynagrodzenia poprzez zawarcie aneksu do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 9 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Zamawiającego, złożony najwcześniej co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,

b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

V. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy ustalającego odstąpienie od umowy za opóźnienie w dostawie na odstąpienie od umowy zwłokę (co oznaczałoby zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę” we właściwym postanowieniu umownym).

Zgodnie z art. 433 pkt 1) PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę postanowienia jak wyżej opisano.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy zapisów rozdz. II pkt 1 ppkt. 2) i 5) SWZ w nawiązaniu do zapisów załącznika nr 6g do SWZ, tj. Wzór umowy II (Dotyczy Zadań: 6, 10 - 26 , 31, 32, 33, 41, 42,43) w odniesieniu do zadań nr 10-23, 25, 26

Zgodnie z zapisami rozdz. II pkt 1 ppkt. 2) i 5) SWZ

II. Wymagania stawiane wykonawcy

1. *Przedmiot zamówienia*

2) *Każdorazowy termin dostawy nie może przekroczyć do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.*

5) *Termin dostaw: 1 dzień od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.*

Ponadto zgodnie z zapisami § 3. ust. 2 załącznika nr 6g do SWZ:

2. *Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie - 1 dzień roboczy od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.*

W związku z powyższymi rozbieżnościami zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, ile wynosi termin dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie pakietów nr 10-23, 25, 26 – 1 czy 2 dni robocze od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail?

Odpowiedź

W związku z rozbieżnościami w zapisach SWZ i wzorach umowy Zamawiający wyjaśnia i doprecyzowuje zapisy:

Zamawiający wymaga, aby w przypadku wysłania zamówienia na uzupełnienie depozytu/ dostawy do godz. 14, zamawiający oczekują na dostawę w trybie 43 godzin.

(dostawa w drugim dniu po złożeniu zamówienia do godz. 9 rano) .

Dotyczy zapisów rozdz. II pkt 1 ppkt. 2) i 5) SWZ w nawiązaniu do zapisów załącznika nr 6g do SWZ, tj. Wzór umowy II (Dotyczy Zadań: 6, 10 - 26 , 31, 32, 33, 41, 42,43) w odniesieniu do zadania nr 24. Endoproteza poresekcyjna anatomiczna wykonana w technice 3D

Zgodnie z zapisami rozdz. II pkt 1 ppkt. 2) i 5) SWZ

II. Wymagania stawiane wykonawcy

1. *Przedmiot zamówienia*

2) *Każdorazowy termin dostawy nie może przekroczyć do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.*

5) *Termin dostaw: 1 dzień od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.*

Ponadto zgodnie z zapisami § 3. ust. 2 załącznika nr 6g do SWZ:

2. *Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie - 1 dzień roboczy od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.*

W związku z tym, iż przedmiot umowy w zadaniu 24 stanowią endoprotezy custom made, czyli wyroby wyprodukowane na zamówienie dla indywidualnych pacjentów, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 24 termin dostawy zamówienia do 6 tygodni od zatwierdzenia projektu danego implantu?

Odpowiedź

W związku z indywidualnym podejściem do dedykowanych protez 3 D zamawiający modyfikuje zapisy umowy:

a) **okres przygotowania protezy dedykowanej 3D na miarę dla pacjenta na podstawie badań TK - do 2 tygodni;**

b) okres zaakceptowania przez Zamawiającego przygotowanej protezy dedykowanej 3D na miarę dla pacjenta - do

2 tygodni

c) okres wykonania zaakceptowanej przez Zamawiającego protezy dedykowanej 3D na miarę dla pacjenta - do 6 tygodni od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail:

Łączny okres realizacji każdorazowego zamówienia wynosi do 10 tygodni.

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, tj. Formularz cenowy oraz zapisów rozdz. II pkt 9 ppkt. 1). 3e) SWZ w odniesieniu do zadań nr 10-26

Zgodnie z zapisami rozdz. II pkt 9 ppkt. 1). 3e) SWZ:

e) Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ)

W formularzu cenowym należy obligatoryjnie wypełnić kolumny (odpowiednio dla oferowanego produktu):

✓Nr katalogowy asortymentu/Nazwa własna asortymentu

✓Producent

✓Wyrób medyczny/asortyment

✓Nr strony/pozycji w katalogu Oferenta

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w kolumnie 5 załącznika nr 1 do SWZ, tj. *Wyrób medyczny/asortyment* Zamawiający oczekuje określenia, czy zaoferowany produkt jest wyrobem medycznym czy asortymentem?

Jeśli nie, prosimy o wyśnienie, podanie jakich informacji w kolumnie 5 załącznika nr 1 do SWZ, tj. *Wyrób medyczny/asortyment* wymaga Zamawiający?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza - w kolumnie 5 załącznika nr 1 do SWZ oczekuje określenia, czy zaoferowany produkt jest wyrobem medycznym czy asortymentem

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, tj. Formularz cenowy oraz zapisów rozdz. II pkt 9 ppkt. 1). 3e) SWZ w odniesieniu do zadań nr 10-26

Zgodnie z zapisami rozdz. II pkt 9 ppkt. 1). 3e) SWZ:

e) Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ)

W formularzu cenowym należy obligatoryjnie wypełnić kolumny (odpowiednio dla oferowanego produktu):

✓Nr katalogowy asortymentu/Nazwa własna asortymentu

✓Producent

✓Wyrób medyczny/asortyment

✓Nr strony/pozycji w katalogu Oferenta

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ ujął kolumnę **Nr strony/pozycji w katalogu Oferenta**.

W nawiązaniu do zapisów SWZ (rozdz. II pkt 9 ppkt. 1). 3e)) w związku z tym, iż oferta jest składana w formie elektronicznej (zawierająca pliki z dokumentami wchodzącymi w skład oferty), podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, prosimy o potwierdzenie, że na spełnienie wymogu w odniesieniu do zadań 10-26 Zamawiający zaakceptuje wpisanie jedynie nazwy pliku w w/w kolumnie zamiast numerów strony/pozycji w katalogu Oferenta? Wykonawca w celu przejrzystości oferty oznaczy każdy katalog, którego pakietu i pozycji dotyczy.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy zapisów załącznika nr 6g do SWZ, tj. *Wzór umowy II (Dotyczy Zadań: 6, 10 - 26 , 31, 32, 33, 41, 42,43)* oraz zapisów załącznika nr 3 do SWZ, tj. *Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu oferowanych wyrobów medycznych w odniesieniu do zadania nr 24. Endoproteza poresekcyjna anatomiczna wykonana w technice 3D lp. 1.5. – 1.12 i 2.*

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6g do SWZ, § 5. ust. 2 i 3:

2. *Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.*

3. *Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych.*

Ponadto zgodnie załącznikiem nr 3 do SWZ, pkt. 1 i 2 Wykonawca oświadcza:

1. *Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia), i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy * dopuszczenia do obrotu i stosowania na każdy oferowany produkt.*

2. *Oświadczam, iż na każde pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuję się do przedłożenia, w terminie określonym w żądaniu, oświadczeń / dokumentów potwierdzających powyższe oświadczenie.*

W związku z tym, iż przedmiot zamówienia w zadaniu nr 24 lp. 1.5. – 1.12 i 2. stanowią wyroby custom made, czyli wyroby wyprodukowane na zamówienie dla indywidualnego pacjenta, czyli zgodnie z art. 52 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (dalej jako „MDR”), przed wprowadzeniem do obrotu wyrobów wykonanych na zamówienie producenci takich wyrobów stosują procedurę określoną w załączniku XIII MDR i sporządzają oświadczenie określone w sekcji 1 tego załącznika (oświadczenie analogiczne do oświadczenia producenta wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze). Oprócz powyższej procedury, producenci wykonanych na zamówienie wyrobów do implantacji klasy III podlegają ocenie zgodności określonej w załączniku IX rozdział I MDR (certyfikat zgodności dotyczący systemu zarządzania jakością). Alternatywnie, producent może zastosować ocenę zgodności określoną w załączniku XI (ocena zgodności w oparciu o weryfikację zgodności produktu) część A (zapewnienie jakości produkcji).

Mając na względzie powyższe, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyrobów medycznych wykonanych na zamówienie wraz z produktem (dostawą przedmiotu zamówienia) Wykonawca może przekazać Zamawiającemu oświadczenie producenta określone w załączniku XIII sekcji 1 MDR, a ponadto, w przypadku wyrobów na zamówienie klasy III do implantacji, certyfikat zgodności określony w załączniku IX rozdział I MDR, który Wykonawca przedłoży na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie określonym w żądaniu?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyrażą zgodę na takie rozwiązanie.

2. Pytania z dnia 15.03.2024 r.

Pytanie nr 1 do zadania nr 27 pkt 1 poz. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 1.25.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 27 pkt 1 w pozycjach 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13;

1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 1.25 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 1 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 do zadania nr 27 pkt. 1 poz. 1.26.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 27 pkt. 1 w pozycjach 1.26 w kolumnie „Ilość w depozycie”: 0 szt oraz wyrażenie zgody na dostarczenie produktów na konkretny zabieg, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 do zadania nr 27 pkt. 1 poz. 1.28.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 27 pkt. 1 w pozycjach 1.28 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 60 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 do zadania nr 27 pkt. 1 poz. 1.29.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 27 pkt. 1 pozycji 1.29, nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość **opakowań** a nie sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa sprzętu asortymentu-pełny opis przedmiotu zamówienia w podziale na części”, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga nie szt. a opakowania

Pytanie nr 5 do zadania nr 27 pkt. 1 poz. 1.29.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 27 pkt. 1 w pozycjach 1.28 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 1 opakowanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6 do zadania nr 27 pkt. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 27 pkt. 2 w kolumnie „Ilość do przetargu na 24 miesiące” – nie mniej niż: 1 zestaw.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 7 do zadania nr 28 pkt. 1 poz. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 28 pkt 1 w pozycjach 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 1 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 do zadania nr 28 pkt. 1 poz. 1.20.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 28 pkt.1 w pozycjach 1.20 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 40 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 do zadania nr 28 pkt. 1 poz. 1.21.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 28 pkt.1 w pozycjach 1.21 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 50 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 do zadania nr 28 pkt. 1 poz. 1.22.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 28 pkt. 1 pozycji 1.22, nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość **opakowań** a nie sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa sprzętu asortymentu-pełny opis przedmiotu zamówienia w podziale na części”, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga nie szt. a opakowania

Pytanie nr 11 do zadania nr 28 pkt. 1 poz. 1.22.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 28 pkt. 1 w pozycjach 1.22 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 1 opakowanie.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 do zadania nr 28 pkt. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 28 pkt. 2 w kolumnie „Ilość do przetargu na 24 miesiące” – nie mniej niż: 1 zestaw.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 do zadania nr 29 pkt. 1 poz. 1.1; 1.2; 1.3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 29 pkt. 1 w pozycjach 1.1; 1.2; 1.3 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 1 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 do zadania nr 29 pkt. 1 poz. 1.4.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 29 w pozycjach 1.4 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 20 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 do zadania nr 29 pkt. 1 poz. 1.5.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 29 w pozycjach 1.5 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 30 szt

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 do zadania nr 29 pkt. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 29 pkt 2 w kolumnie „Ilość do przetargu na 24 miesiące” – nie mniej niż: 1 zestaw.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 do zadania nr 30 pkt. 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 pkt 1 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 60 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 do zadania nr 30 pkt. 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 30 pkt. 2, nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość **opakowań** a nie sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa sprzętu asortymentu-pełny opis przedmiotu zamówienia w podziale na części”, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga nie szt. a opakowania

Pytanie nr 19 do zadania nr 30 pkt. 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 pkt 2 w kolumnie „Ilość w depozycie” – 1 opakowanie

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20 do zadania nr 30 pkt. 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 pkt 3 w kolumnie „Ilość do przetargu na 24 miesiące” – nie mniej niż: 1 zestaw.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 do zadania nr 30 pkt. 5.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 30 pkt. 5, nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość **opakowań** a nie sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa sprzętu asortymentu-pełny opis przedmiotu zamówienia w podziale na części”, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga nie szt. a opakowania

Pytanie nr 22 do zadania nr 30 pkt. 5.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 pkt 5 w kolumnie „Ilość w depozycie” – 1 opakowanie

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 do zadania nr 30 pkt. 6.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 pkt 6 w kolumnie „Ilość do przetargu na 24 miesiące” – nie mniej niż: 1 zestaw.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 do zadania nr 30 pkt. 7.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 pkt 7 w kolumnie „Ilość w depozycie” – nie mniej niż: 50 szt.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25 do zadania nr 30 pkt. 8.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 30 pkt. 8, nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość **opakowań** a nie sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Nazwa sprzętu asortymentu-pełny opis przedmiotu zamówienia w podziale na części”, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga nie szt. a opakowania

Pytanie nr 26 do zadania nr 30 pkt. 8.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 pkt 8 w kolumnie „Ilość w depozycie” – 1 opakowanie

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 do zadania nr 30 pkt. 9.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 pkt 9 w kolumnie „Ilość do przetargu na 24 miesiące” – nie mniej niż: 1 zestaw.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pytania z dnia 18.03.2024 r.

Pytanie do zadania 52

Czy zamawiający w zadaniu 52 dopuści Przeskórny system stabilizacji przemasadowej kręgosłupa. Śruby dostępne w średnicach od 5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluźwaniem blokady w śrubie. Blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99mm. Śruby wielosiowe (tulipanowe, gwintowane na całe długości), śruby niewymagające gwintowania. Opcjonalnie dostępne śruby perforowane w średnicach 5-8mm. Pręty tytanowe małowazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. Zestaw loaner set dostarczany do szpitala w ciągu 24 h od zgłoszenia od operatora.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 53

Czy zamawiający w zadaniu 53 dopuści:

Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Cement PMMA o czasie zastygania - 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). W zestawie: cement, monometr, mieszalnik, podajnik hydrauliczny pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe. Igły podawcze o końcówce diamentowej lub beveled w zależności od potrzeb operatora lub biopsyjne w rozmiarach 11G-15G kompatybilne z oferowanym cementem

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 54

Czy zamawiającym dopuści TLIF – sterylny, międzytrzonowy implant lędźwiowy do stabilizacji odcinka lędźwiowego od strony otworu transofaminalnego kręgosłupa. Kształt: banan. Klatka lędźwiowa posiada kąt lordozy - 4°. Wymiary: rozmiar standard: 14 x 32 mm. Wysokość 7- 14 mm. Implant wykonany jest w technologii druku 3 D w całości z tytanu komórkowego w 80% porowaty, wielkość porów 550 um. Klatka lita- bez konieczności wypełnienia substytutem kostnym, bez otworu centralnego na wypełnienie. Klatka posiada ruchomy łącznik implantu oraz podajnika, który umożliwiał łatwe sterowanie implantem podczas zabiegu. Zestaw instrumentarium do implantacji w kontenerze do sterylizacji. Implant oznakowany, dostarczany w sterylnym opakowaniu, zawierającym kod, numer seryjny i datę ważności. Cena zawiera koszt implantu oraz użyczenie narzędzi. Zestaw loaner set, dostarczany do szpitala w ciągu 24 h od zamówienia przez operatora.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 7

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania **w poz. 1** Syntetyczny materiał kośćcozastępczy

do uzupełniania ubytków kostnych, skład: 75% HAp hydroksyapatyt + 25% β -TCP fosforan trójwapniowy, stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego i ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w okresie od 6 do 24 miesięcy, 100% materiał syntetyczny, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość 80-90%; rozmiar porów: 300–500 μ m, wytrzymałość na siły ściskające 3,6 Mpa:

Poz. 1.1 Granulki 3-4 mm o objętościach 5g;

Poz. 1.2 Granulki 3-4 mm o objętościach 5g;

Poz. 1.3 Granulki 3-4 mm o objętościach 10g;

Poz. 1.4 Granulki 3-4 mm o objętościach 15g;

Poz. 1.5 Granulki 3-4 mm o objętościach 20g;

Poz. 1.6 Granulki 3-4 mm o objętościach 30g?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania **w poz. 2** Syntetyczny substytut kostny w postaci pasty, osteokondukcyjny, biokompatybilny, o składzie: nanocząsteczkowy hydroksyapatyt 30% (wagowo) w roztworze wodnym, wielkość cząstek < 50nm, ulegający stopniowej resorpcji, produkt gotowy do użycia, dostarczany w strzykawce, sterylny:

Poz. 2.1 5 cc

Poz. 2.2 10 cc (2x5cc) ?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 52

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 1 Przeskórniego systemu stabilizacji przemasadowej kręgosłupa. Śruby dostępne w średnicach od 5mm do 7mm i długościach w zakresie od 30mm do 60mm w zależności od średnicy śruby. Pręty mocowane od góry jednym elementem blokującym posiadającym specjalny, podcięty (ujemny) zarys gwintu, zapobiegający rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszający ryzyko przekoszenia gwintu. Wysokość profilu głowy dla śruby wynosi max. 17mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta nie większa niż 5,5mm. Śruby poliaksjalne, gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu. Śruby standardowo wyposażone w fenestracje. Pręty tytanowe proste od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte w długościach od 30mm do 200mm. W instrumentarium dostępne wielorazowe hiperelastyczne druty prowadzące o średnicy 1,5mm i długości min. 500mm z pamięcią kształtu.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

2. Rozdział II podrozdział 1 pkt. 9 SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie do depozytu implantów według ilości i rozmiarów ustalonych między stronami przed podpisaniem umowy (dot. §2 ust.2 wzoru umowy nr 6b)?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytania dotyczące zapisów SWZ -Wzoru umowy Załącznik nr 6b do SWZ

1. Czy Zamawiający w §3 ust.2 oraz §4 ust. 5 zmieni termin na 2 dni robocze?

Odpowiedź

W związku z rozbieżnościami w zapisach SWZ i wzorach umowy, Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga dostawy w 2 dni robocze, przy czym należy to rozumieć w ten sposób, iż w przypadku wysłania zamówienia na uzupełnienie depozytu/ dostawy do godz. 14, zamawiający oczekują na dostawę w trybie 43 godzin (dostawa w drugim dniu po złożeniu zamówienia do godz. 9 rano).

2. Czy Zamawiający w §12 ust.1 i nast. usunie postanowienia dot. udzielenia rękojmi, a co za tym idzie pozostawi jedynie zobowiązania dot. gwarancji oraz że jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty użycia?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dookreśli w §12 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

Przedmiotem dostaw są wyroby medyczne wszczepialne dla pacjentów. Tym samym, czas trwania procesu reklamacyjnego pozostaje w ścisłym związku z możliwością wykonania planowanego zabiegu, co z oczywistych względów ma wpływ na stan zdrowia pacjenta.

4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §16 ust. 1:

- a) Pkt 1 z 100 zł na 1%,
- b) Pkt 2 z 100 zł na 1%,
- c) Pkt 3 z 1% wartości brutto umowy na 0,5% wartości towaru którego zwłoka dotyczy?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. W ocenie Zamawiającego, ustalone kary umowne, nie są wygórowane.

5. Czy Zamawiający dookreśli w §19, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie widzi potrzeby innego doprecyzowania zapisów umowy.

4. Pytania z dnia 19.03.2024 r.

Zadanie 37 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej: dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk, bez możliwości wykonywania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test?

Oferowane dreny nie wymagają przeprowadzania jakichkolwiek testów.

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Zadanie 37 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej: dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk, bez możliwości wykonywania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test; (dreny nie wymagają przeprowadzania jakichkolwiek testów).

Dodatkowo dren wyposażony jest w system zabezpieczeń z zaciskiem na drenie oraz dodatkową, sterylną zatyczkę zabezpieczającą dystalną część drenu gdy nie jest on używany?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zadanie 37 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dreny pakowane po 10szt. bez możliwości wykonywania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test? Oferowane dreny nie wymagają przeprowadzenia jakichkolwiek testów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zadanie 37 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę Bipolarna (RF): trzyprzyciskową, sterylna elektrodę ablacyjno-koagulacyjną do procedur artroskopowych? Sterowaną za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (3przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępne w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* w wersji wydłużonej lub typu haczyk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zadanie 37 pozycje 1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści dreny i elektrody do waporyzacji firmy Stryker – renomowanego producenta sprzętu do artroskopii, kompatybilne z pompą do artroskopii CrossFlow działającą w trybie napływu, a także napływu/odpływu oraz konsolą do shavera/waporyzatora Crossfire 2 obsługującą shavery oraz elektrody do waporyzacji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy zadanie 58. TYMCZASOWY IMPLANT STAWU BIODOROWEGO, KOLANOWEGO, BARKU*
Ze względu na problemy związane z łańcuchem dostaw od niektórych producentów prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu depozytu szpitalnego implantów .

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy ; zadanie 61. AKCESORIA*

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w w.w zadaniu poz. nr 3 „Dzierżawa akcesoriów, w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania”.

Ostrza pił oscylacyjnych pakowane są w sposób sterylny do bezpośredniego użytku w polu operacyjnym , nie wymagają dodatkowego kontenera do sterylizacji

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1 (zał. nr 6a do SWZ), § 16 ust. 1 (zał. nr 6b do SWZ) § 17 ust. 1 (zał. nr 6e do SWZ dostawa / dzierżawa / depozyt),

§ 15 ust. 1 (zał. nr 6a do SWZ dostawa)

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1)w wysokości **50,00** zł brutto, za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy**

2)w wysokości **50.00** zł brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów, których dotyczy reklamacja.**

3)w wysokości **0.5%** wartości brutto **niezrealizowanej części przedmiotu** umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. i ust. 7 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

§ 16 ust. 1 (zał. nr 6b do SWZ dostawa / depozyt)

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1)w wysokości **50.00** zł. brutto, za każdy dzień niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 oraz w § 4 ust. 5 umowy do dnia zrealizowania dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy;**

2)w wysokości **50.00** zł brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów, których dotyczy reklamacja.**

3)w wysokości **0.5%** wartości brutto **niezrealizowanej części przedmiotu** umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 1, § 5 ust. 3 i 7 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

§ 17 ust. 1 (zał. nr 6e do SWZ dostawa / dzierżawa / depozyt)

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1)w wysokości **50.00** zł brutto, za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 oraz w § 5 ust. 1 umowy do dnia zrealizowania dostawy; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy**

2)w wysokości **50.00** zł brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów, których dotyczy reklamacja.**

3)w wysokości **0.5%** wartości brutto **niezrealizowanej części przedmiotu** umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 5 ust. 7, § 6 ust. 3, ust. 7 i ust. 8 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. zał. 6e § 5 ust. 6)

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji .

5. Pytania z dnia 20.03.2024 r.

Dot. Zadania 34, 35, 36, 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla Zadania 34, 35, 36, 39 ostateczny kształt i zakres depozytu został ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zadania 34 poz. 23 i Zadania 35 poz. 24

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w Zadaniu 34 punkt 23 i Zadanie 35 punkt 24 ma na myśli dzierżawę instrumentarium umożliwiającego wszczęcie implantów, w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania.

Odpowiedź

TAK – Zamawiający potwierdza

Dot. Zadania 34 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 34 pozycja 18 produkt o następujących parametrach:

Zestaw kolanowy: Narzędzie 1 szt. + igły kolanowe 25 szt. - 1 kpl.

Wielorazowe narzędzie do szwów typu scorpion. Narzędzie dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym. Umożliwia dostęp w ciasnych zakamarkach stawu kolanowego. Do wykorzystania z nicią #0 oraz szwu typu FiberWire 2-0 lub mini taśmy szwowej o wym. 0,9 mm. Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Narzędzie z płaską szczęką służącą do złapania łąkotki i za pomocą kompatybilnej igły przeszycia jej nicią. Urządzenie umożliwia wielokrotne przeszycie tkanki u jednego pacjenta.

Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza wymieniony zestaw.

Dot. Zadania 35 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 35 pozycja 12 produkt o następujących parametrach:

Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zadania 35 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 35 pozycja 23 produkt o następujących parametrach:

Zestaw barkowy: Narzędzie 1 szt. + igły kolanowe 25 szt. - 1 kpl.

Wielorazowe narzędzie do szycia tkanki w barku FastPass Scorpion SL. Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Urządzenie umożliwiające dostęp w ciasnych zakamarkach stawu barkowego. Narzędzie złożone z dwóch szczęk, jedna służąca do podawania nici, druga do złapania po przeszyciu przez tkankę. Ładowanie nitki odbywa się z bocznej części. Szczeka dolna tępa. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej

Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza wymieniony zestaw.

Dot. Zadania 36 poz. 4

Czy w Zadaniu 36 poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy i odstąpi od wymogu wypożyczenia na zabieg oraz od konieczności wyceny?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zadania 36 poz. 4

W przypadku braku zgody na pytanie 6 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dzierżawę instrumentarium na 24 miesiące i zmodyfikuje formularz cenowy w zakresie jednostki miary (zestaw/24 miesiące) i ilości do przetargu w poz. 4?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z wypożyczenia instrumentarium na dzierżawę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia w formularzu cenowym (dzierżawa na okres 24 m-c).

Dot. Zadania 36 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 36 pozycja 2 produkt o następujących parametrach:

Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze białoniebieskim, grubości min #2 niewchłaniałna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obończykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm.

Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze białoczarnym, grubości min #2, niewchłaniałna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obończykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby asortyment w ramach pakietu 37 był dostarczany sukcesywnie na zamówienie i odstąpi od wymogu utworzenia depozytu dla tych produktów? Do każdej dostawy zostanie wystawiona faktura vat.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zadania 37

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w Zadaniu 37. W Nagłówku Zadania 37 są wymienione m. in ostrza, wymagana jest również dzierżawa konsoli i rękojeści shavera niezbędnych do użycia ostrzy, natomiast w wymienionych pozycjach 1-4 parametry nie obejmują ostrzy. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie ostrzy o poniższych parametrach, wskazanie ilości oraz modyfikację formularza:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, |
|--|

4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby.
2. Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły.
3. Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste oraz zagięte dostępne w średnicach 4,2 mm oraz długości 19 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby.

W przypadku braku zgody prosimy o odstąpienie od wymogu dzierżawy shavera i rękojeści -2 zestawów, gdyż są one wymagane dla ostrzy.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje pkt. 5 poprzez dodanie „ ostrza tnące do tkanki miękkiej i do kości w różnych wariantach i rozmiarach”.

Dot. Zadania 38

Czy dla Zadania 38 Zamawiający odstąpi od utworzenia depozytu na implanty i wyrazi zgodę aby implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zadania 39 poz. 2

Czy w Zadaniu 39 poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy i odstąpi od wymogu wypożyczenia na zabieg oraz od konieczności wyceny?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zadania 39 poz. 2

W przypadku braku zgody na pytanie 13 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dzierżawę instrumentarium na 24 miesiące i zmodyfikuje formularz cenowy w zakresie jednostki miary (zestaw/24 miesiące) i ilości do przetargu w poz. 2?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z wypożyczenia instrumentarium na dzierżawę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia w formularzu cenowym (dzierżawa na okres 24 m-c).

Dot. Zadania 39

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 39 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z:

Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenia do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.).

Wymagane instrumentarium:

Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. § 3. Ust. 2 wzoru umowy 6e (Zadania 34, 35, 37) oraz § 3. Ust. 2 wzoru umowy 6h (Zadania 36, 38, 39)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie wyrobów do 72 godzin od zamówienia?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. § 5. Ust. 5 wzoru umowy 6e (Zadania 34, 35, 37) oraz § 5. Ust. 5 wzoru umowy 6h (Zadania 36, 38, 39)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie depozytu do 72 godzin od zamówienia?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. § 5. Ust. 2 wzoru umowy 6e (Zadania 34, 35, 37) oraz § 5. Ust. 2 wzoru umowy 6h (Zadania 36, 38, 39)

Czy Zamawiający w zamian za protokół zdawczo-odbiorczy dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. § 11. Ust. 1, 4 wzoru umowy 6e (Zadania 34, 35, 37) oraz § 11. Ust. 1, 4 wzoru umowy 6h (Zadania 36, 38, 39)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. § 13. Ust. 2 wzoru umowy 6e (Zadania 34, 35, 37) oraz § 13 Ust. 2 wzoru umowy 6h (Zadania 36, 38, 39)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę wadliwego wyrobu/naprawę w ciągu 4 dni roboczych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. §5 wzoru umowy 6e (Zadania 34, 35, 37) oraz §5 wzoru umowy 6h (Zadania 36, 38, 39)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy poniższego zapisu:

Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pytania z dnia 21.03.2024 r.

Zadanie nr 56

Zadanie 56 pozycja 1

Depozyt dwóch rodzajów trzpienia standard i high offset to w sumie 20 sztuk. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do 20 sztuk?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 3

Depozyt pełnej standardowej linii najczęściej używanych panewek to 10 rozmiarów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do 10 sztuk?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 4

Depozyt pełnej standardowej linii najczęściej używanych wkładów to 10 rozmiarów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do 10 sztuk?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 5

Pełna rozmiarówka głów metalowych do 12 sztuk. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do 12 sztuk?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 6

Pełna rozmiarówka głów ceramicznych do 9 sztuk. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do 9 sztuk?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do śrub panewkowych do 15 sztuk?

Zadanie 56 pozycja 9 wraz z podpunktami.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie systemu panewki dwumobilnej na zasadzie zestawu podróznego LS?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 10.1

Depozyt pełnej standardowej linii najczęściej używanych ud to 5 rozmiarów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do 10 sztuk?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 10.2

Depozyt pełnej standardowej linii najczęściej używanych piszczeleli to 6 rozmiarów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do 6 sztuk?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 10.4 oraz 10.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na redukcję depozytu do 1 sztuki?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 56 pozycja 10.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie systemu rzepki na zasadzie zestawu podróznego LS?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem dokonanej wyceny.

Zadanie 56 pozycja 11 wraz z podpunktami.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie systemu rewizji kolana pierwotnego na zasadzie zestawu podróznego LS?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem dokonanej wyceny.

Zadanie 56 pozycja 12 wraz z podpunktami.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie systemu rewizji panewki biodrowej na zasadzie zestawu podróznego LS?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, ilość w depozycie będzie ustalona każdorazowo indywidualnie.

7. Pytania z dnia 22.03.2024 r.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy dostawy dotyczącego zadania 7,9,44-56,58,60,61 (dalej jako: „Umowa”) poprzez doprecyzowanie §5 ust. 3 i wskazanie, iż termin wyznaczony w żądaniu (dotyczącym przedłożenia stosownych dokumentów) wynosić będzie nie mniej niż 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający każdorazowo w wezwaniu wyznaczy datę przedłożenia stosownych dokumentów.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §5 ust. 7 Umowy i wskazanie, iż termin wyznaczony w żądaniu (dotyczącym organizacji szkoleń) wynosić będzie nie mniej niż 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuję iż terminy szkoleń są ustalane indywidualnie przez obydwie strony.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (§ 14 ust. 8-13) poprzez wskazanie, że waloryzacja może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zmiany wybranych wskaźników mają wpływ na realne koszty wykonania Umowy przez drugą Stronę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w zakresie pakietu 64 wyłącznie do dnia 31.12.2025. Wykonawca nadmienia, iż w uwagi na zakończenie produkcji wyrobu medycznego wskazanego w tym postępowaniu, realizacja dostaw w 2026 r. może być niemożliwa.

Odpowiedź

TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

8. Pytania z dnia 27.03.2024 r.

Dot. Rozdz. II ust. 5 pkt 2) dla Zadania 34 poz. 23, Zadania 35 poz. 24, Zadania 36 poz. 4, Zadania 37 poz. 5, Zadania 38 poz. 2 i 4, Zadania 39 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga złożenia materiałów technicznych/katalogów dotyczących instrumentarium, gdyż nie zostały do tych pozycji wyspecyfikowane parametry.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga złożenia materiałów technicznych/katalogów dotyczących instrumentarium.