



wielkopolskie centrum onkologii

Poznań, dnia 2025-04-01

EZ/24/2025/... 261

Wg rozdzielnika:

do uczestników i zainteresowanych postępowanie o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego 24/2025 zakup materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela odpowiedzi:

Pakiet 1 Poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych strzykawek napełnionych fabrycznie jałowym, izotonicznym roztworem chlorku sodu 0,9% do przepłukiwania dostępów naczyniowych zarejestrowanych w klasie IIB zabezpieczonych niegwintowanym nakładanym koreczkiem zgodnym z normą PN EN ISO 80369-7

Odp. Zamawiający nie dopuści zaoferowanego produktu. Zamawiający wymaga strzykawki, której wejście zabezpieczone jest nagwintowanym, odkręcanym korkiem.

Pakiet 19 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokolidowego o 3 różnych hydrokoloidach z pocienionym profilem i sygnalizatorem zmiany opatrunku w postaci marginesu. Rozmiar 18x19,5cm (na piętę).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Opatrunek cieńki hydrokoloidowy zbudowany z 3 różnych hydrokoloidów opatrunek leczniczy. Rozmiar 15x20cm, op. 10 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek 15x20 cm, op. 10 szt. Pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 19 poz. 8a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozm. 5,5x12 cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Paulina Gieremek
mgr farm.