

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Tarnowskie Góry, dnia 01.07.2022r.

AZ.272.4.10.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – etap 2**

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 135, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), **udzielam następujących wyjaśnień:**

Pytanie: „Dotyczy zadania nr 3

1. Zwracamy uwagę, że w żadnej z sal operacyjnych nowego bloku operacyjnego nie zmieści się wyspecyfikowana w zadaniu nr 3 stacja przeglądowa bez dodatkowych pracochłonnych i kosztochłonnych przeróbek. Opisana stacja przeglądowa wymaga montażu w obrębie dwóch paneli ściennych. W rzeczywistości przewidziane jest miejsce na montaż urządzenia mieszczącego się w obrębie jednego panela ściennego, co zostało zaakceptowane przez Inwestora w projekcie wykonawczym. Zainstalowanie stacji opisanej w SWZ wymagać będzie zatem dodatkowych prac związanych z przeróbkami budowlanymi (podkuwanie ścian, wymiana kilku paneli ściennych oraz instalacyjnych jak: przerobienie gazów medycznych – kolizja z tablicami gniazd, zmiany w umiejscowieniu gniazd prądowych i aktywatorów do drzwi automatycznych). Jest to związane z dodatkowymi kosztami.

I. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, proszę o informację, po czyjej stronie - Zamawiającego czy Wykonawcy - będą te dodatkowe koszty oraz sprawy związane z zachowaniem gwarancji w przypadku ingerencji w prace czy urządzenia innych Wykonawców?

II. Czy Zamawiający zgodzi się na któreś z poniższych rozwiązań stanowiących mniej kosztowną alternatywę dla zapisów SWZ?

- (opcja 1) montaż samej stacji medycznej cyfrowej o tych samych parametrach, co w swz ale bez negatoskopu analogowego w miejscach do tego wcześniej przygotowanych (konieczność tylko podkucia ścian)

- (opcja 2) montaż samej stacji medycznej cyfrowej o tych samych parametrach, co w swz w miejscach do tego wcześniej przygotowanych (konieczność tylko podkucia ścian) i zamocowanie negatoskopu analogowego ledowego o tych samych parametrach, co w swz (czyli dwa urządzenia rozdzielnie) w oddaleniu od stacji przeglądowej cyfrowej we wskazanym przez Inwestora/użytkownika dowolnym możliwym do montażu miejscu w panelu ściennym (konieczność wykonania nowych paneli ściennych).”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów stacji przeglądowej.

Termin składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą nie ulegają zmianie.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu
przez:
Barbara Machura
Sekretarz Powiatu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
tel. 32 381 37 11 , fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnogorski.pl
www.tarnogorski.pl

NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170



ELoGE