



D.25C/250/ 335 /2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWA CZTERECH AMBULANSÓW WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/17-28rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd bazowy o mocy silnika 120 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z faktem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami rokiem produkcji ambulansu czyli pojazdu skompletowanego jest rok jego „kompletacji” czyli zmiana z samochodu ciężarowego na ambulans (czyli wykonanie adaptacji ambulansu), wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga roku produkcji 2024 dla pojazdu skompletowanego tj. ambulansu a nie dla pojazdu niekompletnego tj. ciężarowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga roku produkcji 2024 dla pojazdu skompletowanego tj. ambulansu.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga dokumentów do rejestracji tzn. COC przy dostawie lecz również by oferowany ambulans na dzień składania ofert posiadał świadectwo homologacji pojazdu specjalnego sanitarnego, którego numer należy podać w pkt. 92 załącznika nr 7 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga dokumentów do rejestracji tzn. COC przy dostawie, również by oferowany ambulans na dzień składania ofert posiadał świadectwo homologacji pojazdu specjalnego sanitarnego.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie używana w ambulansie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w nowo zakupionych ambulansach będą instalowane posiadane przez Zamawiającego drukarki: Brother Pocket-Jet PJ-762.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego § 2 ust. 5 wzoru umowy i zastąpienie go zapisem o treści: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy także o zmianę treści §2 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 8 niniejszej umowy”. W treści przywołanego § 8 ust. 8 projektu umowy Zamawiający przewidział bowiem możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie, w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy:



W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację ostatniego zdania zawartego w § 3 ust. 3 wzoru umowy, poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Dostawcę na fakturze VAT”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dodanie do zapisu zawartego § 4 ust. 7 wzoru umowy zapisu: „W przypadku gdy dochowanie trzydniowego terminu na usunięcie uchybień nie będzie możliwe ze względów technologicznych, Strony wspólnie uzgodnią inny realny termin.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy dochowanie trzydniowego terminu na usunięcie uchybień nie będzie możliwe ze względów technologicznych, Strony wspólnie uzgodnią inny realny termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru”

9. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o rezygnację z nałożenia na Wykonawcę obowiązku dostarczenia faktury VAT wraz z dostawą, o czym mowa w treści §3 ust. 3 oraz w §4 ust. 8 projektu umowy. Prosimy także o usunięcie treści §3 ust. 1 projektu umowy oraz o dokonanie modyfikacji w treści Protokołu odbioru stanowiącego załącznik nr 5 do projektu umowy. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ograniczenie tego ustawowego prawa nie powinno mieć miejsca. Chcielibyśmy nadmienić, iż na fakturze powinna znajdować się data sprzedaży. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT. Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi, która jest pewna dopiero w momencie skutecznej dostawy. Wykonawca będzie więc mógł wpisać tą datę dopiero po podpisaniu przez strony wiążącego protokołu odbioru. Może okazać się, że taki odbiór z różnych przyczyn nie nastąpi w dniu dostawy (np. wystąpią usuwalne wady przedmiotu zamówienia) tylko w dniach kolejnych co uniemożliwia uprzednie wystawienie poprawnej faktury. Dodatkowo Zamawiający nie ma prawa uzależniać przyjęcia towaru od doręczenia w tym samym momencie faktury, faktura nie jest przedmiotem zamówienia ani nie jest objęta postępowaniem o udzielenie zamówienia dlatego nie może stanowić przedmiotu odbioru i być oceniana w kontekście przedmiotu zamówienia. Jej brak w dniu dostawy w żaden sposób nie ma wpływu na prawidłowość dostawy i dostarczonych towarów, a obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór w terminie wskazanym w umowie towaru zgodnego z umową. Ze względu na tożsame argumenty prosimy o zmianę zapisu dotyczącego harmonogramu spłaty rat, który może zostać opracowany dopiero po skutecznym dokonaniu dostawy, czyli w momencie kiedy Wykonawca będzie w posiadaniu podpisanego przez obie strony protokołu odbioru, od którego uzależnione są terminy płatności. Prosimy wziąć pod uwagę, iż mogą wystąpić zdarzenia losowe np. wypadek drogowy, opóźnienie w transporcie, czy niezależne od Wykonawcy opóźnienie kuriera (Zamawiający dopuszcza bowiem dostawę za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej) nawet nieobecność w danym dniu osoby która jest uprawniona do podpisania protokołu odbioru, które uniemożliwią Wykonawcy uzyskanie protokołu w dniu planowanej dostawy, co sprawi, iż przygotowany uprzednio harmonogram stanie się nieaktualny. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zapisu, iż faktura VAT winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy także o zmianę treści §4 ust. 5 projektu umowy poprzez przyjęcie, że dostawa czterech ambulansów medycznych zostanie zrealizowana do miejsca określona w §1 ust.1 projektu umowy, a nie do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy także o odstąpienie od wymogu dostarczenia do Zamawiającego wraz z ambulansami kart pojazdów, o którym to wymogu mowa w treści §4 ust. 9 pkt a) projektu umowy oraz w treści Protokołu odbioru



stanowiącego załącznik nr 5 do wzoru umowy. Pragniemy wskazać, iż począwszy od dnia 4 września 2022 roku karty pojazdu nie są już wydawane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy również o doprecyzowanie treści §4 ust. 11 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca na własny koszt dokona napraw w niezbędnym zakresie”. Pragniemy wskazać, iż Wykonawca powinien być zobowiązany do usunięcia powstałych szkód tylko w sytuacji, gdy ponosi odpowiedzialność za ich wyrządzenie, a nie w każdej sytuacji uszkodzenia mienia Zamawiającego, powstałego na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

13. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z faktem, iż zgodnie z treścią §4 ust. 17 projektu umowy Zamawiający przewiduje obowiązek przeszkolenia personelu Zamawiającego w terminie najpóźniej 5 dni roboczych od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone np. wykazem uczestniczących w nim osób, a termin przeprowadzenia wskazanego szkolenia nie będzie się wliczał do terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone wykazem uczestniczących w nim osób. Termin przeprowadzenia wskazanego w par. 4 ust. 17 projektu umowy, szkolenia nie będzie wliczany do terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów zawartych w § 5 ust. 6 wzoru umowy, poprzez potwierdzenie, iż czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie pisemnej lub mailowej, z tym zastrzeżeniem, że e-mail w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji sprzedaży części zamiennych po upływie gwarancji oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w §5 ust. 7 projektu umowy przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat.

Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego także o zmianę zapisu zawartego w §5 ust. 7 wzoru umowy poprzez nadanie mu treści: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz usług serwisowych pogwarancyjnych przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancji. Usługi serwisu pogwarancyjnego będą realizowane na podstawie odrębnej umowy za odrębne wynagrodzenie”. Żaden Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować terminu dostawy części zamiennych na okres 10 lat po upływie okresu gwarancji, a przedmiotem umowy nie jest kontrakt na serwis pogwarancyjny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.



17. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy także o zmianę treści §7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez wykreślenie zastrzeżenia o treści: „Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego”. Pragniemy wskazać, że zgodnie z treścią §4 ust. 7 projektu umowy, w przypadku uwag lub zastrzeżeń dotyczących Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uchybień na koszt Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru. W związku z tym nie sposób jest przyjąć, że w przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy karę umowną jeszcze przed upływem 3 dni roboczych wyznaczonych na dostawę Przedmiotu Umowy wolnego od wad. Wobec powyższego usunięcie wskazanego postanowienia umownego, jako sprzecznego z treścią §4 ust. 7 projektu umowy uznać należy za konieczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy również o usunięcie treści §7 ust. 1 pkt 4 projektu umowy. Pojęcie „rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę” nie zostało zdefiniowane w projekcie umowy, a jest pojęciem bardzo ogólnym, niedoprecyzowanym i zawierającym szeroką, niemal nieograniczoną postawę do naliczania Wykonawcy kary umownej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w § 7 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy także o usunięcie §7 ust. 6 pkt 1 projektu umowy. Instytucja jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest charakterystyczna dla umów zawartych na czas nieoznaczony, przewidujących okresowe dostawy towarów lub cykliczne świadczenie usług bądź mających charakter ciągły. Przedmiotem niniejszej umowy jest natomiast jednorazowa dostawa czterech sztuk ambulansów medycznych, która zostanie zrealizowana tego samego dnia. Po dostawie ambulansów podpisany zostanie jeden, wspólny protokół odbioru, a Wykonawca wystawi Zamawiającemu jedną fakturę VAT. Podkreślić, przy tym należy, iż wypowiedzenie umowy wywołuje skutek wyłącznie ex nunc (na przyszłość). W związku z tym w sytuacji, w której zrealizowana zostanie dostawa wszystkich ambulansów stanowiących Przedmiot Umowy wraz z wyposażeniem, to wypowiedzenie umowy na takim etapie uznać należy za bezzasadne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy także o zmianę §7 ust. 6 pkt 2 projektu umowy w taki sposób, aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wyznaczył Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z art. 491 §1 k.c., po bezskutecznym upływie którego uprawniony będzie odstąpić od umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zawarcie umowy z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą w formie elektronicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Zapytanie Wykonawcy:



W przypadku podpisywania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą w formie elektronicznej.

24. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku podpisywania umowy w formie elektronicznej prosimy o dodanie do wzoru umowy następujących postanowień wskazanych poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia:

§ ____

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona:	Adres e-mail:
Wykonawca	
Zamawiający	

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

a) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

b) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone.

Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

Wykonawca:

Zamawiający:

§ ____

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

- 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;
- 2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:



a. oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Zamawiający : _____

Wykonawca: _____;

b. wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszego Aneksu wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą w formie elektronicznej.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „nowy ambulans” rozumie także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pod pojęciem "nowy pojazd" rozumie, że oferowany pojazd nie będzie pojazdem podemonstracyjnym, rekondycjonowanym. Będzie to pojazd z bieżącej produkcji. Zamawiający dopuszcza "przebieg techniczny" - z niewielkim, do 50 km przebiegiem.

26. Zapytanie Wykonawcy:

W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy o dodanie do projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§...

Siła wyższa

a) Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy..

b) Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

c) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.

d) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w



szczegółności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.

e) Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

f) W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zapisy o sile wyższej zawarte są w § 4 ust. 12, § 7 ust. 4 i 5 oraz § 8 ust. 3 pkt 1 podpunkt 1.

27. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie publicznej klauzuli o poniższej treści: „.....*”, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

*nazwa wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w/w zapisu, jeżeli Wykonawca, z którym Zamawiający będzie podpisywał umowę, będzie posiadał status dużego przedsiębiorcy.

28. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z faktem, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa do Zamawiającego czterech ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem, prosimy o dokonanie zmiany w treści § 7 ust. 1. Pkt 1-4 wzoru umowy w taki sposób, aby przewidziane w nim kary umowne naliczane były wyłącznie od wartości brutto ambulansu, którego nie dostarczono w terminie, co do którego nie wykonano w terminie wymaganej naprawy lub którego dotyczy określone w umowie zaniechanie. Jeżeli Wykonawca wykona należyście dostawę jednego lub kilku ambulansów, wywiązując się tym samym terminowo ze wszystkich obowiązków wskazanych w umowie w odniesieniu do tych ambulansów, to nadmierne będzie naszym zdaniem obciążenie Wykonawcy karą umowną liczoną od łącznej wartości umowy brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości maksymalnego limitu naliczanych kar umownych, o którym mowa w §7 ust. 1 projektu umowy do 20%. Pragniemy wskazać, iż wprowadzenie do projektu umowy postanowienia warunkującego możliwość naliczania kar umownych na poziomie 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w treści art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także w sposób znaczący odbiega od standardów rynkowych. Kary umowne zastrzegane w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powinny zostać określone w sposób niezbędny i przydatny dla realizacji przez zamawiającego celów określonych w umowie i powinny mieć na celu motywowanie Wykonawcy do terminowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy. W związku z tym ustalenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych na poziomie 50% wartości umowy brutto należy uznać za karę nadmiernie wygórowaną i mogącą prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę treści cytowanego postanowienia umownego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.



30. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z treścią rozdziału V SWZ przewidującego, że Przedmiot Umowy realizowany będzie przez okres 6 miesięcy, prosimy o doprecyzowanie wskazanego postanowienia i przyjęcie, że „Termin wykonania umowy o zamówienie publiczne wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy”. Powyższe pozostanie w zgodzie z treścią §4 ust. 5 projektu umowy przewidującego, że Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy także o zmianę treści rozdziału VIII pkt 1 ppkt 1.4 SWZ poprzez przyjęcie, że: „Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej lub formie niepieniężnej, zgodnie z rozdziałem XII pkt 3 i 5 SWZ”. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach, tj. w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462). Wobec powyższego to do wyboru Wykonawcy należeć będzie forma, w jakiej zdecyduje się on wnieść wadium, a Zamawiający nie może ograniczyć jej wyłącznie do formy pieniężnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wszystkie wymagania dotyczące wadium w nn postępowaniu szczegółowo opisane zostały w rozdz. XII SWZ. Natomiast w rozdz. VII pkt. 1 ppkt.1.4 jest tylko informacja, iż w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 3 SWZ.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wszystkie wprowadzone nn pismem zmiany stają się integralną częścią SWZ i zastępują lub uzupełniają zapisy SWZ w odpowiednim zakresie. W związku z tym, Zamawiający wprowadzi wszystkie zmiany na etapie tworzenia umowy z wybranym Wykonawcą.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Nosze elektryczne:

W związku ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści uprząż pediatryczną do transportu dzieci o wzroście od 70 do ok 130 cm, co odpowiada wieku od ok 6 miesięcy do 7 lat?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Nosze elektryczne:

W związku ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze zasilane elektrycznie posiadające boczne poręcze umożliwiające poszerzenie leża do 94 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Krzeselko transportowe:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)



- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesła
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwa do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesła
- Waga ok 14.5 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisu SWZ:

Rozdział :

VIII WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Wymagane podmiotowe środki dowodowe składne w raz z ofertą :

Opis oferowanego asortymentu w postaci oficjalnego dokumentu handlowego (np. katalog, folder, ulotka, karta katalogowa, etykieta, instrukcja obsługi lub inny dokument handlowy występujący w obrocie) przedstawiający wyrób w postaci zdjęcia/rysunku, nazwę, jego elementy składowe oraz zawierający wyczerpujące, czytelne i jednoznaczne dane oferowanego asortymentu potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego opisanych w załączniku nr 7 do SWZ. W przedłożonym dokumencie Wykonawca zaznacza numer pozycji załącznika nr 7 do SWZ dla danego opisanego parametru.

Uwaga: Nie dopuszcza się dokumentu wytworzonego przez Wykonawcę jedynie na potrzeby przedmiotowego postępowania.

W nawiązaniu do powyższego zapisu w SWZ , czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków poprzez załączenie do oferty karty katalogowej oferowanego produktu, przygotowanej przez autoryzowanego dystrybutora na terenie kraju , potwierdzającej wymagane parametry ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza załączenia do oferty karty katalogowej oferowanego produktu, przygotowanej przez autoryzowanego dystrybutora.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisów umowy :

§5 Gwarancja

6. Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi 24 godz. licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia ambulansu bądź wyposażenia, przez Zamawiającego (pismem, telefonem, faxem) w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej do 72 godzin od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ambulansu, w którym butle tlenowe 10 l 2 szt. oraz butla tlenowa 2 l 1 szt. są mocowane w szafce na lewej ścianie w tylnej części przedziału medycznego z łatwym dostępem w celu ich wymiany czy obserwacji manometrów oraz o możliwość dopuszczenia aby elementy serwisowe adaptacji znajdowały się w kabinie kierowcy za fotelem kierowcy i pasażera w specjalnych do tego celu przeznaczonych skrzynkach z transparentnymi klapami w celu nieograniczonej obserwacji i łatwego dostępu do tych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.



39. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, iż nie istnieją przepisy prawne ustalające w ambulansach wymóg zastosowania dachowego wyjścia ewakuacyjnego, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okna dachowego służącego jako dodatkowe źródło wentylacji i doświetlania przedziału medycznego o wymiarach 500x500 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

40. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, iż nie ma uzasadnienia merytorycznego, aby dublować system sterowania w przedziale medyczny, tzn. aby obsługiwać te same funkcje na dwóch takich samych panelach sterujących, prosimy Zamawiającego aby dopuścił ambulans, który posiada jeden panel sterujący zamontowany na prawej ścianie przy fotelu oraz dodatkowe panele sterujące oświetleniem zamontowane przy drzwiach bocznych i tylnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

41. Zapytanie Wykonawcy:

Czy na zasadzie równoważności tzn. posiadającą tą samą funkcjonalność, Zamawiający dopuści sygnalizację uprzywilejowaną w postaci nowoczesnej nisko profilowej belki LED zamontowanej nie na dachu ale nad kabiną kierowcy czyli nie wystająca poza obrys kontenera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

42. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w związku z tym, iż Zamawiający wymaga elektrycznie podgrzewanej szyby przedniej dopuści ambulans z tą funkcjonalnością ale bez podgrzewanych dysz spryskiwaczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Zapytanie Wykonawcy:

Według nowej dyrektywy europejskiej GSR II, wszystkie pojazdy rejestrowane po 01. Lipca 2024 muszą posiadać w standardzie wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa bez możliwości rezygnacji z jakiegokolwiek wymaganej opcji, dotyczy to asystenta pasa ruchu. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ambulansu, który zgodnie ze wspomnianymi przepisami posiada asystenta pasa ruchu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

44. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, iż przejście z kabiny kierowcy do przedziału medycznego służy jako awaryjny sposób komunikacji i nie powinno być wykorzystywane w inny sposób prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drzwi w przegrodzie o wysokości 1200 mm i szerokości 450 mm zamykanych i otwieranych elektrycznie zgodnie z PN EN 1789.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze wraz z systemem wprowadzania noszy do ambulansu o poniższych parametrach technicznych przy jednoczesnym spełnieniu zapisów aktualnych norm PN EN 1789, PN EN 1865-2, PN EN 1865-3, PN EN 1865-5, UE MDR i pozostałych zapisów SWZ:

- przystosowane do dezynfekcji i mycia gorącą wodą >80°C pod ciśnieniem pow. 100 barów z klasą ochrony IPX6
- wyposażone zamiast poduszki w podgłówek anatomiczny posiadający uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak z funkcją wydłużenia leża noszy dla pacjentów o znacznym wzroście
- wyposażone w certyfikowaną uprząż pediatryczną dla dzieci o wadze od 3,5 do 22 kg



- wyposażone w możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha za pomocą bezpiecznego podnoszonego i blokowanego podnóżka unoszonego siłą mięśni użytkownika z dwóch stron noszy, co nie jest możliwe przy zastosowaniu wskazanego w SWZ rozwiązania
- wyposażone w bariatryczne barierki boczne certyfikowane w zakresie opisanym przez aktualną normę EN PN 1865-3 (Nosze o zwiększonej wytrzymałości), które umożliwiają poszerzenie leża do szerokości 84 cm co znacznie przekracza zalecenia wskazane w ww. normie
- wyposażone w system bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w zapięcie z sygnalizacją świetlną rozpoczęcia procesu ładowania z instalacji ambulansu 12V i sieci 230V; w zestawie dwa wymienne (bez demontowania części noszy, potrzeby s ciągnięcia materaca i pacjenta z noszy) akumulatory noszy (praca + zapas) o pojemności 2300 mAh każdy. Dodatkowo w zestawie ładowarka zewnętrzna akumulatora zapasowego, zasilana z instalacji ambulansu 12V i sieci 230V
- z płynnym zakresem regulacji wysokości leża do 105 cm i zintegrowanym uchwytem do prowadzenia noszy. Taka konstrukcja umożliwi bezpieczne prowadzenie oraz wyprowadzanie i wprowadzanie noszy nawet do wysokich pojazdów o wysokości załadunku 91 cm i stojących pod kątem. W tym miejscu należy zaznaczyć, że oferowane w Europie pojazdy nawet z napędem 4x4 i wyposażone w stoły medyczne nie posiadają takich wysokich podłóg/progów najazdowych. Nosze, których konstrukcja i proponowany system załadunku wymagają ustawiania środka ciężkości wysoko stwarzają ryzyko np.: przewrócenia noszy podczas ich prowadzenia z pacjentem.
- proponowane nosze ustawione są w pozycji horyzontalnej podczas rekomendowanego przez producenta bezpiecznego transportu pacjenta na noszach. Dodatkowa możliwość uniesienia przodu noszy jest wykorzystywana w sytuacji wprowadzenia noszy do ambulansu stojącego znacznie wyżej (nosze wprowadzane z jezdni do samochodu stojącego na chodniku) lub ambulansu stojącego pod dużym kątem najazdowym. Użytkownik ma możliwość ustawienia pozycji horyzontalnej pacjenta również po maksymalnym podniesieniu wysokości leża za pomocą podnoszonego podnóżka
- wyposażone w składany wieszak do kroplówki, dedykowaną uprząż do transportu dzieci, ale bez systemu podparcia stóp, ponieważ konstrukcja proponowanych noszy nie wymaga stosowania takiego rozwiązania – pacjent w czasie prowadzenia noszy i podczas załadunku noszy do ambulansu nie ma stóp na wysokości twarzy wprowadzającego nosze.
- z ustaleniem tzw. pozycji najazdowej podczas zabudowywania pojazdu/w czasie dostawy/podczas szkolenia użytkowników lub w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka konieczność. Jako że tę czynność wykonuje się jednorazowo podczas instalacji noszy sterownik został osłonięty przykręconą, wodoodporną pokrywą.
- z systemem mocowania noszy instalowanym na stole medycznym tzw. lawecie z przesuwem bocznym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

46. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

W związku z tym, że Zamawiający wskazał w SWZ parametr: możliwość załadunku noszy do ambulansu przy pochyleniu terenu lub ambulansu, prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja noszy i systemu wprowadzania noszy tzw. szyn przesuwnych/załadunku, ma umożliwiać manualne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy z ambulansu wraz z leżącym na noszach pacjentem nawet w sytuacji braku możliwości użycia ww. przesuwnego systemu wprowadzania i wyprowadzania noszy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że konstrukcja noszy i systemu wprowadzania noszy tzw. szyn przesuwnych/załadunku, ma umożliwiać manualne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy z ambulansu wraz z leżącym na noszach pacjentem nawet w sytuacji braku możliwości użycia przesuwu bocznego oraz przypadku awarii zasilania.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia noszy, które można nadal bezpiecznie użytkować w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego również w sytuacji awarii lub wyłączenia z użytkowania systemu szyn przesuwnych tzw. załadunku służącego do wyprowadzania i wprowadzania noszy do ambulansu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga.



48. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

Czy Zamawiający dopuści system, który uniemożliwia wyprowadzenie i wprowadzenie noszy z leżącym pacjentem z i do ambulansu w sytuacji ustawienia pojazdu na nierównym podłożu pod kątem do wprowadzanych noszy np.: jednym bokiem ambulansu na chodniku bądź z przednimi kołami ustawionymi znacznie niżej niż tylnymi i odwrotnie np.: przednie koła ambulansu ustawione na jezdni, tylne koła ambulansu ustawione na chodniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

Prosimy o potwierdzenie, że szybka i bezpieczna wymiana akumulatora lub inteligentnego systemu zasilania ma być możliwa bez ściągania materaca, demontowania części noszy, potrzeby odpinania i podpinania przewodów zasilających-sterujących oraz w sytuacji, gdy pacjent leży na noszach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby wymiana akumulatora odbywała się w szybki i bezpieczny sposób bez konieczności użycia narzędzi.

50. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie noszy z akumulatorem wymiennym lub z inteligentnym systemem zasilania. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczona wraz z noszami ładowarka ma umożliwiać ładowanie ww. wyposażenia również wtedy, gdy akumulator lub system inteligentnego zasilania nie jest zainstalowany w noszach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga noszy z wymiennym akumulatorem, oraz ładowanych automatycznie po wpięciu w uchwyt/ podstawę - system mocowania w ambulansie.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy zastosowane zasilanie tj. doprowadzenie prądu do noszy z podstawy ma być pozbawione odsłoniętych zworek, złączy, konektorów mogących spowodować zwarcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje, aby doprowadzone zasilanie było realizowane z zachowaniem bezpieczeństwa i nie wiązało się z ryzykiem zwarcia.

52. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskazując maksymalną wagę zestawu 75 kg wymaga dostarczenia kompletnego zestawu transportowego opisanego w SWZ, który wg. zamieszonego opisu zawiera: nosze wraz z zainstalowanym akumulatorem lub inteligentnym systemem zasilania, barierki bariatryczne, materac oraz pasy i zagłówek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wskazał wagę wynikającą z zapisów normy PN EN 1865-2, która określa całkowitą masę bez materaca i urządzeń przytrzymujących pacjenta jako nie większą niż 75kg.

53. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści instalację zapięcia noszy STRYKER bezpośrednio na podłodze pojazdu z wyłączeniem stołu medycznego tzw. lawety przy jednoczesnym spełnieniu zapisów norm PN 1789:2020 oraz PN 1865-5:2012? Proponowane rozwiązanie może i jest stosowane w furgonach oraz pojazdach o zabudowie kontenerowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

54. Zapytanie Wykonawcy:



Nosze główne:

Prosimy o potwierdzenie, że oferowane nosze jak i system szyn przesuwanych służących do wprowadzania, który jednocześnie dostarcza napięcie elektryczne do noszy ma posiadać deklarację zgodności z normą EN 60601-1 zapewniającą bezpieczeństwo elektryczne urządzeń medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że oferowane nosze jak i system szyn przesuwanych służących do wprowadzania, który jednocześnie dostarcza napięcie elektryczne do noszy ma posiadać deklarację zgodności z normą EN 60601-1 lub równoważną, zapewniającą bezpieczeństwo elektryczne urządzeń medycznych.

55. Zapytanie Wykonawcy:

Nosze główne:

Prosimy o rezygnację z dodatkowego punktowania bezprzewodowej aplikacji serwisowej i dopuszczenie na zasadzie równoważności punktowanego połączenia USB, które jest wykorzystywane podczas przeglądów technicznych. Opisane w SWZ rozwiązanie, które wymaga kontrolowania prawidłowej temperatury pracy noszy i sygnalizacji nieprawidłowych poziomów w związku z zastosowaniem przez projektanta ogniw w których może wystąpić samozapłon spowodowany np.: wysoką temperaturą ładowanego, wyeksploatowanego lub uszkodzonego akumulatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

56. Zapytanie Wykonawcy:

Krzeselko kardiologiczno-transportowe z systemem zjazdu po schodach

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko spełniające wymagania zapisów normy EN-PN 1865-4 oraz posiadające deklarację zgodności UE MDR o poniższych parametrach przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:

- u nośności, udźwigu 227 kg
- wyposażone w twarde siedzisko i oparcie z zapasowym szybkodemontowalnym miękkim siedziskiem/oparciem
- z regulacją ramy tylnej w zakresie do 1400 mm
- bez podłokietników, wyposażone w pojedyncze blokowane uchwyty tylne, ponieważ wskazane akcesoria zwiększają masę pow. wartości przytoczonej w SWZ Zamawiającego i normie EN-PN 1865-4 tj. 15 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr Monika Klause

