



Gdańsk, dnia 21 czerwca 2024 r.

nr sprawy: D10.251.63.F.2024

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w zabiegach laparoskopowych oraz różnych wyrobów medycznych na okres 6 miesięcy.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_3

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zestaw 1

Pytanie 1, dot. Części 3, poz. 1

Trokar bezostrzowy 12mm z transparentną, ściętą, zewnętrźnie żebrowaną kaniulą o długości 100 mm i 150 mm. Długość trokara do wyboru zamawiającego. Trokar posiada: uchwyt umożliwiającą fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uniwersalną redukcję/ podwójną uszczelkę 5mm-12mm oraz dodatkową uszczelkę w kaniuli, możliwość szybkiej desuflacji, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokara na główce nieprzeźroczystego obturatora zakończonego grotem w kształcie stożka z symetrycznie położonymi skrzydełkami oraz podłużnymi rowkami ślizgowymi umożliwiającymi łatwiejszą penetrację tkanek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga trokaru z bezpiecznym ostrzem, bezpieczny system grota chroniący przed zranieniem narządów.

Pytanie 2, dot. Części 3, poz. 3

Trokar bezostrzowy 5mm z transparentną, ściętą, zewnętrźnie żebrowaną kaniulą o długości 100 mm i 150 mm. Długość trokara do wyboru zamawiającego. Trokar posiada: uchwyt umożliwiającą fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, dodatkowa uszczelka w kaniuli, możliwość szybkiej desuflacji, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokara na główce nieprzeźroczystego obturatora zakończonego grotem w kształcie stożka z symetrycznie położonymi skrzydełkami oraz podłużnymi rowkami ślizgowymi umożliwiającymi łatwiejszą penetrację tkanek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga trokaru z bezpiecznym ostrzem, bezpieczny system grota chroniący przed zranieniem narządów.

Pytanie 3, dot. Części 3, poz. 5

Trokar bezostrzowy 15mm z transparentną, ściętą, zewnętrźnie żebrowaną kaniulą o długości 100 mm.



Długość trokara do wyboru zamawiającego. Trokar posiada: uchwyt umożliwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uniwersalną redukcję/ podwójną uszczelkę 5mm-15mm oraz dodatkową uszczelkę w kaniuli, możliwość szybkiej desuflacji, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokara na główce nieprzeźroczystego obturatora zakończonego grotem w kształcie stożka z symetrycznie położonymi skrzydełkami oraz podłużnymi rowkami ślizgowymi umożliwiającymi łatwiejszą penetrację tkanek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga trokaru z bezpiecznym ostrzem, bezpieczny system grota chroniący przed zranieniem narządów.

Pytanie 4, dot. Części 2, poz. 1

Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce. Pojemność 200ml, o wymiarach 8,5cm i 18,8cm i średnicy trzpienia 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. Części 2, poz. 2

Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce. Pojemność 500ml, o wymiarach 11,5cm i 28cm i średnicy trzpienia 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 2

Pytanie 1, dot. Części 3

Zamawiający w części 3 poz. 3 zawarł wymóg "trokar do narzędzi o średnicy 5-6mm". Zapis ten można zinterpretować w ten sposób, iż trokar ma być jednocześnie do narzędzi o średnicy 5mm oraz 6mm. Na rynku istnieje tylko jeden producent, który oferuje takie rozwiązanie. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części nr 3 poz. 3 trokarów do narzędzi 5mm (bez narzędzi 6mm). Według naszej wiedzy Zamawiający nie korzysta z narzędzi o średnicy 6mm.

Odpowiedź: Zamawiający uściśla opis: Trokar laparoskopowy o średnicy 5-6 mm do narzędzi laparoskopowych o średnicy 5 mm.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający modyfikuje:

- Treść zał. nr 2 do SWZ- formularz asortymentowo- cenowy

Zamawiający udostępnia załączniki:

- Zał. nr 2 do SWZ- formularz asortymentowo-cenowy _po zmianie 2



Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski

Sporządziła: Magdalena Fuławka- Sekretarz Komisji Przetargowej