

Kościan, dnia 01.12.2023 r.

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/8/2024/ZO

pn.: „Sprzedaż i dostawa testów kuwetowych, materiału odniesienia oraz wkładów do dozowników”

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 01.12.2023 r., a także wyjaśnienie Zamawiającego:


### Pytanie 1

Proszę o informację dotyczącą ilości wkładów do dozownika na chlor wolny i ogólny- czy ilość 4 sztuki oznacza, że chcą Państwo zamówić 2 dozowniki do chloru wolnego i 2 dozowniki do chloru ogólnego?

### Odpowiedź

Tak, 2 dozowniki do chloru wolnego i 2 dozowniki do chloru ogólnego.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Dawid Borkowski