

OCENA ZGODNOŚCI WAGI (Legalizacja pierwotna)

Waga nieautomatyczna klasy dokładności:	III
Certyfikat zatwierdzenia WE:	E15-00-001
Numer seryjny wagi:	2415682
Max	50 000kg
Min	400kg
e	20kg
Model	GRS-9
Jednostka notyfikowana:	0122
Data oceny zgodności:	12.2024
Miejsce instalacji	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 1 05-825 Chrzanów Duży
Dokument poświadczający	Deklaracja zgodności UE (GIROPES, S.L.)
Legalizacja wagi ważna do	30.11.2026

WAGOTECHNIKA
Piotr Jęczeń
tel. 697-888-094