



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, dnia 13.08.2024r.

EZP 403/2024



Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu M-37/2024 na dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający zgodnie z art.284 ust.2 i 3 ustawy Pzp. przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadawanych pytań:

Pytanie nr 11

Dotyczy: Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, cewnik w całości widoczny w RTG, z zastawką zapobiegającą wypływowi krwi podczas kaniulacji dla rozmiarów 18-24G, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia dla rozmiarów 18-26G, ergonomiczny kształt, sterylność jednorazowego użytku. Kaniule dostępne w rozmiarach 14-26G.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 12

Dotyczy: pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp z dwustronną /podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakiet 3 poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o skalowaniu co 0,1ml co pozwoli na bardziej precyzyjne dozowanie leku w strzykawce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 14

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. Z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 15

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły z ostrzem ściętym pod kątem 45°. Reszta Zgodna z SWZ.





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 16

Pakiet 3 poz. 6 i 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podłączeniowego do leków cytostatycznych o długości 41 cm z objętością wypełnienia 2,7ml z jednym zaciskiem zatraskowym. Reszta Zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 17

Pakiet 3 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o dł. 43cm z jednym zaciskiem zatraskowym. Reszta Zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 18

Pakiet 3 poz. 9-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 200 ml/min. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, z możliwością obrotu strzykawki wokół osi. Łącznik o długości min.4cm. Objętość wypełnienia łącznika poniżej 0,15ml. Możliwość użycia min. 100 aktywacji. Sterylizacja łącznika radiacyjna. Strzykawka w rozmiarze odpowiednio 60, 30 i 10ml. Produkty pakowane oddzielnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 19

Pakiet 3 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o długości całkowitej 7cm, długość kolca 2cm, objętość wypełnienia 0,35ml

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 20

Pakiet 3 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego łącznika bezigłowego z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przezroczysty, o przepływie min. 200 ml/min, posiadający system uniemożliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki. Łącznik o długości min.4cm z kapturkiem zabezpieczającym w wyrazistym czerwonym kolorze o długości min.1cm umożliwiający łatwe i szybkie zabezpieczenie łącznika. Objętość wypełnienia poniżej 0,15ml. Możliwość użycia min. 100 aktywacji. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie 50szt.

Odpowiedź:



g



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 21

Pakiet 3 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły z ostrzem ściętym pod kątem 45°

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 22

Pakiet 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka dostępna w rozmiarach : 1,3,5,10,20, 30, 50/60ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA. W przypadku odmowy dopuszczenia produktu równoważnego prosimy o kliniczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 22A

Pakiet 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnego rozwiązania o poniższych parametrach: adapter pasujący do powszechnie wykorzystywanych fiolek o średnicy 13mm, 20mm lub 28mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Adapter zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do fiolki. Centralne nakłucie wymuszane przez boczne stabilizatory, adapter nie zawiera DEHP, lateksu. Adapter wyposażony w system sygnalizacji akustycznej potwierdzający poprawne połączenie z nakładką na strzykawkę, posiadający specjalny kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiolki. Adapter we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Przyrząd jest elementem systemu zamkniętego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA, posiada rozszerzającą się komorę o objętości maksymalnie 100ml, pochłaniającą toksyczne aerozole i opary. Każdy adapter pakowany indywidualnie. W przypadku odmowy dopuszczenia produktu równoważnego prosimy o kliniczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert nastąpi w dniu: 20.08.2024 r. godz: 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu: 20.08.2024 r. godz: 10:05

Termin związania ofert do 18.09.2024 r.

Z poważaniem

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz

