	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b> tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/37/2023
	Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2D	


Załącznik nr 1.1 do SWZ

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

### STACJA UZDATNIANIA WODY – 1 ZESTAW

Nazwa	Stacja Uzdatniania Wody
Typ	
Producent	BWT, Honeywell, Grundfos
Kraj pochodzenia	Unia Europejska
Rok produkcji:	Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji 2023

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)	
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	<b>STACJA UZDATNIANIA WODY</b> składająca się z:	TAK	TAK
2.	Filtr wstępny z płukaniem wstecznym [ wkładem filtrującym 25 mikronów) przepływ 2000 litrów	TAK	TAK
3.	Filtr węglowy średnica min. 16 cali /woda 1,25 cala	TAK	TAK
4.	Filtr odżelazniający (usunięcie żelaza, manganu, dokładna filtracja mechaniczna) średnica min.16 cali/woda 1,25 cal	TAK	TAK
5.	Zmiękcacz dwukolumnowy automatyczny z regeneracją naprzemienną szt. 2 (jeden zmiękcacz 12 cali drugi większy 14 cali)	TAK	TAK
6.	Osmozer – odwrócona osmoza – produkcja wody zdemineralizowanej przy zasoleniu wody wynikającym z analizy wody, przewodność wody mniejsza niż 5 mikrosiemensów, wydajność dobową min 8000 dm³ bez względu na temperaturę wody. Osmozer wyposażony w pompę, elektroniczny modem sterujący, ciągły pomiar zasolenia, pomiar ilości wody zdemineralizowanej i ściekowej	TAK	TAK
7.	Zbiornik wody zdemineralizowanej wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w komplet przyłączy i czujników poziomu. Pojemność zbiornika min. 1000 dm³	TAK PODAĆ	TAK/Pojemność zbiornika 1100 dm³
8.	Lampa bakteriobójcza UV zainstalowana na obiegu wody zdemineralizowanej z by-passem/ ukł. Hydrauliczny, min 2,3m3 przepływu	TAK Podać	TAK/ przepływ min. 2,3 m³/h
9.	Demineralizator po RO z pomiarem przewodności	TAK	TAK
10.	Pompa cichobieżna z falownikiem zapewniająca ciśnienie do 6 bar, dostarczająca wodę pod ciśnieniem minimum 2 bar na wysokość 30 m	TAK PODAĆ	TAK/ ciśnienie do 6 bar, dostarczająca wodę pod ciśnieniem minimum 2 bar na wysokość 30 m
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego min. 24 miesiące	TAK. Podać	TAK/ 24 miesiące
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	TAK
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie Zamawiającego	TAK, Podać dane teleadresowe	BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa, tel. 22-533-57-00
4.	Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na terenie RP (Deklaracja Zgodności lub certyfikat CE)	TAK, dołączyć do oferty	TAK
5.	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta – min. 1 przegląd rocznie	TAK	TAK
6.	Termin przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej – maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia o wadzie – z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	TAK
7.	Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem	TAK	TAK

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a><a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2D</p>	<p>Nr sprawy: ZP/37/2023</p>
--	--	----------------------------------

8.	Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi wpisami	TAK	TAK
----	---	-----	-----

**UWAGA:**

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e  
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00