

NACZELNIK
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
W. W. W. W.
..... podkom. Jarosław WOJCIKIEWICZ

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest diagnostyka, przegląd techniczny i konserwacja chromatografu gazowego Clarus 500 z autosamplerem (N6519101) firmy Perkin Elmer.

Czynności wymagane:

- usunięcie zanieczyszczeń,
- skontrolowanie szczelności instalacji gazowej,
- wymiana zużytych uszczelek,
- skontrolowanie napięcia instalacji elektrycznej,
- skontrolowanie stabilności połączeń elektrycznych,
- skontrolowanie napięcia detektorów,
- skalibrowanie przepływów gazów roboczych,
- sprawdzenie stanu dozownika.

DIAGNOSTYKA, PRZEGLĄD TECHNICZNY I KONSERWACJA – DATY WYKONANIA DWÓCH ZAMÓWIEŃ: GRUDZIEŃ 2025 R. I GRUDZIEŃ 2026 R.

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
lewin
asp. Marek LEWIŃSKI

SPECJALISTA
Sekcji I
Laboratorium Kryminalistycznego KSP
J. G. G.
podkom. Jarosław WOJCIKIEWICZ

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebańska
Martyna PLEBAŃSKA