

Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

**Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**  
**ul. Jana Pawła II 68**  
**95-200 Pabianice**

Pabianice, dn. 29.05.2024 r.

Nr sprawy 25/ZP/TP1/D/24

**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o zamówienie publiczne**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. **Zakup sprzętu medycznego specjalistycznego stanowiącego wyposażenie stanowiska do znieczulania i wentylacji wspomaganej/zastępczej tj. aparatów do znieczulania z wyposażeniem, respiratorów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń do terapii wysokoprzepływowej, wideolaryngoskopów oraz kapnografów w ramach Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych, pod nazwą „SOR i pracownie diagnostyczne na miarę XXI – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.”**  
– znak sprawy 25/ZP/TP1/D/24.

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający – **Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**, informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną ustawą Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ i działając zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy Pzp udziela poniższych wyjaśnień:

/zachowano oryginalną pisownię pytań/

1. Pyt. 1 – W związku z brakiem aktualnych certyfikatów jakości kapnografu o parametrach zamieszczonych w postępowaniu, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia dedykowanego na SOR o poniższych parametrach:

PARAMETRY TECHNICZNE kapnograf SOR

**Zakres**

CO<sub>2</sub>: 0.99 mmHg

(0-9.9 kPa)

RR: 3-150 bpm

Dokładność (w standardowych warunkach)

CO<sub>2</sub>: 0-40 mmHg ±2 mmHg, 41-99 mmHg 6% odczytu

(0-5,3 kPa ±0.3 kPa; 5.4 – 9.9 kPa 6% odczytu)

RR: ±1 bpm

**Baterie**

Rodzaj: 2 (dwie) baterie alkaliczne lub litowe typu AAA

Żywotność: 6 godzin (alkaliczne)

10 godzin (litowe)

**Warunki Środowiskowe**

Temperatura podczas pracy: 5 do 50 0C

Ciśnienie podczas pracy: 70 do 120 kPa

Wilgotność podczas pracy: 10-95% bez kondensacji

Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

Temperatura przechowywania: -30 do 70 0C

Ciśnienie podczas przechowywania: 50 do 120 kPa

**Wymiary i waga**

Wymiary: 5.2 x 3.9 x 3.9 cm

Waga: 59.5 g (z bateriami alkalicznymi)

**Adaptery**

Martwa przestrzeń dorośli/dzieci: 6 ml

Martwa przestrzeń niemowlęta: 1 ml

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wskazanych parametrach technicznych. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wskazane w pkt VI.19 i VI.20 wymogi, celem zachowania spójności z granicznymi zakresami. W związku z powyższym załącznik nr 1 do SWZ tj. Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie.**

**Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści SWZ.**

Wyjaśnienia zostały udzielone zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W związku z tym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający – **Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.** działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **dokonuje zmiany treści SWZ** w zakresie odnoszącym się do Załącznika nr 1 do SWZ – Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ **nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian.**

Załączniki do pisma:

- Załącznik nr 1 do SWZ modyfikacja III – tj. Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia.

**Z up. Kierownik Działu Zamówień Publicznych**