

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY

ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, Powiat zamojski, Województwo lubelskie.  
REGON: 000291049, klasa działalności wg PKD: 86.10.Z, NIP 922-22-94-159,  
fax: 84 68 18 792, centrala: 84 68 18 020, e-mail: poczta@radecznica.pl

Radecznica, dn. 19 maja 2023 r.

### Oferenci biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pod nazwą: „**Dostawa łóżek szpitalnych psychiatrycznych oraz szafek przyłóżkowych z podziałem na 2 części dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy**”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, zwany dalej Zamawiającym.

Numer postępowania na platformie: ID761903

Numer referencyjny postępowania: 07/PZP/2023

W postępowaniu wpłynęły wnioski o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

#### **Pytanie 30**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości 960 mm?„

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 1 – Dane techniczne pkt 1, w ten sposób, że:

#### **BYŁO:**

„Szerokość całkowita: od 985 mm do 995 mm;”

**JEST:**

„Szerokość całkowita: od 960 mm do 1025 mm;”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ w Zadaniu 1 „Wymagane Parametry i Warunki” Lp. 1 w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Szerokość całkowita: od 985 mm do 995 mm;”

**JEST:**

„Szerokość całkowita: od 960 mm do 1025 mm;”

**Pytanie 31**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 1 – Dane techniczne pkt 2, w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Długość całkowita: od 2195 mm do 2205 mm;”

**JEST:**

„Długość całkowita: od 2180 mm do 2205 mm;”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ w Zadaniu 1 „Wymagane Parametry i Warunki” Lp. 2 w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Długość całkowita: od 2195 mm do 2205 mm;”

**JEST:**

„Długość całkowita: od 2180 mm do 2205 mm;”

**Pytanie 32**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łożka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łożka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łożka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łożka jak również wyjście.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 33**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka z leżem o wymiarach 2000x850 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 34**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne z segmentami leża wypełnionymi siatką o oczkach o wymiarach 50mm x 50 mm, grubość 5 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 1 – Dane techniczne pkt. 6, w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym o oczkach o wymiarach 100mmx50mm, siatka wykonana z pręta min. fi 5 mm. Siatka w leżu montowana na stałe.”

**JEST:**

„Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym o oczkach o wymiarach od min. 50mm x 50mm do max. 100mm x 50mm, siatka wykonana z pręta min. fi 5 mm. Siatka w leżu montowana na stałe.”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ w Zadaniu 1 „Wymagane Parametry i Warunki” Lp. 6, w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Segmenty leżą wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym o oczkach o wymiarach 100mmx50mm, siatka wykonana z pręta min. fi 5 mm. Siatka w leżu montowana na stałe.”

**JEST:**

„Segmenty leżą wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym o oczkach o wymiarach od min. 50mm x 50mm do max. 100mm x 50mm, siatka wykonana z pręta min. fi 5 mm. Siatka w leżu montowana na stałe.”

**Pytanie 35**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ręczną regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 36**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami wypełnionymi płytą HPL 6 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 37**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego nogi wykonane są z rury fi 33,7 x 2, proste, nie wystające poza obrys ramy łóżka, zamocowane wewnątrz ramy leża, co ułatwia nieograniczony dostęp do pacjenta?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 38**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne, którego nogi wykonane są z rury fi 33,7x2 mm?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie 39**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne wyposażone w uchwyty do mocowania pasów do unieruchamiania pacjenta o przekroju prostokątnym o wymiarach 8 mm x 5 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 40**

„Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści do zaoferowania łożko szpitalne bez specjalnego mechanizmu umożliwiającego przymocowanie łożka do podłoża?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 41**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne wyposażone w krążki odbojowe o średnicy fi 100 mm?”

**Odpowiedź:**

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 6

**Pytanie 42**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z bezpiecznym obciążeniem wynoszącym 230 kg?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 43**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wysokości 830 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 2 – Dane techniczne pkt. 1, w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Wysokość: od 795 mm do 805 mm;”

**JEST:**

„Wysokość: od 795 mm do 830 mm;”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ w Zadaniu 2 „Wymagane Parametry i Warunki” Lp. 1 , w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Wysokość: od 795 mm do 805 mm;”

**JEST:**

„Wysokość: od 795 mm do 830 mm;”

**Pytanie 44**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o głębokości 440 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 2 – Dane techniczne pkt. 3, w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Głębokość: od 425 mm do 435 mm”

**JEST:**

„Głębokość: od 425 mm do 440 mm”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ w Zadaniu 2 „Wymagane Parametry i Warunki” Lp. 1 , w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Głębokość: od 425 mm do 435 mm”

**JEST:**

„Głębokość: od 425 mm do 440 mm”

**Pytanie 45**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z drzwiczkami o wymiarach 334 mm x 356 mm?,,

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany.

Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 2 – Dane techniczne pkt. 5, w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Szafka wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach (od 335 mm do 355 mm) x (od 325 mm do 355 mm). Drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym. Fronty szuflad i drzwiczek wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorach do wyboru przez Zamawiającego (z palety min. 7 kolorów).”

**JEST:**

„Szafka wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach (od 334 mm do 356 mm) x (od 325 mm do 356 mm). Drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym. Fronty szuflad i drzwiczek wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorach do wyboru przez Zamawiającego (z palety min. 7 kolorów).”

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ w Zadaniu 2 „Wymagane Parametry i Warunki” Lp. 3 , w ten sposób, że:

**BYŁO:**

„Szafka wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach (od

335 mm do 355 mm) x (od 325 mm do 355 mm). Drzwiczki z zatraskiem magnetycznym. Fronty szuflad i drzwiczek wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorach do wyboru przez Zamawiającego (z palety min. 7 kolorów).”

**JEST:**

„Szafka wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach (od 334 mm do 356 mm) x (od 325 mm do 356 mm). Drzwiczki z zatraskiem magnetycznym. Fronty szuflad i drzwiczek wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorach do wyboru przez Zamawiającego (z palety min. 7 kolorów).”

**Pytanie 46**

„Czy Zamawiający dopuści w pkt. 4 do zaoferowania szafkę z dostępem z 4 stron?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 47**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą blat z płyty HPL o grubości 6 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 48**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą pod kontenerkiem półkę wykonaną z siatki np. na buty pacjenta?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania**



**Zatwierdził:**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy  
mgr Andrzej Kowalski