



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów trzustki w SPZOZ MSWiA w Szczecinie”

dofinansowany w ramach działania 9.2 *Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Nr Umowy: POIS.09.02.00-00-0176/19-00/401/2019/923 z dnia 30.12.2019 r.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPZP

ZAMAWIAJĄCY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWiA W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44
70-382 SZCZECIN

zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w dniu 01.09.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę zestawu do echoendoskopii oraz generatora RF z pompą chłodzącą do generatora zgodnie z projektem pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów trzustki w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”,
nr postępowania 7/2020.

Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

w zakresie Pakietu nr 1:
Olympus Polska sp. z o.o.
ul. Wyalazek 1
02-677 Warszawa

Cena: 821 479,10 zł brutto

Okres gwarancji udzielonej na aparaturę: 24 m-ce

Koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej: 10 221,30 zł brutto

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 2:

dr Piktel Medic@l
Systems sp. z o.o.
ul. T. Czackiego 2/2
15-268 Białystok

Cena: 165 045,60 zł brutto



Okres gwarancji udzielonej na aparaturę: 24 m-ce

Koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej: 1 808,10 zł brutto

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

W postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
1	Olympus Polska sp. z o.o. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa
2	dr Pikel Medic@I Systems sp. z o.o. ul. T. Czackiego 2/2 15-268 Białystok
3	Varimed sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 50-442 Wrocław

Punktacja ofert, w poszczególnych kryteriach przedstawia się następująco:
w zakresie Pakietu nr 1:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Okres gwarancji udzielonej na aparaturę	Koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej	Razem
1	Olympus Polska sp. z o.o. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
3	Varimed sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław	oferta odrzucona			

w zakresie Pakietu nr 2:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Okres gwarancji udzielonej na aparaturę	Koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej	Razem
2	dr Pikel Medic@I Systems sp. z o.o. ul. T. Czackiego 2/2 15-268 Białystok	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

Zamawiający odrzuca ofertę:

Wykonawcy Varimed sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP. Zamawiający wymagał zaoferowania przez Wykonawcę zestawu do echoendoskopii posiadającego parametry i wymagania graniczne szczegółowo określone w załączniku nr 7a do SIWZ. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 07.07.2020 r. Wykonawca Varimed sp. z o.o. złożył załącznik nr 7a do SIWZ (zestawienie parametrów

i wymagań granicznych oferowanego zestawu do echoendoskopii) – zgodnie z Rozdziałem I SIWZ – „Instrukcja dla Wykonawców”, pkt 4.7. ppkt 2) lit. i) SIWZ. Zamawiający wymagał w przypadku głowic ultrasonograficznych w poz. 79 i w poz. 84 ww. załącznika obrazowania harmonicznego w liczbie co najmniej **6 zakresów** częstotliwości. Z kolei, Wykonawca Varimed sp. z o.o. w załączniku nr 7a do SIWZ (zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego zestawu do echoendoskopii) wskazał, iż zaoferowane przez niego głowice ultrasonograficzne charakteryzują się liczbą **5 zakresów** częstotliwości, co jest wprost niezgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wobec powyższego, wypełnione zostały przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP, tj. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w ramach Pakietu nr 1 i w ramach Pakietu nr 2 może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 1) uPZP.

Szczecin, dnia 01.09.2020 r.