



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/2964/23

Data: 14.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup sterylizatorów i myjni COVID na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak sprawy: 2964/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Komora bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Komora wykonana ze stali nierdzewnej 316 L wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra=0,8.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 3 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory = 5mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: wydajny i energooszczędny pełny płaszcz grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym pojemność komory 6 STE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 6 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Komora o wymiarach 700x700x1000 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 7 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Wymiary sterylizatora (Szer. x Wys.x Głęb.) 1190x1950x1330mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



PYTANIE nr 8 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)
Prosimy o dopuszczenie parametru: Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy 39,9 kW.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 9 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)
Prosimy o dopuszczenie parametru: Wbudowana drukarka termiczna parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku.

Prosimy o dopuszczenie parametru: odmulanie wytwornicy realizowane podczas przeglądu serwisowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 10 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora z pomiarem poziomu wody w wytwornicy realizowanym poprzez niezależne czujniki poziomu i podające wartość automatycznie do sterownika. Rozwiązanie to jest znacznie nowocześniejsze, sterylizator sam reaguje na ewentualnie niski poziom wody w wytwornicy, nie wymaga stałej obserwacji personelu wodowskazu. Również eliminuje problem z utrzymaniem w czystości paneli czołowych i bocznych, które są gładkie-bez wystającej zabudowy wodowskazu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 11 – dotyczy: STERYLIZATOR 6-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej parą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 12 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Komora bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 13 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Komora wykonana ze stali nierdzewnej 316 L wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra=0,8.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 14 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory = 5mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 15 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: wydajny i energooszczędny pełny płaszcz grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 16 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym pojemność komory 6 STE.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 17 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Komora o wymiarach 700x700x1300 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 18 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Wymiary sterylizatora (Szer. x Wys.x Głęb.) 1190x1950x1630mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 19 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy 50,2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 20 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Wbudowana drukarka termiczna parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku. Prosimy o dopuszczenie parametru: odmulanie wytwornicy realizowane podczas przeglądu serwisowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 21 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora z pomiarem poziomu wody w wytwornicy realizowanym poprzez niezależne czujniki poziomu i podające wartość automatycznie do sterownika. Rozwiązanie to jest znacznie nowocześniejsze, sterylizator sam reaguje na ewentualnie niski poziom wody w wytwornicy, nie wymaga stałej obserwacji personelu wodowskazu. Również eliminuje problem z utrzymaniem w czystości paneli czołowych i bocznych, które są gładkie-bez wystającej zabudowy wodowskazu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 22 – dotyczy: STERYLIZATOR 8-JEDNOSTKOWY – 1 szt (zgodny z PN- EN 285 lub równoważne)

Prosimy o dopuszczenie parametru: Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej parą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

