



Wrocław, 16.07.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.79.2024**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz. 1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 52 – Pytanie do postępowania** Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

**Pytanie nr 53 Pakiet 18, poz. 1** Proszę o dopuszczenie Koreczka do dezynfekcji do łączników bezigłowych

- Służy do dezynfekcji jednorazowego użytku
- wewnątrz koreczka gąbka nasiąknięta 70 % alkoholem izopropylowym
- Zapewnia aktywną dezynfekcję do 7 dni, jeśli nie zostanie usunięta
- Dezynfekcja do 30 sekund
- Kompatybilny ze wszystkimi systemami bezigłowymi
- Wszystkie materiały są sterylne, wolne od PVC i lateksu
- Projekt pasków pozwala na zawieszenie na statywach
- Opakowanie zawiera 25 pasków po 10 koreczków dezynfekujących
- sterylizowany radiacyjnie
- w kolorze niebieskim



**Pytanie nr 54 Pakiet 18, poz. 2** Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o przepływie 320 ml/min oraz przepływie uzyskanym w mankiecie ciśnieniowym 645 ml/min.

**Pytanie nr 55 Pakiet 18, poz. 3** Proszę o dopuszczenie systemu z dwoma portami bezigłowymi z drenami o długości 3 cm.

**Pytanie nr 56 Pakiet 18, poz. 3** Proszę o dopuszczenie systemu z dwoma portami bezigłowymi z dwoma zaciskami ślizgowymi zamiast klem.

**Pytanie nr 57 Pakiet 18, poz. 3** Proszę o dopuszczenie systemu z dwoma portami bezigłowymi o prędkości przepływu 100 ml/min.

**Pytanie nr 58 Pakiet 28, poz. 1** Proszę o dopuszczenie kaniul sterylizowanych tlenkiem etylenu.  
**Odpowiedź na pytanie nr 52 - 58: Zgodnie z SWZ.**