



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448; BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy: 10/ZP/2024
DZP/65/2024

Zgorzelec, dnia 20.02.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Nabycie przez Zamawiającego fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem, dostawą i szkoleniem pracowników dla WS-SPZOZ w Zgorzelcu. 2 postępowanie

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

PYTANIE NR 1.

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop renomowanego producenta, cieszący się przez użytkowników w Polsce i na całym świecie ogromnym uznaniem, przeznaczony do intubacji pacjentów w warunkach poza, jak i wewnątrz-szpitalnych, charakteryzujący się poniższymi parametrami?

Parametry techniczne	
1	Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi
Kamera/Monitor	
1	Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala
2	Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi
3	Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów
4	Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań
5	Port USB-C do zgrzywania plików do komputera w celu archiwizacji
6	Wskaźnik naładowania akumulatora na monitorze
7	W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 2 godziny pracy monitora
8	Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min
Optyka	
1	Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa systemy informujące o pozostałej ilości użyciu oraz poziomie naładowania akumulatora
2	Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym
3	Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką
4	W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji
5	Automatyczne wyłączenie po 30 min.
6	Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h
7	Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI
8	Końcówka toru wizyjnego posiada zabezpieczenie przez zaparowaniem
Jednorazowe nakładki / łyżki	
1	Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami
2	Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5

3	Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5
4	Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły
5	Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiające intubację bez potrzeby stosowania prowadnic
Stacja dokująca/ladowarka	
1	Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz system informujący o naładowaniu akumulatora
Inne	
1	Waga całego zestawu 340 g
2	W skład kompletu wchodzi: - Kamera/Monitor - 1 szt. - Wielorazowa optyka - 1 szt. - Stacja dokująca - 1 szt. - Jednorazowe nakładki - 100 szt. (możliwość dostarczenia po 50 szt. różnych rozmiarów)
3	Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką USB-C (np. do smartfonów)

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 2)

PYTANIE NR 1.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 90-120 dni od daty podpisania umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2.

Dotyczy załącznik 2B – pkt. 9 – prosimy o potwierdzenie, iż koszty przeglądów samochodu bazowego pokrywa Zamawiający.

Odp. Zamawiający nie potwierdza, zgodnie z pkt. 14 załącznika nr 2B do SWZ, jeden serwis w roku na koszt Wykonawcy.

PYTANIE NR 3.

Prosimy o podanie zakładanego szacowanego przebiegu rocznego ambulansu.

Odp. Zamawiający przewiduje około 150 000 km przebiegu rocznego ambulansu.

PYTANIE NR 4.

Dotyczy załącznik 2B – pkt. 14 – prosimy o potwierdzenie, iż punkt ten dotyczy tylko sprzętu medycznego (bez samochodu bazowego).

Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego, zapis dotyczy także samochodu bazowego.

PYTANIE NR 5.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 5 – prosimy o dopuszczenie technologii płyt, a nie tłoczonych profili.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 6 – prosimy o dopuszczenie pojazdu powyżej 3,5 t.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7.

Dotyczy załącznik 2a – pkt.13 – czy stacja dokująca ma być zawarta w ofercie?

Odp. Tak, stacja dokująca ma być w ofercie.

PYTANIE NR 8.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 16 - prosimy o dopuszczenie anten montowanych na stałe na dachu jak w linku:

<https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia>

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 9.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 29 – prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie opisane w tym punkcie nie wchodzi w ofertę

Odp. Zamawiający potwierdza, że wyposażenie opisane w załączniku 2A do SWZ w punkcie 29 nie wchodzi w ofertę, z wyjątkiem butli.

PYTANIE NR 10.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 29 – prosimy o podanie wymiarów pojemnika reimplantacyjnego.

Odp. Wymiary pojemnika reimplantacyjnego wynoszą 330 x 260 x260 mm.

PYTANIE NR 11.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 32 – prosimy o dopuszczenie stopnia nie pokrytego wykładziną, a którego budowa uniemożliwia poślizgnięcie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 36 – czy układ wydechowy ma być przedłużony i skierowany w lewo za tylną oś?

Odp. Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku 2A do SWZ w punkcie 36 –układ wydechowy ma być przedłużony za tylną oś, obojętnie z której strony.

PYTANIE NR 13.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 42 – prosimy o dopuszczenie panelu typu touch screen (dotykowego) bez funkcji powiadamiania o zbliżającym przeglądzie, intercomu jako osobne urządzenie,, miernika paliwa jako odrębne urządzenie, bez dwu stopniowego podświetlenia przycisków.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 14.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 44 – prosimy o dopuszczenie szyberdachu o wymiarach 1000x600 bez rolety i moskitiery.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 89 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego poprzez dodatkowe lampy w szafkach podsufitowych a nie jako ściemnienie głównego oświetlenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 92 – prosimy o dopuszczenie montażu drukarki na półce nad szafką ściany działowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza montaż drukarki na półce nad szafką ściany działowej.

PYTANIE NR 17.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 92- prosimy i podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie.

Odp. W ambulansie będzie użytkowana drukarka HP Office Jet 250 Mobile.

PYTANIE NR 18.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 92 – prosimy o dopuszczenie miejsca termoboxu przed prawym nadkolem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 19.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 92 – czy Zamawiający wymaga aby fotel u wezglowia był przesuwany bez użycia narzędzi, mógł być przesuwany przez osobą która siedzi na nim w zapiętym pasie – analogicznie jak np. fotel kierowcy.

Odp. Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności.

PYTANIE NR 20.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 93 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia w szafkach stałego lub uruchamianego włącznikiem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 93- prosimy o dopuszczenie panelu typu touch screen (dotykowego), gdzie intercom, regulacja głośności w głośnikach oraz sterowanie głośnikiem radiotelefonu odbywa się poprzez odrębne urządzenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 94 - prosimy o dopuszczenie oświetlenia w szafkach stałego lub uruchamianego włącznikiem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 94.h – czy lodówka opisana w tym punkcie to ta sama lodówka co pojemnik reimplantacyjny opisany wcześniej w punkcie 45.

Odp. Lodówka opisana w załączniku 2A do SWZ w pkt.94.h to nie to samo co pojemnik reimplantacyjny opisany w załączniku 2a do SWZ w pkt. 45.

PYTANIE NR 24.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 95 – prosimy o dopuszczenie panelu na ścianie prawej o wymiarach 30x30 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 25.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 96 – prosimy o dopuszczenie montażu urządzenia w schowku zewnętrznym – dostęp poprzez roletę.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 26.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 100 – prosimy o dopuszczenie podłogi z OSB bez materiału izolacyjnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 27.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 100 – prosimy o podanie jaką przenikliwość cieplną ma mieć podłoga w celu uzyskania parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Współczynnik U poniżej 0,3 W/m²K

PYTANIE NR 28.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 102 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez uchwytu na plecak – w zamian szafka z pasami na ścianie prawej obok fotela na którym można go postawić.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 29.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 123 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez pakietu parkowania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 30.

Dotyczy załącznik 2a – pkt. 124- prosimy o dopuszczenie ambulansu bez fabrycznego systemu multimedialnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 31.

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia układów.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 3)**PYTANIE NR 1. DOTYCZY: Pkt 118 – Wideolaryngoskop**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na wideolaryngoskop UED A o zbliżonych i następujących parametrach?

- Jednorazowe rękojeści zintegrowane z jednorazowymi, stanowiące osłonę toru wizyjnego (skrótowa dezynfekcja urządzenia oraz ograniczenie infekcji krzyżowych mogących pochodzić z rękojeści).
- Wymiary maksymalne, po złożeniu z największą łyżką: 190 x 80 x 150mm (wymiary ekranu: ekran 80 x 70 x 20mm),
- Obrotowy ekran w zakresie 270 stopni, odchylany w przód i tył w zakresie 110 stopni,
- Waga: wyświetlacz 158 gram + tor wizyjny 92 gramy,

- Wbudowana bateria litowa: 3,6V (210 minut pracy),
- Źródło światła: dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała,
- Wyświetlacz dotykowy 3" z funkcją bezprzewodowego udostępniania obrazu (wifi),
- Kamer CMOS 1Mpx,
- Łyżki jednorazowe typu Macintosh w rozmiarach: 1,2,3,4 (ilości zgodne z OPZ).

Odp. Tak, Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o podanych parametrach.

PYTANIE NR 2.

Dotyczy krzeselka kardiologicznego składanego:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odporne na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowane na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka
- Waga ok 14.5 kg

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższych rozwiązań.

PYTANIE NR 3. Dotyczy SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 30 do 50 dni?

Odp. Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

(ZAPYTANIE NR 4)

PYTANIE NR 1.

Chcielibyśmy zwrócić się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do treści SWZ:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności Urządzenia do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiające montaż w pojeździe, Zabija patogeny w powietrzu i na wszystkich odsłoniętych powierzchniach o poniższych parametrach.

- Eliminuje bakterie i wirusy w powietrzu i na powierzchniach
- Stałe dezynfekuje wszystkie odsłonięte powierzchnie 24/7
- Działa w trybie ciągłym, bezpieczny dla ludzi
- Różne modele - moc i wydajność dopasowane precyzyjnie do potrzeb
- Bezobsługowa, wygodna eksploatacja
- Zmniejsza zużycie chemikaliów
- Unikalny miks 6 technologii
- Europejski producent, certyfikat C

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawione rozwiązania.

(ZAPYTANIE NR 5)

PYTANIE NR 1. Dot. Nosze główne mechaniczne I)

Prosimy o doprecyzowanie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w pkt. I)

Czy zaoferowane nosze powinny posiadać „system umożliwiający zdjęcie blokady goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu realizowany za pomocą podwozia z automatycznie składanymi goleniami przednimi i tylnymi, bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków czy zwalniania dźwigni,

czy też wystarczy zestaw z automatycznie składanymi goleniami przednimi bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków czy zwalniania dźwigni i manualnie składanymi goleniami tylnymi z funkcją podtrzymania całego ciężaru noszy wraz z pacjentem przez goleń tylną pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Odp. Zamawiający dopuszcza oba zaproponowane rozwiązania.

PYTANIE NR 2.

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw transportowy posiadał dodatkowe zabezpieczenie które uniemożliwia wyjazd zestawu transportowego z ambulansu w przypadku gdy golenie nie zostały w pełni rozłożone? Taka funkcjonalność pozwala uniknąć sytuacji w której to zestaw transportowy mógłby spaść na ziemię wraz z pacjentem.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza podaną wyżej funkcjonalność.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Anna Połuch
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych**



**Radosław Jabłoński
Zastępca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Z-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
WS-SP ZCO w Zgorzelcu

mgr Radosław Jabłoński

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Anna Połuch; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl