

Warszawa, 22.11.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **CNT.371.058.2021**,

Dostawa: Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym pozycyjnym zmieniającym próbki w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 11 września 2019 r. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dalej zwanej Ustawą odpowiada na pytanie wykonawcy:

SERIA 01

Pytanie do SWZ:

W dokumencie Specyfikacja Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z wewnętrznym systemem chłodzenia, który nie wymaga zasilania wodą.

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne urządzenie z zewnętrznym systemem chłodzenia zasilanego wodą?

Zamawiający wymaga aby analizator posiadał bezobsługowy detektor energodispersyjny wykonany w technologii paskowej

Pytanie 2:

Czy zamawiający uzna za równoważne urządzenie wyposażone w bezobsługowy, zamknięty licznik proporcjonalny lub szybki jednowymiarowy licznik półprzewodnikowy (Closed proportional or semiconductor linear array detector MYTHEN2 1D)?

Zamawiający wymaga aby analizator umożliwiał pomiar piku o szerokości mniejszej niż $0,04^{\circ}2\theta$.

Pytanie 3:

Czy zamawiający uzna za równoważne analizator umożliwiający pomiar piku o szerokości $0,09^{\circ}2\theta$.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Jednocześnie

1. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 25.11.2021 roku. na godzinę 10:00,
2. Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 25.11.2021 roku. na godzinę 10:30,
3. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian,

KWESTOR
Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

/-/ dr Małgorzata Borowik
Podpis w oryginale