



Wieluń, dnia 09 listopada 2023 r.

**Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ**

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych oraz endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium do ich implantacji** prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, nr **SPZOZ.ZP.2.24.242.17.2023**.

Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 1. W przypadkach wymienionych poniżej, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: a) za zwłokę w realizacji złożonego zamówienia względem terminu określonego § 3 ust. 5 umowy, w wysokości **0,5%** wartości netto tego zamówienia za każdy dzień opóźnienia zwykłego, nie więcej jednak niż 10% wartości netto opóźnionego zamówienia; b) za zwłokę w realizacji obowiązków reklamacyjnych określonych w § 4 względem terminu określonego w § 4 ust. 2, w wysokości **0,5%** wartości netto reklamowanej części zamówienia za rozpoczęty każdy dzień opóźnienia zwykłego, nie więcej jednak niż 10% wartości reklamowanej części zamówienia; d) z tytułu braku zmiany wysokości Wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokości **500,00 zł** za każdy przypadek

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 2

Dot. pakietu 25 - ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia kompletnego instrumentarium do pakietu nr 25 pozycja 1 i 2? Do przeprowadzania zabiegów szcicia łątkotki techniką All-inside instrumentarium nie jest wymagane. A pobierak z pozycji 2 jest jednorazowy.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia kompletnego instrumentarium do pakietu nr 25 pozycja 1 i 2

Pytanie nr 3

Dot. pakietu 20 poz. 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

Implant niewchłaniały tytanowy. Wkręt, gwintowany na całej długości o średnicy 5 mm i długości 15,5 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłaniającymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 4

Dot. pakietu 20 poz. 3 - ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłaniałna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojęczykowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 5

Dot. pakietu 20 poz. 6 - ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 6

Dot. pakietu 20 poz. 7 - ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm),

Śruba interferencyjna tytanowa z zaokrągloną główką oszczędzającą przeszczep w technice transtibial. Implant pakowany pojedynczo, sterylny, Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 8-9 mm (skok co 1 mm)

Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm),

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 7

Dot. pakietu 20 poz. 12- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:



Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięga w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym, dostępny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany pojedynczo. Produkt sterylny

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 8

Dot. pakietu 20 poz. 14 - ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłaniałna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 9

Dot. pakietu 20 poz. 15- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 10

Dot. pakietu 20 poz. 18- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnicę umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 11

Dot. pakietu 20 poz. 19- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 12

Dot. pakietu 20 poz. 20- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:



Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, część gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych

- średnica 2,5mm (długość 8-34mm),

- średnica 3,0mm (długość 10-36mm)

Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby,

- średnica 2,5mm (długość 8-34mm),

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 13

Dot. pakietu 20 poz. 21- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o następujących parametrach:

Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm, długości w zakresie 10 do 14 mm, kodowana kolorem

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 14

Dot. pakietu 20 poz. 24- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w związku z wycofaniem z asortymentu produktów kotwicy o średnicy 2,4mm Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwóch typów kotwic o wymiarach i parametrach:

Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 15

Dot. pakietu 20 poz. 25- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy w związku z wycofaniem z asortymentu produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kotwic o wymiarach i parametrach:

Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 16

Dot. pakietu 20 poz. 26- ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do oceny tylko produkty o następujących parametrach: Drut Kirschnera - średnica 0,86mm (długość 80mm), 1,0mm (długość 80mm).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 17

Dotyczy rozdziału V Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Czy Zamawiający dopuści wyjaśnienia dotyczące treści przedmiotowych środków dowodowych? Zgodnie z SWZ Zamawiający przewidział tylko uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie nr 18

Dot. §3 ust. 6 projektu umowy

Dot. zapisów projektu umowy: Czy Zamawiający w §3 ust. 6 odstąpi od wymogu potwierdzenia podpisem na fakturze przy jej odbiorze, ew. wnosimy o dodanie postanowienia, iż Zamawiający dokona podpisu na dokumencie WZ? Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku składania podpisu na dokumencie faktury, ponadto należy wskazać, iż w przypadku faktur elektronicznych nie istnieje taka możliwość

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 19

Pytanie 1 dot. pakietu 26

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 26 dla pozycji „Wkładka polietylenowa (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem). Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm” możliwość zaoferowania wkładek w rozmiarach 28mm, 32mm

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści..

Pytanie nr 20

Pytanie 2 dot. pakietu 28

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 26 dla pozycji „Wkładka polietylenowa (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem). Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm” możliwość zaoferowania wkładek w rozmiarach 28mm, 32mm

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia implantów sterylnych w zakresie Pakietu nr 1?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia implantów sterylnych w zakresie Pakietu nr 1

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia implantów sterylnych w zakresie Pakietów nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 23

W związku z wymogiem zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 6 gwoździa z możliwością zastosowania zespołów blokujących, zwracamy się prośbą o dodanie w Pakiecie 1 odpowiedniej pozycji zawierającej zespoły blokujące.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowny zapis został dodany do Załącznika nr 1A, Pakiet 1, poz 6.b.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 34 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Steinmanna o długości w przedziale 150-220 mm zmiana co 10 mm, oraz o długości 250, 280 i 300 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L” o długości od 82 mm do 262 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości udowej o długości od 156 mm do 316 mm zamiast od 160 mm do 312 mm, oraz z 7 otworami w głowie płytki zamiast z 6?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej o długości od 44 mm do 404 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki wygiętej o długości od 229 mm do 336 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki szerokiej grubej o długości od 103 mm do 350 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej wąskiej grubej o długości od 59 mm do 163 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości ramiennej o długości od 90 mm do 270 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści..

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowej o długości od 116 mm do 246mm z oraz płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowej z hakiem o długości od 117mm do 252mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki do zespolenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 106 do 322 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości łokciowej o długości od 86 do 216 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 62mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1,3 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Pakietu nr 22 i 23?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w zakresie Pakietu nr 22 pozycji zawierającej grotowkrętę Schanza. W momencie składania oferty wyłączenie na Pakiet nr 22, oferent nie ma możliwości zaoferowania kompatybilnych ze stabilizatorem grotowkrętów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowny zapis został dodany do Załącznika nr 1A, Pakiet 22, poz 6.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 i 23 wymaga zaoferowania grotów wykonanych z tytanu, a dla pacjentów uczulonych na jony metali, pokrytych warstwą węglowo krzemową Si-DLC?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 22 i 23 wymaga zaoferowania grotów wykonanych z tytanu, a dla pacjentów uczulonych na jony metali, pokrytych warstwą węglowo krzemową Si-DLC.

Pytanie nr 40

Dot. pakietu nr 18 – Elastyczne gwoździe tytanowe typu TEN

Czy Zamawiający odnośnie Pakietu nr 18 odstąpi od wymogu utworzenia depozytu implantów na rzecz dostawy według zapotrzebowania tuż przed planowanym zabiegiem wraz z instrumentarium (rozdział IV pkt. 5, 6, 12 zapisów SWZ)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41

Dot. pakietu nr 24 – Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej lub do artrodezy stawu skokowego

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 - gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej oraz w poz. 2- gwóźdź DO ARTRODEZY o parametrach jak poniżej:

Tytanowy gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm dł. 20-40mm stopniowane co 2 mm, dł. 40-60mm stopniowane co 5mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowno. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. Materiał elementów blokujących – stop tytanu. Implanty sterylne, pakowane osobno. Użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ.

Poz. 1 – Gwóźdź odpiętowy do złamań: Długość L= 45, 50, 55 mm pokryty w całości celownikiem, średnica 10mm. Gwóźdź posiada 3 lub 4 gwintowane otwory i 1 otwór kompresyjny. Długość otworu kompresyjnego 5mm.

Komplet: - 1 gwóźdź, 2 śruby

Poz. 2 – Gwóźdź odpiętowy do artrodezy: Długość L= 65, 75 i 85mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 12 mm. Gwóźdź posiada 4 otwory gwintowane i 1 lub 2 kompresyjne, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm.

Komplet: - 1 gwóźdź, 3 śruby

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 42

Dot. pakietu nr 24 – Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej lub do artrodezy stawu skokowego

Czy Zamawiający w zapisie pod tabelą odstąpi od wymogu utworzenia depozytu implantów i instrumentarium na rzecz dostawy według zapotrzebowania tuż przed planowanym zabiegiem (dot. również zapisów SWZ w rozdziale IV pkt. 5, 6, 12)?

Z uwagi na niewielkie ilości wyrobów na czas trwania umowy tj. 12 miesięcy wnosimy jak wyżej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 43

Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający dookreśli, iż termin jest liczony w dni robocze (§3 ust. 5)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 44

Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zmieni kary umowne 1% na 0,5% określone w §6 ust. 1 lit a i b oraz z 25% na 10% w §6 ust. 6?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 45

Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Sporządził:

.....
(Na oryginale właściwy podpis:
Inspektor Działu Zamówień Publicznych SPZOZ w Wieluniu
Magdalena Pałyga)

Zatwierdził:

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)

