



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki

F2-2/14/2021

Warszawa, dnia ...2021...04...30.....



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do centrowania i naświetlania dla fotolitografii DUV 0,5 um - nr sprawy F2-2/14/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że w odpowiedziach na pytania z dnia 29.04.2021 r. została udzielona nieprawidłowa odpowiedź na poniższe pytanie:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia do centrowania i naświetlania dla fotolitografii DUV 0,5 um w którym: (...)


- ***nie ma półki do przechowywania 2 kompletów oprzyrządowania oraz nie jest możliwe wyposażenie go w funkcję automatycznego podawania i odbioru płytek krzemowych.***

Prawidłowa odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych i Operacyjnych
Pracownik Samoistny

mgr Witold Syrwid

Strona 1 z 1



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

