



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁA

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat  
Centrala  
Fax  
e-mail:  
67 210 62 05  
67 210 66 66  
67 212 40 85  
kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 28.05.2025 roku

EZP.III-241/28/25

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**NICI CHIRURGICZNE**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1.

Zadanie nr 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz.1 wosku chirurgicznego wytwarzanego z mieszaniny wosku pszczelego (80%) i palmitynianu izopropylu (20%), 2,5g ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie nr 2.

Zadanie nr 1, poz. 1-33 Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, czas wchłaniania bez zmian, bez dodatku chlorheksydyny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie nr 3.

Zadanie nr 1, 2 Czy Zamawiający dopuści nici pakowane w podwójne opakowanie jednostkowe tj. aluminiowa szaszetka i torebka foliowo-papierowa?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 4.

Zadanie nr 1, 2, 3, 4 Czy Zamawiający dopuści szwy z igłami ze stali typu 300?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie nr 5.

Zadanie nr 1, poz. 5, 6, 13 Czy Zamawiający wykreśli z Zadania nr 1 ww. pozycje, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 5, 6 i 13?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla i nie wyraża zgody**

### Pytanie nr 6.

Zadanie nr 1, poz. 33, 34 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie nr 7.

Zadanie nr 2, poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach 70% i po 43 dniach 60%, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie nr 8.

Zadanie nr 2, poz. 5, 6 Czy Zamawiający wykreśli z Zadania nr 2 ww. pozycje, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 5 i 6?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla i nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 9.**

Zadanie nr 2 Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 10.**

Zadanie nr 3, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 36 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 11.**

Zadanie nr 3, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z ostrzem (przyostrzona)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 12.**

Zadanie nr 3, poz. 12 Czy Zamawiający wykreśli z Zadania nr 3 ww. pozycje, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 12?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla i nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 13.**

Zadanie nr 4. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 45 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 14.**

Zadanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80% i 50% po 21 dniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 15.**

Zadanie nr 8, poz. 16, 17 Czy Zamawiający wykreśli z Zadania nr 8 ww. pozycje, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 16 i 17?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla i nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 16.**

Zadanie nr 8, poz. 16, 17 Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne niewchłaniające, monofilamentowe, polipropylenowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 17.**

Zadanie nr 8, poz. 3, 6, 8, 12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 18.**

Zadanie nr 8, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez pledgetu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 19.**

Zadanie nr 8, poz. 16 Czy Zamawiający wyłączy pozycję 16 z Zadania nr 8, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 16?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy i nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 20.**

Zadanie nr 9, poz. 18-21 Czy Zamawiający wykreśli pozycje 18-21 z Zadania nr 9, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem powyższych pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla i nie wyraża zgody**

#### Pytanie nr 21.

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści Jałowy воск kostny o następujących proporcjach w składzie:

- biały воск pszczeli (83%),
- parafina stała (5%),
- palmitynian izopropylu (12%).

Dzięki 3-składnikowej budowie воск jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

Pozwala uzyskać miejscową hemostazę kostną dzięki działaniu jako bariera mechaniczna. Gramatura sztabki: 2,5g

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 22.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 Ust. 1, 2, 4:

1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3 i/lub 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto należnej za niezrealizowaną część faktury za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto należnej za niezrealizowaną część faktury.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części zadania, którego odstąpienie dotyczy.

4. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zdaniu 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto części zadania, której dotyczą niedostarczone dokumenty za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

#### Pytanie nr 23.

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 33 Czy Zamawiający dopuści do wymaganego przedmiotu zamówienia szew o wartości podtrzymania tkankowego 50% po 5-7 dniach i czasie całkowitego wchłonięcia po około 42 dniach? Jest to rozwiązanie stosowane aktualnie przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 24.

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści do wymaganego przedmiotu zamówienia szew z nicią w wersji samofiksującej z jednokierunkowymi haczykami i z pętlą na końcu szwu? Jest to rozwiązanie stosowane aktualnie przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 25.

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści do wymaganego przedmiotu zamówienia szew z igłą wzmocnioną? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 26.

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści do wymaganego przedmiotu zamówienia szew z nicią o długości 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 27.

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści do wymaganego przedmiotu zamówienia szew z igłą wzmocnioną? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 28.

Pakiet 8, poz. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 15cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 29.**

Pakiet 8, poz. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 12mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 30.**

Pakiet 8, poz. 7, 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o rozmiarze 6/0?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 31.**

Pakiet 8, poz. 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 19mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 32.**

Pakiet 8, poz. 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły 13mm z nicią o rozmiarze 5/0?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 33.**

Pakiet 8, poz. 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły 3/8 koła 2x13mm okrągła tnąca?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 34.**

Pakiet 8, poz. 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły 2x27mm wraz z nicią o rozmiarze 3/0?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 35.**

Dotyczy pakietu nr 1: • Czy Zamawiający; zgodzi się na zaferowanie szwów wykonanych z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Szew jest powlekany kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%). Całkowita absorpcja masy szwu 56 - 70 dni, barwione na fioletowo i niebarwione, pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, w pozycjach 22-33 dodatkowo wersja antybakteryjna powleczona chlorhexydyną, w pozycjach 34- 38 okres podtrzymywania tkankowego po 5 - 7 dniach wynosi 50%, czas wchłaniania po około 42 dniach, pojedyncza aluminiowa szaszetka, igły ze stali typu 300 (sylikonizowane)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 36.**

Dotyczy pakietu nr 2: • Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie szwów syntetycznych monofilamentowych z polidoksanonu o podtrzymaniu tkankowym 65-90% początkowej wytrzymałości wężła na rozciąganie po 28 dniach, wchłaniające się w okresie 180-220 dni z wyłączeniem poz. nr 5,6 gdzie zamiast pętli szew samofiksujący zakończony jest „klipsem”, igły ze stali typu 300 (sylikonizowane).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 37.**

Dotyczy pakietu nr 3: • Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły ze stali typu 300 (sylikonizowane).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- Poz. nr 5: tolerancja wielkości igły 35-37 mm, igła o zakończeniu krótkim tnącym
- Poz. nr 7: tolerancja wielkości igły 35-37 mm
- Poz. nr 11: tolerancja wielkości igły 45-48 mm, igła o zakończeniu krótkim tnącym
- Poz. nr 12: igła o zakończeniu krótkim tnącym, gr. nici 5 lub 6 wg USP

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 38.**

Dotyczy pakietu nr 4: • Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. nr 3 szwów wykonanych z polipropylenu i polietylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 39.**

Dotyczy pakietu nr 6: • Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego wykonanego w 70% z wosku pszczelego i 30% wazeliny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody**

**Pytanie nr 40.**

Dotyczy pakietu nr 7: • Czy Zamawiający; zgodzi się na zaoferowanie szwów wykonanych z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Szew jest powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (50%), Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%). Całkowita absorpcja masy szwu 56 - 70 dni, barwione na fioletowo i niebarwione.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**