



**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa implantów oraz sprzętu jednorazowego do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej i zabiegów endowaskularnych”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019r., poz. 1843), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust 1 ustawy, ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium tj.**

- **Oferty oraz wadium należy składać do dnia 14.04.2020 r., do godz. 11:00**
- **Otwarcie ofert odbędzie dnia 14.04.2020 r., o godz. 11:15**

#### ZESTAW 1

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 4 okluderów do zamykania PFO w rozmiarach: 18mm, 25mm, 30mm kompatybilnych z koszulką 8F oraz 35mm kompatybilnego z koszulką 9F, system odzepiania gwintowy odkręcany?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 4 okluderów ASD w rozmiarach od 4mm do 40mm kompatybilnych z koszulkami:

- od 4 do 10 mm koszulka 6 French,
- od 11 do 17 mm koszulka 7 French,
- od 18 do 19 mm koszulka 8 French,
- od 20 do 24 mm koszulka 9 French,
- od 26 do 30 mm koszulka 10 French,
- od 32 do 40 mm koszulka 12 French, system odzepiania gwintowy odkręcany ?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

#### ZESTAW 2

##### **Pytanie 1**

Dot. pkt.2 Tabeli parametrów wymaganych Defibrylatory resynchronizujące CRT-D:Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dostarczoną energią defibrylacji min. 37[J]

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

##### **Pytanie 2**

Dot. pkt. 1 i pkt. 3 Tabeli parametrów wymaganych dla Elektrod LV: Czy Zamawiający dopuści elektrody LV o długości 75[cm], 85[cm], 95[cm] oraz o grubości 4,8F?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.



### **Pytanie 3**

Dot. pkt. 1 i pkt. 4 Tabeli parametrów wymaganych dla Elektrod Defibrylujących:  
Czy Zamawiający dopuści Elektrody Defibrylujące o dł. 65[cm] i 75[cm] o grubości 7,8F przechodzące przez introducer 8F?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

### **Pytanie 4**

Dot. pkt. 1 Tabeli parametrów wymaganych dla Elektrod PrzedSIONKOWYCH: Czy Zamawiający dopuści elektrody przedSIONKOWE o długościach 45[cm] i 53[cm]?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

## **ZESTAW 3**

### **Pytanie 1**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dodanie § 4 ust. 9 o następującej treści:  
„Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Towaru w depozycie, tak by zachować go w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w Towarze przyjętym do depozytu, w tym szkody spowodowanej przypadkową utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 1**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dodanie § 4 ust. 2a o następującej treści:  
„Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu Towaru, któremu upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden Towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

## **ZESTAW 4**

### **Pytanie 1**

Pytania do Załącznik nr 1 do SIWZ:

Część 5, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowej, sterylnej osłony na sondę do echokardiografii przezprzełykowej, lateksowej w rozmiarze 11/25 x 1000 mm (długość osłony 100 cm), opakowanie handlowe = 10 sztuk.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

### **Pytanie 2**

Dot. wzoru umowy § 3 ust.1

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie dostępności asortymentu będącego przedmiotem postępowania wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, że zamówienie miesięczne bez względu na ilość zamówień cząstkowych nie będzie przekraczać 1/24 wartości umowy, proponujemy zmianę zapisu na następujący: Zamawiający jest uprawniony do żądania realizacji Przedmiotu umowy na podstawie zamówień częściowych, miesięcznie jednak nie większych niż 1/24 wartości umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swego świadczenia na warunkach Zamawiającego

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.



### **Pytanie 3**

#### **Dot. wzoru umowy § 5 ust.4**

Wnosimy o uszczegółowienie zapisu poprzez dodanie zapisu:

*W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiane ulegnie cena brutto oraz stawka podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 4**

#### **Dot. wzoru umowy § 7 ust. 2 i 3**

Prosimy o wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji z 48 godzin na 96 godzin oraz wydłużenia czasu wymiany wadliwego towaru z 48 godzin na 96 godzin.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 5**

#### **Dot. wzoru umowy § 8 ust. 1 b**

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie dostępności asortymentu będącego przedmiotem postępowania prosimy o dokonanie zmian w § 8 ust. 1 b wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych za odstąpienie od umowy poprzez dodanie zapisu: Wykonawca, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego może odstąpić od umowy o zamówienie publiczne, bez ponoszenia przez niego skutków natury prawno-finansowej. Obecny zapis nie uwzględnia sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia, gdy Wykonawca nie z własnej winy i z przyczyn całkowicie od niego niezależnych pomimo dołożenia wszelkich starań nie jest w stanie w pełni realizować terminowo zamówień.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 6**

#### **Dot. wzoru umowy § 8 ust. 7**

Wnosimy zmianę zapisu na następujący:

*Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, mając na uwadze cel umowy, może powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim a różnicą między kosztami wykonania zastępczego (w tym koszty transportu, rozładunku) a kosztami zakupu na podstawie zawartej umowy obciążyć Wykonawcę.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 7**

#### **Dot. wzoru umowy § 9 ust. 2 c**

Wnosimy zmianę zapisu poprzez dodanie na końcu zdania w § 9 ust. 2 c dopisku „pod warunkiem zgody obu stron”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 8**

#### **Dot. wzoru umowy § 8 ust. 1 a**

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 8 ust.1 a wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych za opóźnienie w dostawie na następujący:

- w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia względem terminu o którym mowa w § 8 ust. 6

Ponadto prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu, że Zamawiający w związku z nadzwyczajną sytuacją nie będzie naliczał kar umownych za nieterminową realizację dostaw przez okres trwania stanu



zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemicznego lub stanu wyjątkowego związanego z epidemią koronawirusem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9**

**Dot. wzoru umowy § 8 ust. 2 litera a i b**

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 8 ust.2 litera a i b wzoru umowy na następujący:

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć mu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 3 tiret trzeci umowy, o której mowa w ust.1 lit.b powyżej w przypadkach, gdy;

a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu

wskazanego w harmonogramie dostawy, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, przekroczy 14 dni roboczych,

b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 5 dni roboczych od uznania reklamacji,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

**ZESTAW 5**

**Pytanie 1**

Pytanie nr 1- Część nr 4 Zestawy do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnętrzsercowych typu PFO i ASD  
Czy Zamawiający w Części nr 4 Zestawy do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnętrzsercowych typu PFO i ASD wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do pomiaru wielkości ubytków w rozmiarze 25mm x 45mm oraz 35mm x 50mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, wyraża zgodę.

**ZESTAW 6**

**Dotyczy części 2 - Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe**

**Pytanie 1**

Pozycja 7

Czy Zamawiający poprzez „Algorytmy minimalizujące ilość niepotrzebnych terapii wysokoenergetycznych” ma na myśli algorytmy które mają udowodnione w badaniu klinicznym że przynajmniej 98% pacjentów nie otrzyma nieadekwatnej terapii wysokoenergetycznej?

**Odpowiedź:**

Tak ma na myśli algorytmy które mają udowodnione w badaniu klinicznym że przynajmniej 98% pacjentów nie otrzyma nieadekwatnej terapii wysokoenergetycznej.

**Pytanie 2**

Pozycja 11

Czy zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednojamowe gwarantujące czas ładowania kondensatorów poniżej 12 s przez cały okres pracy urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 3**

Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.



**Pytanie 4**

Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości programowania strefy FVT w strefie VF oraz VT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 5**

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednojamowe bez pomiarów trendów HRV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 6**

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z sygnalizacją wibracyjną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 7**

Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z sygnalizacją wibracyjną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 8**

Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość informujący pacjenta za pomocą wibracji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 9**

Pozycja 23

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia elektrod do defibrylacji podskórnych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający odstąpi.

**Pytanie 10**

Pozycja 24

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia elektrod do defibrylacji nasierdziowych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający odstąpi.

**Dotyczy części 3 - Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe**

**Pytanie 11**

Pozycja 8

Czy Zamawiający poprzez „Algorytmy minimalizujące ilość niepotrzebnych terapii wysokoenergetycznych” ma na myśli algorytmy które mają udowodnione w badaniu klinicznym że przynajmniej 98% pacjentów nie otrzyma nieadekwatnej terapii wysokoenergetycznej?

**Odpowiedź:**

Tak, ma na myśli algorytmy które mają udowodnione w badaniu klinicznym że przynajmniej 98% pacjentów nie otrzyma nieadekwatnej terapii wysokoenergetycznej.



**Pytanie 12**

Pozycja 13

Czy zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwujamowe gwarantujące czas ładowania kondensatorów poniżej 12 s przez cały okres pracy urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 13**

Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwujamowe bez automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 14**

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwujamowe bez możliwości programowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 15**

Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwujamowe bez pomiarów trendów HRV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 16**

Pozycja 24

Czy zamawiający dopuści algorytm informujący pacjenta sygnałem wibracyjnym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie 17**

Pozycja 27

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia elektrod do defibrylacji podskórnych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający odstąpi.

**Pytanie 18**

Pozycja 28

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia elektrod do defibrylacji nasierdziowych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający odstąpi.

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
im. św. Barbary w Sosnowcu

dr n. med. Anna Ciołowska