



Wrocław, 02.06.2025r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej: stentgrafty, spirale embolizacyjne, mikrosfery embolizacyjne, stenty, cewniki, przewodniki, koszulki wraz z najmem generatora, aparatów: do pomiaru ACT, czasu krzepnięcia krwi; znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.38.2025

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 1320) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 4 - Dotyczy: Pakiet nr 4 Czy Zamawiający dopuści dodatkowe protezy naczyniowe ze srebrem? (bez wyłączenia pierwotnego zapisu „ze srebrem i triklosanem”). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 4: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 4 (Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

Nazwa pakietu	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	Ilość	% Vat	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta
Pakiet nr 4 Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem lub żelatyną antybakteryjne CPV 33184200-5	1	Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem lub żelatyną, jednostronnie lub dwustronnie zewnętrznie welurowane, o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5 ml/cm ² /min; impregnowane solami srebra i triklosanem lub solami srebra, średnica od 6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm długość min 20		sztuka		30				
Pakiet nr 4 Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem lub żelatyną antybakteryjne CPV 33184200-5	2	Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem lub żelatyną, jednostronnie lub dwustronnie welurowane; impregnowane solami srebra i triklosanem lub solami srebra, średnica od 6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24mm długość min 40 cm		sztuka		50				
Pakiet nr 4 Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem lub żelatyną antybakteryjne CPV 33184200-5	3	Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem lub żelatyną, jednostronnie welurowane; impregnowane solami srebra i triklosanem lub solami srebra, średnica od 6,7,8,10mm długość min 70 cm		sztuka		10				
Pakiet nr 4 Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem lub żelatyną antybakteryjne CPV 33184200-5	4	Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem lub żelatyną, jednostronnie lub dwustronnie welurowane; impregnowane solami srebra i triklosanem lub solami srebra. Rozmiar 12/6 ;14/7 ; 16/08; 18/09; 20/10; 22/11 ; 24/12 długość min 40 cm		sztuka		60				
Pakiet nr 4 Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem lub żelatyną antybakteryjne CPV 33184200-5	5	Protezy naczyniowe dziane lub tkane, uszczelniane kolagenem lub żelatyną, jednostronnie lub dwustronnie welurowane; impregnowane solami srebra i triklosanem lub solami srebra, średnice 12-32mm min dł 15cm		sztuka		20				
Pakiet nr 4 Protezy naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem lub żelatyną antybakteryjne CPV 33184200-5	6	Protezy naczyniowe dziane lub tkane, uszczelniane kolagenem lub żelatyną, jednostronnie lub dwustronnie welurowane; impregnowane solami srebra i triklosanem lub solami srebra; średnice 12-32mm min dł 30 cm		sztuka		10				
Razem pakiet nr 4:										

Pytanie nr 5 - Dotyczy: Pakiet nr 4, Lp. 1. Czy Zamawiający dopuści średnice 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - Dotyczy: Pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści łąty naczyniowe ze srebrem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 6: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych