



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 22 grudnia 2022 r.

Wykonawcy

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Dotyczy: procedury udzielania zamówienia z dziedziny nauki na realizację zadania pn.:
Dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem kątowym.

Nr post.: **BZP.2710.72.2022.MG.**

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

W związku z wpłynięciem wniosku o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę dla której max. zakres obrotowy wynoszący 14000 rpm, można uzyskać dla wirnika kąтового o pojemności 12 x 5 ml, przy czym zakres prędkości urządzenia wynosi 90-18000 rpm? Zastosowanie wirnika kąтового na wymagane próbki Falcon stożkowe, 50 ml pozwoli wówczas Zamawiającemu na pracę z max. RPM/RCF: 5 000rpm/3 494xg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Ogłoszenia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Sekretarz Komisji Przetargowej
mgr Gabriela Słowik