

Mrągowo, dnia 29.08.2023r.

NZ-8/23

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy zamówienia pn.: „**Zakup i dostawa ambulansu z wyposażeniem dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o.**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania:

1. Dotyczy defibrylatora: dotyczy punktu 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator Corpuls 3 umożliwiający wykonanie co najmniej 200 wyładowań maksymalną energią 200J oraz umożliwiający, pracę na komplecie baterii powyżej 10 h. Pozytywna odpowiedź znacząco zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Dotyczy defibrylatora: dotyczy punktu 16. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora corpuls 3 dokonującego pomiaru ilości oddechów z poziomu kapnografii w zakresie od 3 do 150 od/ min. Różnica 2 oddechów od wartości wymaganych przez Zamawiającego, szczególnie w dolnej granicy nie będą miały większej różnicy w podjęciu postępowania przez osobę dokonującą oceny stanu pacjenta. Postępowania u osoby wykonującej 1 odd/min będzie dokładnie takie samo jak w przypadku osoby wykonującej 3 odd/min. Pozytywna odpowiedź znacząco zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

3. Dotyczy defibrylatora: dotyczy punktu 17. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora dokonującego pomiaru EtCO<sub>2</sub> w strumieniu głównej. Według naszej oceny obydwa pomiary są równoważne i dają równie zadowalające wyniki pomiarowe. Wyższość jednej metody nad drugą jest bardzo trudna do udowodnienia o ile niemożliwa.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

4. Dotyczy defibrylatora: dotyczy punktu 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samego efektu klinicznego przy użyciu niższych energii. Najnowsze badania oraz wytyczne wskazują, że obydwa protokoły są równoważne. Główna różnica polega na kształcie krzywej defibrylacji oraz osiąganych przez nią wartościach czasu, natężenia oraz napięcia. Istotnym elementem jest również to, że w przypadku użycia niskoenergetycznego protokołu, szczytowe natężenie prądu jest bardzo zbliżone do średniego natężenia, co pozwala na ograniczenie ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu elektroterapii.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

5. Dotyczy defibrylatora: dotyczy punktu 29. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora umożliwiającego stymulację z natężeniem w zakresie od 0 do 150 mA. Powyższe pytanie wynika z faktu, że oferowany defibrylator posiada odmienną, nowszą technologicznie, dwufazową falę defibrylacji co pozwala na osiągnięcie tego samego efektu terapeutycznego niższymi wartościami natężenia (co przekłada się na mniejsze ryzyko uszkodzenia komórek mięśnia sercowego).

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

6. Dotyczy defibrylatora: dotyczy punktu 38. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy po przez stacje odbiorcze rozumie pracownie hemodynamiki zlokalizowane w Polsce?

**Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, że ma na myśli pracownie hemodynamiki zlokalizowane w Polsce.**

7. Prosimy o wykreślenie obowiązku dostawy karty pojazdu, gdyż po zmianie przepisów nie są one już wydawane.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

8. Prosimy o podanie zakładanego szacunkowego przebiegu rocznego w celu obliczenia kosztów pakietów serwisowych.

**Odp. Szacunkowy roczny przebieg – 60 000 km.**

9. Prosimy o potwierdzenie, iż na przegląd samochodu bazowego Zamawiający dojedzie na własny koszt do najbliższego ASO danej marki i modelu.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

10. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 20.12.2023?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

11. Z uwagi na napęd 4x4 prosimy o dopuszczenie wysokości przedziału medycznego 182 cm.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

12. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga niezależnego ogrzewania powietrznego.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

13. Prosimy ze względu na posiadaną homologację o dopuszczenie w miejsce "wysuwną szafę przy lewej ścianie z demontowanymi pojemnikami na środki medyczne o wysokości min. 145 cm", 8 pojemników typu FAMi schowanych za roletę w przedniej części przedziału medycznego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

14. Prosimy o dopuszczenie termoboxu o pojemności 3 l - zamiast o wymiarach: "urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych o wymiarach: wys. 25cm., szer. 20cm., dł. 40cm."

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

15. Prosimy o dopuszczenie foteli o tapicerce granatowo szarej.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

16. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający używa radiotelefonów motorolla aby przygotować odpowiednią instalację.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

17. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga tabletu.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

18. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm z napędem na oś przednią?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

19. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

20. Proszę o zrezygnowanie z konieczności przedkładania przez Wykonawcę razem z dostawą ambulansu, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu celnego stwierdzającego zwolnienie ambulansu z akcyzy, o którym mowa w §2 ust. 4 lit. a wzoru umowy. Nie ma potrzeby przedstawiania przez Wykonawcę powyższego zaświadczenia, gdyż ambulanse drogowe typu B i C są ustawowo zwolnione z akcyzy, zgodnie z art. 110a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

**Odp. Zapisy art. 110a ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym stanowią: „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy”.**

21. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia takiego zaświadczenia do 30 dni od podpisania protokołu odbioru.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

22. Proszę o zmianę rozdziału X pkt II ppkt 2 SWZ poprzez umożliwienie Wykonawcom, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy pzp, złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, na wezwanie Zamawiającego, jeżeli wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Obecna treść postanowienia rozdziału X pkt II ppkt 2 SWZ uniemożliwi Zamawiającemu wezwanie Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji, gdy złożone przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, czego skutkiem będzie odrzucenie oferty Wykonawcy, a także unieważnienie postępowania, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Powyższa zmiana jest zatem również korzystna dla Zamawiającego, gdyż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu tylko jednej oferty zawierającej braki w zakresie dokumentów przedmiotowych, nie będzie on zmuszony do unieważnienia postępowania, a co za tym idzie do przygotowania i wszczęcia kolejnego postępowania, ale będzie mógł skorzystać z instytucji przewidzianej w art. 107 ust. 2 ustawy pzp, a następnie – w razie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę oraz spełnieniu innych warunków przewidzianych w SWZ - dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisać umowę o zamówienie publiczne.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

23. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dokumentacja wymagana do rejestracji pojazdu jako ambulans, o której mowa w §2 ust. 1 oraz §2 ust. 4 lit. g projektu umowy (zał. nr 4 do SWZ) nie obejmuje faktury VAT, która zostanie wystawiona dopiero po prawidłowym dokonaniu dostawy przedmiotu zamówienia.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że faktura VAT zostanie doręczona Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w §2 Projektu Umowy.**

24. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §3 ust. 1 projektu umowy (zał. nr 4 do SWZ) poprzez wskazanie, że Dostawca wystawi fakturę VAT niezwłocznie po dostawie przedmiotu zamówienia, potwierdzonej podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że faktura VAT zostanie doręczona Zamawiającemu po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w §3 Projektu Umowy.**

25. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ Zamawiający rozumie zapewnienie realizowania serwisu pogwarancyjnego przez podmiot wskazany przez Wykonawcę, na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy zawartej po zakończeniu okresu gwarancji i za odrębnym ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem.

**Odp. Zamawiający informuje, że poprzez zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ, rozumie zapewnienie realizowania serwisu pogwarancyjnego przez podmiot wskazany przez Wykonawcę, na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie ewentualnej odrębnej umowy.**

26. Prosimy Zamawiającego o poszerzenie znaczenia pojęciowego „siły wyższej” i dodanie do treści §11 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ dodatkowych ustępów o niżej wskazanej treści: „W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę”.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

27. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie publiczne klauzuli o poniższej treści: „.....\*, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

*\*Nazwa Wykonawcy*

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp niniejsze wyjaśnienia do SWZ zamieszczone zostały na stronie postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/809398>.

Prezes Zarządu  
Brygida Schlueter-Górska