

Bielsko-Biała dn. 31.10.2024r.

DZP.271.51.2024 - 7

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2 ustawy pzp na adaptację i modernizację bunkra pod instalację i montaż akceleratora liniowego wysokoenergetycznego TrueBeam produkcji firmy Varian Medical Systems (znak sprawy: DZP.271.51.2024)

Zamawiający informuje, że wpłynęło niżej wymienione zapytanie do SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

W trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w następującym zakresie:

1. Czy Zamawiający przewiduje wymianę instalacji niskoprądowej? Jeśli tak to w jakim zakresie i w przypadku LAN do jakiej kategorii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje położenie instalacji niskoprądowej: 2 linie po max. 20 m każda (Min. KAT. 6A) + 2 gniazda podwójne (między bunkrem a sterownią).

2. Na wizji poruszono kwestię wymiany sufitu w sterowni. G/K na systemowy – kasetonowy proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy wymianę sufitu w sterowni: G/K na **systemowy – kasetonowy**.

3. Czy linia instalacji czujek pożarowych ma możliwość rozbudowy o dwa czujniki i sygnalizator dla wydzielonego pomieszczenia modulatora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, linia instalacji czujek pożarowych ma możliwość rozbudowy o dwa czujniki i sygnalizator dla wydzielonego pomieszczenia modulatora. Do pętli da dołożyć się dwa czujniki pożarowe; sygnalizator można podłączyć do linii sygnalizatorów - najbliższy znajduje się na korytarzu przy wejściu do bunkra.

4. Dotyczy Załącznika nr 5A do SWZ, pkt. 16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dwóch odrębnych paneli sterowniczo-informacyjnych, z których jeden odpowiadałby za sterowanie drzwiami osłonowymi pracowni, a drugi odpowiadałby za informowanie o wymaganych przez Zamawiającego parametrach środowiskowych, tj. krotności wymian powietrza, temperatury w pomieszczeniu, stanach alarmowych (centrala wentylacyjna, agregat wody lodowej, zalanie) oraz za sterowanie klimatyzatorami i oświetleniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dwóch odrębnych paneli sterowniczo-informacyjnych, z których jeden odpowiadałby za sterowanie drzwiami osłonowymi pracowni, a drugi odpowiadałby za informowanie o wymaganych przez Zamawiającego parametrach środowiskowych, tj. krotności wymian powietrza, temperatury w pomieszczeniu, stanach alarmowych (centrala wentylacyjna, agregat wody lodowej, zalanie) oraz za sterowanie klimatyzatorami i oświetleniem.

Z poważaniem



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl

