



Chodzież dnia: 03.09.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie § 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o. o. w Chodzieży Nieobjętych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ze stycznia 2016r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży ogłasza postępowanie w trybie z pominięciem regulaminu i zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa bateryjnych przepływomierzy elektromagnetycznych”

Tryb zamówienia:

- 1) Z pominięciem regulaminu.
- 2) Platforma zakupowa Open Nexus.

Przedmiot zamówienia :

- 1) **Przepływomierz elektromagnetyczny bateryjny AquaMaster 4 DN 80 ABB - 2 [kpl.]**

Dane techniczne:

- 1) Typ - FEW432;
- 2) Kod FEW432.R.0080.S2.B.R.E.81.L.M4.LPN.RCD.SC1.CWA.M9;
- 3) Wykonanie rozdzielne : średnica zredukowana (FER) / Twarda guma (elastomer);
- 4) Rozmiar czujnika : DN 80;
- 5) Typ przyłącza procesowego: ISO 7005 PN 16 EN 1092-1;
- 6) Materiał przyłącza procesowego: stal węglowa;
- 7) Materiał elektrod pomiarowych: stal nierdzewna 316L (1.4404);
- 8) Akcesoria: 2 pierścienie uziemiające do montażu z obu stron;
- 9) Stopień ochrony: przetwornik/czujnik: IP68, NEMA 6P, kabel podłączony i zalany żywicą uszczelniającą;
- 10) Wyjścia: MODBUS RS485+2 wyjścia impulsowe;
- 11) Logger i protokół: Wbudowany rejestrator (logger);
- 12) Typ kalibracji: kalibracja wg klasy 2 / Dokładność 0,4%;
- 13) Długość i typ kabla sygnałowego: 5m;
- 14) Dopuszczenia dla wody pitnej: WRAS zatwierdzenie dla zimnej wody i ATEST PZH;
- 15) Język dokumentacji: język polski.

Osprzęt :

- 1) **Kabel z wtyczką MIL - 2 [szt.] .**
 - Typ: WABC2010;
 - Kod WABC2010/03;
 - Kabel połączeniowy z wtyczką MIL o długości 3 metrów;
 - Kabel wykorzystywany do podłączania sygnałów wyjściowych lub komunikacji MODBUS przetwornika AquaMaster;
 - IP68.

Wymagania Zamawiającego od Dostawcy

- 1) Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- 2) Dostarczenie kompletnej DTR i instrukcji obsługi w języku polskim.
- 3) Urządzenie ma zostać dostarczone kompletne i gotowe do podłączenia elektrycznego i połączenia z rurociągiem wody uzdatnionej.

Oferta	- ofertę należy złożyć netto w GBP
Koszt dostawy urządzenia	- po stronie Dostawcy - loco Siedziba MWiK sp. z o. o. ul. Jana Kochanowskiego 29; 64-800 Chodzież
Termin dostawy urządzenia	- max. do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia
Gwarancja	- 24 miesiące od daty sprzedaży
Forma płatności	- przelew
Płatność waluta	- Płatność w PLN według kursu średniego GBP obowiązującego w NBP w dniu wystawienia faktury
Termin płatności	- 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie oferty na towar nowy, oryginalny i fabrycznie zapakowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnia postępowania bez podania przyczyny.

PREZES

Stanisław Biniecki