



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 652-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spozmswia.szczecin.pl, e-mail: biuro@spozmswia.szczecin.pl

Szczecin, dnia 11 lutego 2020 r.

WAG-2375-68-.....-12/19

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), pn.: „Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 1 dopuści igłę z mechanizmem długopisowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu i schowaniu ostrza igły o długości ostrza 5 mm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2: dot. Pakietu nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 4, ze względu na wycofanie z produkcji cystotomów wielorazowego użytku, dopuści cystotom jednorazowy o parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: dot. § 4 ust. 6 rozdziału IV SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający ma prawo do zakupu danej partii przedmiotu zamówienia u osoby trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia”?

Odpowiedź nr 3:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 4: dot. § 7 ust. 1 pkt 1) rozdziału IV SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 10% na 5%?

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 5: dot. § 8 ust. 1 pkt 1) rozdziału IV SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „..., trzykrotnie opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni”?

Odpowiedź nr 5:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 6: dot. § 8 ust. 1 pkt 3) rozdziału IV SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „..., trzykrotnie dostarczy towar wadliwy lub nie realizuje roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi”?

Odpowiedź nr 6:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 7: dot. § 6 rozdziału IV SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że nie została wobec niego wszczęta procedura likwidacyjna oraz że nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 9: dot. Pakietu nr 3, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający w poz. 2 i 3 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: dot. Pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,8 mm?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: Pakietu nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości 4 mm?

Odpowiedź nr 11:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 12: dot. Pakietu nr 14, poz. 5

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści zaoferowanie szczotek o długości min. 220 cm, średnica cewnika 1,7 mm?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 13: dot. Pakietu nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z drutu o średnicy 0,33 mm?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że w Pakiecie nr 18 nie ma poz. nr 2.

Pytanie nr 14: dot. Pakietu nr 6, 12 i 13

W związku z powtórzonymi pozycjami asortymentowymi występującymi w Pakietach nr 6, 12 oraz 13, tj. poz. 2, 3, 6 i 7 Pakietu nr 6 pokrywają się z poz. 1, 2, 3 i 8 Pakietu nr 13 oraz poz. 1 Pakietu nr 11 pokrywa się z poz. 6 Pakietu nr 13, prosimy o usunięcie poz. 1, 2, 3, 6 i 8 z Pakietu nr 13.

Odpowiedź nr 14:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 15: dot. Pakietu nr 11, 12 i 13

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki dotyczącej zamawianej ilości sztuk asortymentu? Większość pozycji występuje w opakowaniu jednostkowym (1 szt.). Prosimy o weryfikację zapisu.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 16: dot. rozdziału I, działu 13. SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wartości wadium dla Pakietów nr 6, 11 i 12. Wartość wadium wydaje być się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości całkowitej Pakietu.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapisy SIWZ w zakresie jego rozdziału I działu 4. pkt 4.3. ppkt 3) oraz rozdziału I działu 13. pkt 13.1. Zmodyfikowany SIWZ upubliczniony zostaje na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/296820>.

Pytanie nr 17: dot. rozdziału I, działu 8. SIWZ,

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar umownych z wartość 1% do 0,1% oraz 2,5% do 0,25%.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 18: dot. Pakietu nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wprowadzania max.: 8,5 Fr? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 19: dot. Pakietu nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści średnicę narzędzia: 7 Fr / 19 G? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 20: dot. § 7 ust. 1 pkt 3) i 4) rozdziału IV SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w w/w punktach do 2% wartości całkowitej reklamowanego asortymentu komisowego, za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 21: dot. Pakietu nr 1

Czy z uwagi na wycofanie z dniem 31.03.2020 r. narzędzi wielorazowych (zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym dotyczącym wyrobów medycznych wielorazowego użytku MDR), Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w Pakiecie nr 1 poz. 6, 8, 9, 20 na narzędzia jednorazowe lub wydzieli te poz. z Pakietu nr 1 i utworzy odrębny Pakiet?

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji z treści Pakietu nr 1. Zamawiający informuje również, że nie wymaga, ale dopuszcza złożenie oferty w Pakiecie nr 1 w poz. 6, 8, 9 i 20 na narzędzia jednorazowe. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 22: dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 0,5 mm lub 0,6 mm?

Odpowiedź nr 22:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 23: dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy 2,4 mm?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 24: dot. Pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy 2,4 mm?

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 25: dot. Pakietu nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu poz. 1, 2, 3?

Odpowiedź nr 25:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 26: dot. Pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy korpusu 3,0 mm do kanału roboczego min. 3,2 mm?

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 27: dot. Pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły o długości ostrza 4 mm lub 6 mm przy średnicy igły 23 G?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 28: dot. Pakietu nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły o długości ostrza 4 mm?

Odpowiedź nr 28:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 29: dot. Pakietu nr 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści narzędzia 230 mm?

Odpowiedź nr 29:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 30: dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków biopsyjnych, miseczki owalne, bez igły, pokrywane, śr. 2,3 mm, dł. 160 cm, 10 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 31: dot. Pakietu nr 4, poz. 32

Prosimy o wydzielenie do oddzielnego Pakietu zestawu szczotek oraz jednocześnie dopuszczenie: szczotek o dł. 230 cm, średnica każdej z główek 5 mm, dł. 20 mm, śr. cewnika 1,8 mm oraz szczotki krótkiej do gniazd i zaworków, główki o średnicy 11 mm, dł. 35 mm / 5 mm, dł. 20 mm. Opakowanie zbiorcze typu dispenser kartonowy = 100 zestawów, co pozwoli nam na złożenie Państwu korzystnej oferty.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. poz. z Pakietu. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 32: dot. Pakietu nr 14, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o zwiększonej pojemności z okienkiem, o śr. korpusu 3,0 do kanału roboczego 3,2 mm, dł. 230 cm, bez igły.

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 33: dot. Pakietu nr 14, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie równoważnych igieł do ostrzykiwań, śr. osłonki 2,4 mm, dł. igły 4 mm.

Odpowiedź nr 33:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 34: dot. Pakietu nr 14, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczotek dwustronnych do czyszczenia endoskopów śr. włosa 6 mm i 10 mm, dł. narzędzia 230 cm, śr. katetera 1,7 mm.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 35: dot. Pakietu nr 17, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków biopsyjnych jednorazowych, miseczki owalne, bez igły, pokrywane, śr. 2,3 mm, dł. 230 mm, 10 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 36: dot. Pakietu nr 2, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 3, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do usuwania złożeń z dróg żółciowych w zestawie ze strzykawką o poj. 8,5 – 10 – 12 – 15 mm lub 12 – 15 – 18 – 20 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 37: dot. Pakietu nr 2, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 8, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnic do dróg żółciowych / trzustkowych z końcówką hydrofilną o długości 5,8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 38: dot. Pakietu nr 2, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 10, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnic metalowych o średnicy 0,032 cala w rozszerzonej końcówce.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 39: dot. Pakietu nr 2, poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 15, w miejsce pierwotnych parametrów, endoprotez do dróg trzustkowych typu pojedynczy pigtail, koniec proksymalny zaokrąglony od rozmiaru 6 Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 40: dot. Pakietu nr 2, poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 16, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów żołądkowych do stosowania w ciągu 12 m-cy z poliuretanowym cewnikiem zakładającym balon, bez metalowego przewodnika usztywniającego z bezpieczeństwem stosowania popartym certyfikatem CE wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 41: dot. Pakietu nr 2, poz. 17

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 17, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów żołądkowych z poliuretanowym cewnikiem zakładającym balon, bez metalowego przewodnika usztywniającego z bezpieczeństwem stosowania popartym certyfikatem CE wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 42: dot. Pakietu nr 2, poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 22, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań do dróg żółciowych w rozmiarze 5 / 6,9 / 8,4 / 9,6 Fr.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 43: dot. Pakietu nr 2, poz. 23

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 23, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do wprowadzania protez do dróg żółciowych z cewnikiem prowadzącym o dł. 195 - 205 cm. Cewnik prowadzący posiada marker RTG na 2 cm od jego końca lub 4 cieniodajne znaczniki co 5 cm na odcinku 20 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 44: dot. Pakietu nr 2, poz. 28

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 28, w miejsce pierwotnych parametrów, papilotomów igłowych z igłą tnącą 4 - 7 mm.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 45: dot. Pakietu nr 2, poz. 31

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 31, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania zwożeń w drogach żółciowych, śr. balonu 6 / 8 / 10 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 46: dot. Pakietu nr 2, poz. 32

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 32, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań do dróg żółciowych, temperowanych, śr. 6,9 Fr, dł. 278 cm.

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 47: dot. Pakietu nr 2, poz. 33

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w poz. 33, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do wprowadzania protez do dróg żółciowych z cewnikiem prowadzącym posiadającym 4 cieniodajne znaczniki co 5 cm na odcinku 20 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 48: dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 25, 26 i dopuści:

Poz. 1:

Prowadnica jednorazowego użytku, średnica: 0,035", długość robocza: 4500 mm, giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości: 60 mm widoczna w promieniach RTG, dwukolorowa pozwalająca na identyfikację ruchu, specjalny rdzeń wykonany z nitynołu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, średnio sztywna,

Poz. 2:

Prowadnica jednorazowego użytku, średnica: 0,025", długość robocza: 4500 mm, giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości: 60 mm widoczna w promieniach RTG, dwukolorowa pozwalająca na identyfikację ruchu, specjalny rdzeń wykonany z nitynołu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, średnio sztywna,

Poz. 3:

Papilotom trójkanałowy (jednorazowego użytku) oddzielne kanały do prowadnicy: 0,035" i do podawania kontrastu, drut monofilamentny, rozdzielona koszulka pozwalająca na niezależny ruch prowadnicy i noża tnącego,

długość noska: 2 mm, cięciwa o długości: 20 mm, marker określający pozycję blokowania noża w kanale elewatorze endoskopu.

Poz. 4:

Jednorazowy koszyk do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych, typ 4 lub 8-drutowy, wykonany z miękkiego drutu, minimalna średnica endoskopu: 3,7 mm, szerokość rozłożonego koszyka: 22 lub 20 mm, długość robocza narzędzia: 2000 mm, narzędzie kompatybilne z litotrytorem awaryjnym, posiada port iniekcyjny, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu.

Poz. 7:

Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych, balon można napompować do 3 średnic: 9 mm, 12 mm, 15 mm, narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu do wyboru przez Zamawiającego, na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG, narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu: 2,7 mm, długość narzędzia: 2000 mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Poz. 10:

Samorozprężalne stenty dróg żółciowych, pokrywane lub niepokrywane, o dł.: 40, 60, 80, 100 mm i śr.: 10 mm, znaczniki RTG na końcach i w części środkowej protezy, protezy usuwalne, pokrywane o dł.: 40, 60, 80, 100 mm z lasem i systemem atymigracyjnym (poszerzone końce) i znacznikami na końcach i części środkowej protezy.

Poz. 14:

Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych pokryta silikonem na całej długości. Kształt typu "mushroom - umbrella". Średnica protezy: 16 mm. Średnica kołnierzy: 26 - 30 mm, długość całkowita: 15 - 30 mm, długość aplikatora: 180 cm, średnica aplikatora: 3,5 mm (10,5 Fr), 8 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 2 w części środkowej, znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. 1 szt. w opakowaniu.

Poz. 25:

Szczypcy biopsyjne długość 2300 cm – pakowane po 10 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 26:

Szczypcy biopsyjne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z zębami lub bez, z okienkiem, z igłą lub bez igły, możliwość wykonania biopsji stycznej minimalna średnica kanału roboczego: 3,7 mm, długość narzędzia: 230 cm, 10 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 49: dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 1, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 36 i dopuści:

Poz. 7:

Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 6 cm końcówką. Średnice: 0,035 / 0,025 cala. Proste / zagięte o min. długości: 450 cm (+/- 30 cm).

Poz. 8:

Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką. Średnice: 0,035 / 0,025 cala. Proste / zagięte o min. długości: 450 cm (+/- 30 cm).

Poz. 12:

Cięśniowe jednorazowe balony do poszerzeń zwężeń w drogach żółciowych, średnica: 4 - 6 mm, 8 - 10 mm.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 50: dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 1:

Szczypczyki biopsyjne jednorazowe, miseczkki owalne bez igły, pokrywane, śr.: 2,3 mm, dł.: 180 cm. 10 szt. w opakowaniu.

Poz. 2:

Pętli do polipektomii, jednorazowe, owalne, dł. narzędzia: 230 mm, śr. narzędzia: 2,3 mm, śr. pętli: 10 mm, 10 szt. w opakowaniu.

Poz. 3:

Pętli do polipektomii, jednorazowe, owalne, dł. narzędzia: 230 mm, śr. narzędzia: 2,3 mm, śr. pętli: 20 mm, 10 szt. w opakowaniu.

Poz. 4:

Jednorazowe, sterylne igły do wstrzyknięć, posiadają mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr.: 2,3 mm, dł.: 230 cm, rozmiar igły: 25 G, dł. igły: 5 mm, 10 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 51: dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 i dopuści:

Poz. 1:

Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowych ramionach, balon o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 15, 12 – 18 i 15 – 21 mm, dostępny z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, współpracujący z przewodnikiem: 0,035", o długości: 450 cm, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika: 7 Fr.

Poz. 2:

Niskociśnieniowy balon do achalazji pompowany powietrzem w komplecie z przewodnikiem, długość balonu: 8 cm, śr. balonu: 26, 30 i 34 mm, dł. robocza: max. 100 cm, markery na obu końcach balonu pozwalające na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu.

Poz. 3:

Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu: 5,5 cm, średnica balonu: 8, 10, 12 mm (do wyboru), współpracuje z przewodnikiem: 0,035", o dł.: 260 oraz 450 cm. Ciśnienie robocze: od 8 - 12 ATM.

Poz. 4:

Balon do poszerzania zwożeń jelitowych (z przewodnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy, kateter o średnicy: 7 Fr i długości: 230 cm, cewnik zawiera metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 5:

Balony do poszerzania zwożeń przełyku i odźwiernika (z przewodnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy, kateter o średnicy: 7 Fr i długości: 180 cm, cewnik zawiera metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 6:

Balony do poszerzania zwożeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy (mocowany na drucie), kateter o średnicy: 7 Fr i długości: 180 cm, cewnik zawiera metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. Zakres podawanego ciśnienia w balonach: od 3 - 10 ATM. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 7:

Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania, średnica ostrza igły: 21 – 23 G, długość ostrza: 4 - 6 mm, długość całkowita: 230 cm, dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnętrzny kateter o przekroju gwiazdy.

Poz. 8:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość robocza: 180 i 230 cm, średnica szczęk: 1,8 mm, 2,3 mm, 3,0 mm. Szczypce wyposażone są w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłębione), współpracujące z kanałem roboczym: od 2,0 mm do 3,2 mm.

Poz. 17:

Papillotom igłowy - trójkanałowy, długość igły: 4 - 6 mm, średnica zewnętrzna: 7,0 - 5,5 Fr, średnica końcówki: około 4,8 Fr, zalecany przewodnik: 0,035".

Poz. 20:

Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku, z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu, średnica: 7,0 - 5,5 Fr, dł. robocza: 200 cm, dł. ciężki tył: 20 i 30 mm, nos: 5 mm, średnica noska: 5 FR.

Poz. 22:

Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwożeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, długość: 10 cm, 12 cm, 14 cm, średnica robocza: 20 mm i 24 mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 26 / 26, 30 / 30 mm, zalecany przewodnik: 0,035". W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwa jest jego implantacja w zwożeniach łagodnych. W takim przypadku może on być implantowany na okres do 8 tygodni, a następnie bezpiecznie usunięty.

Poz. 25:

Samorozprężalny, nitinolowy stent do protezowania zwożeń jelitowych. Stent: średnica 25 / 30 mm oraz 22 / 27 mm, długość: 6, 8, 10 cm. System wprowadzający: długość robocza: 2300 mm, średnica: 10 Fr. Zalecany przewodnik: 0,035".

Poz. 26:

Samorozprężalny, nitynowy stent do protezowania zężeń dwunastnicy. Stent: średnica 20 / 26 mm, długość: 6, 8, 10, 12 cm. System wprowadzający: długość 180 cm, średnica 10 Fr. Zalecany przewodnik: 0,035".

Poz. 32:

Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych. Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych: dwustronna, dł.: 230 cm, śr. każdej z główek: 5 mm i długości: 20 mm / 10mm i dł. 30 mm, śr. teflonowego cewnika: 1,7 - 1,8 mm. Szczotka krótka do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr.: 5 mm oraz długości: 40 mm. Opakowanie zawiera 50 zestawów.

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 52: dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 1, 2, 3 oraz dopuści:

Poz. 1:

Igły jednorazowego użytku z osłonką teflonową do ostrzykiwań w zabiegach endoskopowych 2300 mm, kanał roboczy: 2,8 mm, dł. ostrza: 5 mm, średnica igły: 0,7 mm. Rękojeść długopisowa.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 53: dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 2, 3 oraz dopuści:

Poz. 2:

Pętla o śr.: 10 mm do poliektomii na zimno. Nie wymaga diatermii, śr. narzędzia: 2,3 mm, długość robocza: 230 cm.

Poz. 3:

Proteza samorozprężalna, nitynowa do drenażu torbieli trzustki lub pęcherzyka żółciowego, usuwalna. Dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy: 2 cm, średnica: 16 mm. Znaczniki widoczne w RTG na zestawie i na protezie. Zestaw do wprowadzania o parametrach: średnica maksymalna: 10,5 Fr / dł. max.:

180 cm.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 54: dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 1 oraz dopuści:

Poz. 1:

Szczypczki biopsyjne jednorazowe, miseczki owalne bez igły, pokrywane, śr.: 2,3 mm, dł.: 230 cm.

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 55: dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 1, 2 oraz dopuści:

Poz. 1:

Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka igły jednej średnicy w igła powlekana dodatkową osłonką silikonową zależnie od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane są stali chirurgicznej, mandryn wykonany z nitynowy. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 - 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 G. Długość robocza narzędzia: 137,5 cm do 141,5 cm, średnica osłonki: 1,80 mm w zależności od średnicy.

Poz. 2:

Igła jednorazowego użytku 22 G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach: od 0 mm do 80 mm, igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo - chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy: 1,8 mm, mandryn wykonany z nitynowy, , długość robocza: 1375 mm - 1415 mm (regulacja długości osłonki w graniach +/- 4 cm), min. średnica kanału roboczego: 2,8 mm.

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 56: dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 1, 2 oraz dopuści:

Poz. 1:

Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych, wykonane z nitinolu, pokrywane całkowicie lub w części środkowej silikonem (do wyboru) oraz niepokrywane, stenty pokrywane całkowicie z pętlą do usunięcia stentu na końcu dwunastniczym, z możliwością ponownego złożenia stentu po uwolnieniu maksimum 80 % jego długości, znaczniki RTG na końcach i pośrodku stentu (po 4) wykonane ze metalu, znacznik określający punkt, po przekroczeniu którego nie jest możliwe złożenie stentu na zestawie wprowadzającym, znaczniki określające początek i koniec uwalniania stentu na zestawie wprowadzającym, średnica stentów: 10 mm, długości stentów: 40, 60, 80, 100, i 120 mm, zestaw wprowadzający o średnicy: 9 lub 10 Fr, długość: 180 cm, współpracujący z prowadnicą o średnicy: 0,035".

Poz. 2:

Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych wykonane z nitinolu, pokrywane silikonem całkowicie, z zaczepami na końcu proksymalnym i dystalnym pokrytymi silikonem (po 5 na każdym końcu) zapobiegającymi migracji i bez zaczepów (do wyboru), na końcu dwunastniczym pętla do usuwania stentu – stenty z zaczepami, możliwość usunięcia stentu do 12 miesięcy po implantacji, znaczniki RTG na końcach stentu i w środkowej części, średnica stentu po rozprężeniu 10 mm, długości stentów: 40, 50, 60, , 80, i 100 mm, zestaw wprowadzający o średnicy: 9 – 10 Fr, długość: 230 cm, współpracujący z prowadnicą o średnicy: 0,035".

Poz. 3:

Stenty samorozprężalne do protezowania zmian nowotworowych przelyku, zmian łagodnych i przykrycia przetok, wykonane z nitinolu, pokrywane w części środkowej i pokrywane całkowicie, materiał pokrycia silikon, z poszerzonymi końcami, zaopatrzone w 6 znaczników RTG na końcu proksymalnym i dystalnym oraz 6 znaczników RTG pośrodku stentu, znaczniki wykonane ze sproszkowanego metalu, stenty pokrywane całkowicie z pętlą do repozycjonowania i usuwania stentu na końcu proksymalnym i dystalnym, średnica zewnętrzna stentu w części roboczej: 20 mm, długości stentów: od 60 mm do 170 mm co 20 mm, dostarczane w zestawach do wprowadzania o średnicy 8 mm, uwalniane od końca dystalnego, z możliwością ponownego złożenia po uwolnieniu maksimum 80% długości stentu.

Poz. 5:

Stenty samorozprężalne do drenażu pseudotorbieli trzustki, wykonane z nitinolu, pokrywane silikonem całkowicie, w części dystalnej z kołnierzami typu mushroom – umbreia powlekany silikonem zapobiegającymi migracji, znaczniki RTG na końcach stentu , średnice stentu: 16, długości stentów: 15, 20, 25, 30 mm, zestaw wprowadzający o średnicy: 10,5 Fr i długości: 180 cm.

Poz. 13:

Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji, do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolnieniem, szerokość rozwarcia klipsa: 11 mm lub 16 mm (do wyboru), kąt rozwarcia ramion klipsa: 135°, przewód klipsownicy w ochronnej koszulce, długość narzędzia: 195 i 230 cm (do wyboru).

Poz. 16:

Balon do usuwania złożeń i rewizji dróg żółciowych, trójkanałowy, współpracujący z prowadnicą 0,035", możliwość napełnienia do trzech średnic: 9 - 12 - 15 mm lub 12 - 15 - 18 mm (do wyboru) za pomocą jednej z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do opakowania, możliwość podania kontrastu poniżej lub powyżej balonu (do wyboru), średnica cewnika: 5,5 / 7 Fr, długość cewnika: 200 cm.

Poz. 18:

Zestaw do opakowania żyłaków przelyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 6 lub 7 opasek lateksowych (do wyboru), opaski czarne, przedostatnia w innym kolorze oraz głowicy z nicią nylonową do zrzucania opasek z pokrętle działającym w dwóch kierunkach i pokrętle do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie nici przez rękojeść, w głowicy port do przepłukiwania miejsca obliteracji, nasadki kompatybilne z endoskopami o średnicy: 8,5 – 11,5 mm.

Poz. 20:

Pętla do polipektomii, owalna, wykonana z plecionego drutu o średnicy: 0,47 mm, średnice: 10, 15, 24 i 36 mm, uchwyt skalowany co 10 mm, średnica cewnika: 2,3 mm, długość: 230 cm, jednorazowego użytku.

Odpowiedź nr 56:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 57: dot. Pakietu nr 14

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 1, 2, 4, 5 oraz dopuści:

Poz. 1:

Kłyszczki biopsyjne powlekane, jednorazowego użycia, kolonoskopowe, łyżeczki owalne o zwiększonej pojemności z okienkiem, średnica korpusu: 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm, długość: 230 cm, bez igły.

Poz. 2:

Jednorazowe, sterylne igły do wstrzyknięć, posiadają mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr.: 2,3 mm, dł.: 230 cm, rozmiar igły: 23 G, dł. igły: 5 mm.

Poz. 5:

Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne, średnica włosia 5 mm i 20 mm, dł. narzędzia: 230 cm, śr. katetera: 1,8 mm.

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 58: dot. Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści sześciokołowe lateksowe zestawy do obliteracji żyłaków przelyku, mechanizm spustowy działa za pomocą inianego ciężna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem. Liczba czarnych gumek: 6 lub 7 szt. w zestawie.

Odpowiedź nr 58:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 59: dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne jednorazowe, miseczki owalne z igłą, pokrywane, śr.: 2,3 mm, dł.: 230 cm., 10 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 60: dot. Pakietu nr 19

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na poz. 2 i dopuści:

Poz. 2:

Pętla elektrochirurgiczne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, kształt owal, średnica pętli: 10, 15 lub 24 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia: 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 10 szt. w oddzielnych sterylnych opakowaniach.

Odpowiedź nr 60:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 61: dot. § 3 ust. 2 rozdziału IV SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie części SIWZ – rozdziału IV: wzór umowy poprzez nadanie § 3 ust. 2 następującego brzmienia: „Własność danej partii asortymentu komisowego przechodzi na Zamawiającego z chwilą jej pobrania z Magazynu Składowego, zgubienia lub zniszczenia”.

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 62: dot. § 3 ust. 3 rozdziału IV SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie części SIWZ – rozdziału IV: wzór umowy poprzez dodanie § 3 ust. 3 o następującej treści: „Jeżeli Zamawiający posiada w Magazynie Składowym więcej niż jeden produkt danego rodzaju asortymentu komisowego, jest zobowiązany do pobrania w pierwszej kolejności produktu z krótszym terminem ważności, zgodnie z zasadą first expired-first out. Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z Magazynu Składowego asortymentu, któremu upłynął termin ważności”.

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 27.02.2020 r., godz. 09:30.

- termin otwarcia ofert: 27.02.2020 r., godz. 10:00.

**Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień**

Grażyna Tucholska
Grażyna Tucholska

ALMAYANBILIR A. Q.
nashriyati vobchi
vobchi vobchi vobchi