



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 10.04.2025

EZ/35/2025/.....³⁰²...

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne

DOTYCZY: 35/2025- Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Genetyki Nowotworów

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

PYTANIE

Pakiet 1:

poz. 12 – Czy zamawiający zaakceptuje końcówki bezbarwne?

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE

Pakiet 2

poz. 1 – Czy zgodzą się Państwo na optycznie przejrzystą folię do RT qPCR z mocnym, niewchłaniającym, niefluorescencyjnym klejem silikonowym klasy medycznej, aktywowanym naciskiem, lub czy zgodzą się Państwo na folię do PCR i RT qPCR z trwałym klejem akrylowym?

ODPOWIEDŹ

Folia do PCR i RT qPCR z trwałym klejem akrylowym, kompatybilna z płytkami do qPCR.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Kierownik