

Wrocław, dnia 17.04.2025r.

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej, poduszek szpitalnych, kocy szpitalnych, odzieży roboczej dla pracowników szpitala, fartuchów, koszul szpitalnych, obuwia roboczego, materaców na łóżka szpitalne i odzieży ochrony radiologicznej

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE:

Zadanie 16

Prosimy o dopuszczenie całkowitej wysokości parawanu 198cm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni z tego wymogu.