

Jelenia Góra, dnia 21.06.2019 r.

L.dz.NZ/..597../2019

DO WYKONAWCÓW.

dot: Dostawa wyrobów medycznych - implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Numer sprawy: ZP/PN/19/04/2019.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw 12:

Pyt 1 pakiet 26 Płyta blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej.

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska przy podaniu długości płyty - 291mm, czy najdłuższa płyta nie powinna mieć 251 mm?

Odpowiedź: Tak, w załączniku nr 1 zmianie ulega opis pakietu nr 26 w zakresie poz. 2.0. tzn. maksymalna długość płyty wynosi 251 mm.

Pyt 2 pakiet 26 Płyta blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna i przysrodkowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie śruby gąbczastej o lepszych parametrach i średnicy 4,0 zwłaszcza ze powyżej w opisie systemu jest 4,0?

Odpowiedź: Tak

Pyt 3 pakiet 14

„Tytanowe płytki anatomiczne do zespożeń dalszej części kości strzałkowej: 7,8,9,20,11,12,”

Czy Zamawiającemu chodziło o otwory : 7, 8, 9, 10,12?

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowy opis powinien brzmieć- „Tytanowe płytki anatomiczne do zespożeń dalszej części kości strzałkowej, 7,8,9,10,11,12, otworowe” Zamawiający dopuszcza również otwory 7, 8, 9, 10, 12.

Pyt 4 pakiet 14

„Tytanowe płytki proste do zespożeń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14, 16 otworowe.”

Czy zamawiający wyrazi zgodę na 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16?

Odpowiedź: Tak

UWAGA!!

Zmianie ulega termin składania ofert.



BYŁO:

12. Termin składania i otwarcia ofert

12.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/wcskjw> terminie do dnia **24.06.2019r.** do godziny. 10:00”.

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu **24.06.2019 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

JEST:

12. Termin składania i otwarcia ofert

12.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/wcskjw> terminie do dnia **8.07.2019r.** do godziny. 10:00”.

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu **8.07.2019 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem

z up. Dyrektora WCSKJ
Kierownik Działu Umów,
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
inż. Jerzy Świątkowski