



L.dz. Adm 12/2024/4452,4453 /2024

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do tych badań – znak sprawy Adm 12/2024.**

Tabela 1. Pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego

L.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Pytanie dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Formularz parametrów analizatora: punkt 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch odczynników (HbsAg, Anty-HCV), których kalibracja stabilna jest mniej niż 28 dni?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
2	Pytanie dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Formularz parametrów analizatora: punkt 7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który ma możliwość stałego przechowywania na pokładzie 20 odczynników w temperaturze lodówki?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
3	Pytanie dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Formularz parametrów analizatora: punkt 11 Czy identyfikacja odczynników, nowsza technologicznie, za pomocą kodów RFID (drogą sygnału radiowego) będzie dopuszczona przez Zamawiającego?	TAK, Zamawiający dopuszcza dla odczynników pod warunkiem, że analizator posiada niezależny skaner do odczytu kodów kreskowych próbek pierwotnych materiałów biologicznych z całego szpitala.
4	Pytanie dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Formularz parametrów analizatora: punkt 26 W oferowanym aparacie mamy automatyczne rozcieńczenia – Prosimy o doprecyzowanie jaki procent /liczbę stanowią automatyczne rozcieńczenia w przypadku: zamawianych odczynników z oczywistym pominięciem FT3 i FT4.	Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić. Nie prowadzono takiej statystyki. Szacujemy, że to może być ok 1-2%.
5	Pytanie dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Formularz parametrów analizatora: punkt 33 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia drugiego zestawu komputerowego, gdyż dostarczony zostanie komputer wraz z analizatorem obsługujący program analizatora oraz umożliwiający dwustronną komunikację z LSI?	TAK, Zamawiający potwierdza.
6	Pytanie dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Formularz parametrów analizatora: Punkt 34 – Czy Zamawiający może doprecyzować jaki system informatyczny używany jest w Laboratorium?	System informatyczny używany w Laboratorium Zamawiającego to ATD Software.
7	Czy Zamawiający może doprecyzować, czy ilości oznaczeń określone w załączniku nr 2 zawierają zarówno ilości wykonywanych badań jak i kontroli oraz kalibracji?	TAK, Zamawiający potwierdza, że ilości oznaczeń określone w załączniku nr 2 zawierają zarówno ilości wykonywanych badań jak i kontroli oraz kalibracji.



8	SWZ Rozdział VI ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie „o ile dotyczy”? Uzasadnienie: Nie wszystkie materiały zużywalne są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w związku z tym nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych.	TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów zużywalnych, które nie są wyrobami medycznymi, jeżeli ich to nie dotyczy.
9	Prosimy o potwierdzenie czy liczba wyspecyfikowanych oznaczeń w formularzu asortymentowo-cenowym zawiera ilości potrzebne na wykonanie kalibracji i kontroli.	TAK, Zamawiający potwierdza, że liczba wyspecyfikowanych oznaczeń w formularzu asortymentowo-cenowym zawiera ilości potrzebne na wykonanie kalibracji i kontroli.
10	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie starszego niż 6 lat po aktualnie wykonanym przeglądzie technicznym z pełną gwarancją na cały okres umowy?	TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora nie starszego niż 6 lat po aktualnie wykonanym przeglądzie technicznym z pełną gwarancją na cały okres umowy. Jednak w przypadku awarii częstszych niż 3 razy w kwartale, Wykonawca winien wymienić analizator.
11	Prosimy o potwierdzenie czy w załączniku z zapisem w pkt. 30 formularza parametrów analizatora – Wykonawca na potwierdzenie parametrów podanych w załączniku nr 3 pkt 30 wystarczy, że złoży oświadczenie w tabeli, że serwisanci posiadają stosowne certyfikaty szkolenia dostępne na każde wezwanie Zamawiającego.	Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia w tabeli, że serwisanci posiadają stosowne certyfikaty szkolenia dostępne na każde wezwanie Zamawiającego.
12	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odczynników immunochemicznych kalkulując ofertę przetargową kierować się najlepszą wiedzą producenta odnośnie stabilności odczynników na pokładzie i stabilności kalibracji poszczególnych analizatorów i skalkulować ofertę zgodnie z takim założeniem? Kalibracja będzie wykonywana w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne granice, a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania. Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości odczynników, materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością. Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ilości odczynników, materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, zgodnie z najlepszą wiedzą producenta odnośnie stabilności odczynników i kalibracji. W przypadku większego zużycia Wykonawca dostarczy niezbędną ilość kalibratorów i kontroli, na swój koszt.
13	Pytanie do załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Uzasadnienie: Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.	Analizatory mają zapewnione łącze z dostępem do Internetu.  Zamawiający wyraża zgodę na usługę zdalnego dostępu do serwisu, jednak jedynie po akceptacji dostępu przez pracownika Laboratorium.
	Pytanie do załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy: §1 ust. 7 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jednorazowego dostarczenia instrukcji/ulotek opisujących odczynniki.	TAK, Zamawiający potwierdza.
	Pytania do załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy:  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ §1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 70%?</li> <li>▪ §1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?</li> </ul> Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia	NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.



<p>przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ §1 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru w terminie do 5 dni roboczych od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego drogą elektroniczną."?</li><li>▪ §1 ust. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującego towaru, dostarczenia towaru o wymaganej jakości, wymiany towaru uszkodzonego w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji."?</li><li>▪ §1 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: „Jeżeli wskutek dostarczenia przez Wykonawcę niekompatybilnych odczynników do analizatora, nastąpi awaria aparatu, wszelkie koszty związane z naprawą i przywróceniem aparatu do sprawnego działania, w tym poniesioną przez Zamawiającego szkodą, ponosi w całości Wykonawca. Koszty związane z przestojem aparatu oraz z pokryciem różnicy kosztów badań w innym laboratorium ponosi w takim wypadku Wykonawca.”?</li><li>▪ §6 ust. 1 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu dostawy określonego w §1 ust. 4 Umowy w wysokości 1% wartości netto niewykonanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."?</li><li>▪ §6 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu dostawy reklamowanego towaru określonego w §1 ust. 11 w wysokości 1% wartości netto niewykonanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."?</li><li>▪ §6 ust. 1 pkt 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu przekazania analizatora w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."?</li><li>▪ §6 ust. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu przeglądu lub naprawy określonego w §1 ust. 20 w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki."?</li><li>▪ §6 ust. 1 pkt 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części Umowy.”?</li></ul>	
---	--

Wykonała: Dorota Achcińska  
Dział Zamówień Publicznych  
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl  
tel. 58 52 47 518