



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/278 /2022  
ZP.26.18.2022

Błonie, dnia 20 września 2022 r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2022/BZP 00348204/01 z dnia 14.09.2022 r. na zakup drobnych materiałów i produktów medycznych [Nr postępowania: RM/ZP/18/2022]**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Dotyczy Zadania 1 „ Akcesoria do pomp strzykawkowych”**

**1)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający wymaga opakowania pojedynczego typu Tyvec?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga opakowania pojedynczego.

**2)Pytanie pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp w rozmiarze 50/60 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.

**3)Pytanie pozycja 3:** Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**4)Pytanie pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 50ml z rozszerzeniem do 60ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**5)Pytanie:** Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli pozycji 3 do osobnego zadania.

### **Dotyczy Zadania 4 „ Jednorazowy sprzęt do intubacji dotchawiczej”**

**6)Pytanie pozycja 1-7:** Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu z potrójnym znacznikiem głębokości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**7)Pytanie pozycja 17-23:** Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z jednym oznaczeniem głębokości, bez znacznika RTG?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10  
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl  
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny





# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

**8)Pytanie pozycja 24-25:** Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny przeznaczony za równo dla dzieci jak i dla dorosłych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**9)Pytanie pozycja 24-25:** Czy zamawiający dopuści produkt niesterylny?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**10)Pytanie pozycja 24-25:** Czy zamawiający dopuści czy zamawiający dopuści mocowanie pionowe ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**11)Pytanie pozycja 26-28:** Czy zamawiający dopuści prowadnice wykonane z aluminium pokryte gładkim PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**Dotyczy Zadania 8 „ Koce ogrzewające jednorazowe”**

**12)Pytanie pozycja 1:** Czy zamawiający dopuści okrycie pacjenta wykonane z 3 warstw ( 2 warstwy wykonane z włókniny polipropylenowej oraz z 1 warstwy poliestrowej).?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**13)Pytanie:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby koc był zgodny z normą EN 13795:2011?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**Dotyczy Zadania 10 „ Maski twarzowe anestetyczne”**

**14)Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe z kopułą wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów, kolory pierścieni mocujących ułatwiają identyfikację rozmiaru maski, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**Dotyczy Zadania 11 „ Materiały do tlenoterapii biernej”**

**15)Pytanie:** Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnana jest poprzez proces sterylizacji (tutaj wpisać np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego.

**16)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści sterylne cewnik donosowy spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**17)Pytanie pozycja 2-5:** Czy Zamawiający dopuści sterylne maski tlenowe spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**18)Pytanie pozycja 6:** Czy zamawiający dopuści zamiast rozmiaru S, rozmiar M?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**19)Pytanie pozycja 6-9:** Czy zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 1 ml?

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10  
PN – EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl  
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny





## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**20)Pytanie pozycja 6-9:** Czy Zamawiający dopuści sterylne maski tlenowe z nebulizatorem spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**21)Pytanie pozycja 6-9:** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę tlenową twarzową z nebulizatorem wykonaną z medycznego PCV, bezłateksowa; dren zakończony uniwersalnymi łącznikami o długość 2,1m, o gwiazdkowy przekroju, odpornym na zagięcia; wyposażona w nebulizator o pojemności 6 ml (skalowany co 1 ml , a co 2 ml numerycznie), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości 2.0-2.2 µm pakowana pojedynczo; posiadająca obrotowy łącznik umożliwiającą dostosowanie do pozycji pacjenta; pakowana pojedynczo, w rozmiarze S,M,L,XL,?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**22)Pytanie pozycja 10:** Czy zamawiający dopuści zamiast rozmiaru S, rozmiar M?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**23)Pytanie pozycja 10-13:** Czy Zamawiający dopuści sterylne maski tlenowe z rezerwuarem spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

### **Dotyczy Zadania 14 „Prowadnice”**

**24)Pytanie pozycja 1-2:** Czy Zamawiający dopuści prowadnice jednorazowe, pakowane w papier-foolia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**25)Pytanie pozycja 3-4:** Czy Zamawiający dopuści prowadnice pakowane w papier-foolia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

### **Dotyczy Zadania 15 „Przyrządy do infuzji”**

**26)Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -foolia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**27)Pytanie:** Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**28)Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeplu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10  
PN – EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl  
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny





## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**29)Pytanie pozycja 1:** Czy zamawiający dopuści przyrządy pakowane pojedynczo ale w opakowaniu zbiorczym 250 sztuk? W przeliczeniu na odpowiednie ilości zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**30)Pytanie pozycja 1:** Czy zamawiający dopuści przyrządy pakowane pojedynczo ale w opakowaniu zbiorczym 200 sztuk? W przeliczeniu na odpowiednie ilości zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**31)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**32)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**33)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**34)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów w opakowaniu a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**35)Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji pakowany po 200szt.?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

### **Dotyczy Zadania 16 „ Strzykawki”**

**36)Pytanie pozycja 1-4 :** Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**37)Pytanie pozycja 1-4:** Czy zamawiający dopuszcza większą pojemność rozszerzoną strzykawki: przy 2 ml – 3ml, przy 5 ml – 6 ml, przy 10 ml – 12 ml, przy 20 ml – 24 ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**38)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności rozszerzonej do 3ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10  
PN – EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl  
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny







## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Blonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

**39)Pytanie pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności rozszerzonej do 6ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**40)Pytanie pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze stożkiem umieszczonym mimośrodkowo, spełniającą pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

**41)Pytanie pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności rozszerzonej do 12ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**42)Pytanie pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze stożkiem umieszczonym mimośrodkowo, spełniającą pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

**43)Pytanie pozycja 4:** Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności rozszerzonej do 24ml, w opakowaniu zbiorczym 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**44)Pytanie pozycja 4:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze stożkiem umieszczonym mimośrodkowo, spełniającą pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

**45)Pytanie pozycja 4:** Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 80 sztuk? Oczywiście, w przeliczeniu na zapotrzebowanie kupującego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**46)Pytanie pozycja 5:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową w rozmiarze 50/60 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

**47)Pytanie pozycja 5:** Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli pozycji 5 do osobnego zadania.

### **Dotyczy Zadania 18 „ Worki i pojemniki na odpady medyczne”**

**48)Pytanie pozycja 4:** Czy Zamawiający dopuści pojemniki z otworem wrzutowym o średnicy 90mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

### **Dotyczy Zadania 19 „ Worki na mocz a absorberem”**

**49)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści worek (kaczkę) na mocz z zastawką antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu, bez substancji absorbujących?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt. Zgodnie z OPZ.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10  
PN – EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl  
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny





# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

**50)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za sztukę?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

## **Dotyczy Zadania 20 „ Worki na wymiociny”**

**51)Pytanie:** Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktoqramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

**52)Pytanie pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści worek wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml), bez zastawki lecz z nacięciem umożliwiającym zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

## **Dotyczy Zadania 23 „ Zgłębniki żołądkowe”**

**53)Pytanie pozycja 1a-c:** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki wykonane z medycznego pcv zawierającego śladowe ilości ftalanów? - „skręć i zaczep”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ.

**54)Pytanie pozycja 1a-c:** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 105cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

## **Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ:**

**55)Pytanie:** Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 5 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 5 ust. 5A wskazał: Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne: a) za każdorazową zwłokę w realizacji złożonego zamówienia w wysokości 1 % wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 5 ust 5A wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN - EN ISO 9001:2015 - 10  
PN - EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl  
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny





## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

**56)Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy wynikających z § 5 REKLAMACJE I KARY UMOWNE: „5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne: a) za każdorazową zwłokę w realizacji złożonego zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

*Sprawę prowadzi:*

Joanna Bruśnicka  
Specjalista ds. księgowości  
i zamówień publicznych  
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10  
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

[www.ratownictwopwz.pl](http://www.ratownictwopwz.pl)  
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu  
Perły Medycyny

