



Poznań, dnia 28.07.2020r.

Dz. Z. P. 24/ 43/ 20

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych - opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.07.2020 r. pod numerem 2020 /S 132-323035

WYJAŚNIENIE NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r poz. 1843) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw 1

Dotyczy Część nr 1 - Cewniki dwuświatłowe do wkłuc dla dorosłych

1/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania cewników typu Arrow, poliuretanowych kontrastujących w RTG, 12F/12,12Ga/ i długości 16 i 20cm do wyboru Zamawiającego, w zestawach o minimalnym składzie: igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica typu J 0,035", rozszerzało tkankowe 12Fx14cm, strzykawka 5ml Luer-Slip . Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowany cewnik, przy założeniu, że jest to cewnik do hemodializy i hemofiltracji.

2/ Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane cewniki powinny posiadać końcówki typu Blue Flex Tip, delikatne, nietraumatyzujące naczyń krwionośnych, a na przedłużkach kodowanych kolorem (czerwonym, niebieskim) powinny znajdować się dane typu: objętość wypełniania.

Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie

3/ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnego z art.14 ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (DZ. U. 2017.211), tj. przedmiotu, który posiada instrukcje obsługi oraz etykiety w języku polskim.

Odp: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

4/ Prosimy o potwierdzenie, że na opakowaniu jednostkowym oferowanych zestawów powinny znajdować się minimum informacje takie jak: objętości wypełniania światła, przepływy oraz naklejki z kodami kreskowymi identyfikujące wkłucie w dokumentacji medycznej pacjenta.

Odp: zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ





Dotyczy Część nr 5 - łyżka laryngoskopowa dla dorosłych jednorazowa

1/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowych łyżek, wiodącego producenta Rusch, najwyższej jakości, do złudzenia przypominających łyżki wielorazowego użycia, w rozmiarach i wymiarach odpowiednio Mac 3 (133mmx14mm) i Mac 4(149mmx13mm).

Odp: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania łyżek, w których światłowód jest w pełni osłonięty czarnym płaszczem, a cała łyżka jest zmatowiona na całej długości, nie powodując przypadkowych refleksów podczas intubacji.

Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie

Dotyczy Część nr 8 – Akcesoria oddechowe dla dorosłych i noworodków poz.1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów typu Pediatricznego, wiodącego producenta, o martwej przestrzeni max 13,4, wadze max 14,5g, zakresie objętości 50-250ml. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Dotyczy Część nr 8 – Akcesoria oddechowe dla dorosłych i noworodków poz.3.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek intubacyjnych, wiodącego producenta Rusch, z jednym wyraźnym szerokim, czarnym znacznikiem widocznym wokół całego obwodu rurki, ułatwiającym prawidłowe umieszczenie w tchawicy, z mankietem baryłkowym. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Dotyczy Część nr 8 – Akcesoria oddechowe dla dorosłych i noworodków poz.5.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek intubacyjnych, wiodącego producenta, z mankietem baryłkowym, w rozmiarach 6-9 (co 0.5). pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Dotyczy Część 35 - Obwód oddechowy anestetyczny współosiowy z dodatkowym ramieniem.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie możliwości zaoferowania obwodów oddechowych, wiodącego producenta Rusch, o znacznie wyższej jakości, anestetyczny, o przekroju podwójne D, możliwość stosowanie u wszystkich pacjentów, począwszy od noworodków do pacjentów dorosłych (info w instrukcji obsługi), czyste biologicznie, jednorazowego użytku, wykonane z PCV bez DEHP, gładkie powierzchnie wewnętrzne, ramię główne o długości 180cm, ramię boczne o dł. 30-40 cm, ramię dodatkowe (do worka oddechowego) o dł. 120cm, worek oddechowy 2L bezlateksowy, łącznik kątowy L z portem kapno, końcówki od strony urządzenia niebieskie, elastyczne, szczelnie fiksujące się w urządzeniu. wszystkie elementy zapakowane razem. Możliwość stosowania do 7dni u wielu pacjentów.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Zestaw 2

1. Dotyczy Część 35 - Obwód oddechowy anestetyczny współosiowy z dodatkowym ramieniem.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie możliwości zaoferowania obwodów oddechowych, wiodącego producenta Rusch, o znacznie wyższej jakości, anestetyczny, o przekroju podwójne D, możliwość stosowanie u wszystkich pacjentów, począwszy od noworodków do pacjentów dorosłych (info w instrukcji obsługi), czyste biologicznie, jednorazowego użytku, wykonane z PCV bez DEHP, gładkie powierzchnie wewnętrzne, ramię główne o długości 180cm, ramię boczne o dł. 50cm, ramię dodatkowe (do worka



CERTYFIKAT 2019/26

Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczeblovska@gpsk.ump.edu.pl





www.gpsk.ump.edu.pl

oddechowego) o dł. 120cm, worek oddechowy 2L bezłateksowy, łącznik kątowy L z portem kapno, końcówki od strony urządzenia niebieskie, elastyczne, szczelnie fiksujące się w urządzeniu. wszystkie elementy zapakowane razem. Możliwość stosowania do 7dni u wielu pacjentów.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Zestaw 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii zamówienia**,

b. za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto określonej w § 4 ust. 1,

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 4 ust. 1,

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **100,00 zł** brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu § 9 projektu umowy.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie...” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu § 11 ust. 3 projektu umowy.

Zestaw 4

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 2 do osobnego pakietu.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.2 z części nr 8.

Zestaw 5

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie worków o pojemnościach 150ml, 300ml, 500ml, 1000ml do wyboru Zamawiającego, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczebłowska@gpsk.ump.edu.pl





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane pojemności worków pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów wyrobu.

2. Dotyczy § 9 ustęp 1 b), c) umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu § 9 ust. 1b), c) projektu umowy.

3. Czy Zamawiający w § 11 ust. 3 umowy wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe

4. **Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu § 11 ust. 3 projektu umowy.**

Z poważaniem



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczeblovska@gpsk.ump.edu.pl

