

Kraków, dn. 03.09.2024 r.

**dot. przetargu ZP-18/24**  
**na sukcesywne dostawy protezy stawu śródrečno-nadgarstkowego kciuka dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie**

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**PYTANIA DO TREŚCI SWZ (Ogólne)**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w ramach ww. postępowania protezę stawu śródrečno-nadgarstkowego kciuka o następujących parametrach

Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójplatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru oraz

Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 30° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm Szyjka z główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137° oraz

Panewkę ze stopu tytanu pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema pletwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). Panewka w 3 rozmiarach 8,9,10mm; dostarczana w komplecie z wstępnie zmontowaną wkładką z wysokousieciowanego, odpornego na ścieranie polietylenu.

**Odp.: Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.**