

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych), drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim. Znak sprawy: 7/NZP/2024.

Wyjaśnienie treści SWZ:

W związku z wpływaniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ od Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 132 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE NR 1:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1.

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 w pozycji 1 dopuści zestaw (dotychczas stosowany przez Zamawiającego) do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji otrzewnej); spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 19 poz. 2.

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 w pozycji 2 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw z pojedynczym drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu (bez metalowych elementów jak sprężyna); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 22 poz. 9.

Czy Zamawiający w Zadaniu 22 w pozycji 9 dopuści rurkę tracheostomijną w rozmiarze 6,0; spełniającą pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 22 poz. 9.

Czy Zamawiający w Zadaniu 22 w pozycji 9 dopuści rurkę tracheostomijną w rozmiarze 7,0; spełniającą pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 2:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 10 zestawu do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) wyposażonego w przetwornik z linią płuczącą z przesuwaną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x



kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50-60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami przyłóżkowymi poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzałamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta, sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 3:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1.

Pytanie dot. zadania nr 20 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Kaniula dożylna typu bezpiecznego z portem górnym ze skrzydełkami, materiał cewnika PTFE, igła kaniuli zaopatrzona jest w specjalny automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, wyposażona w 4 paski kontrastujące w RTG, uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, igła wykonana jest ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, bez filtru hydrofobowego, posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, bez lateksu i ftalanów, bez PVC, bez logo producenta umieszczonego bezpośrednio na kaniuli, opakowanie jednostkowe typu blister-pack; rozm. 22G (niebieska) 0,9x25mm przepływ 36ml/min.

poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli dożylny typu bezpiecznego o rozm. 20G (różowa) 1,1x33mm przepływ 61ml/min.

poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli dożylny typu bezpiecznego o rozm. 18G (zielona) 1,3x45mm przepływ 90ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZAPYTANIE NR 4:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 14 poz. 1.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji drenów do odsysania o parametrach opisanych w SWZ wyposażonych z obu stron w końcówki lejkowate z dołączonym do jednej z końcówek wymiwalnym łącznikiem prostym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania drenów do odsysania o parametrach opisanych w SWZ wyposażonych z obu stron w końcówki lejkowate z dołączonym do jednej z końcówek wymiwalnym łącznikiem prostym.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 14 poz. 10.

Prosimy o potwierdzenie, że oferowane w tej pozycji wkłady workowe mają być kompatybilne z pojemnikami i uchwytami wielorazowymi Serres będącymi na wyposażeniu oddziałów szpitalnych PCZ w Lwówku Śl.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane wkłady workowe mają być kompatybilne z pojemnikami i uchwytami wielorazowymi Serres będącymi na wyposażeniu oddziałów szpitalnych PCZ w Lwówku Śląskim.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 14 poz. 10.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji wkładów workowych o parametrach opisanych w SWZ, dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej, zajmujących mało miejsca w magazynie szpitala i magazynkach oddziałów szpitalnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania wkładów workowych o parametrach opisanych w SWZ, dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej, zajmujących mało miejsca w magazynie szpitala i magazynkach oddziałów szpitalnych.



ZAPYTANIE NR 5:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 6 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Czy Zamawiający dopuści zmianę objętości jak poniżej:

Poz. 1- 35 ml/20 ml

Poz.2 – 55 ml/28 ml

Poz.3-125 ml/75 ml

Poz.4 – bez zmian

Poz. 5- 500 ml/250 ml

Poz.6 – bez zmian

Poz. 7 – 3000 ml/1500 ml

Poz. 8 – bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłącznie w zakresie poz. 1, 5, 7 oraz pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. Ponadto, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe w zakresie poz. 2, 3. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że poz. 4, 6, 8 pozostają bez zmian.

ZAPYTANIE NR 6:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 15 poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

1 x taśma mocująca 9x50cm;

2 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;

2 x serweta boczna 75x90cm;

1 x serweta dolna 180x180cm;

1 x serweta górna 150x240cm;

1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min. 4,5cm na całej długości taśmy

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki dodatkowo na 2 etykietach kod UDI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 15 poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

1 x taśma mocująca 9x50cm;

4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;

2 x serweta boczna 75x90cm, wzmocnienie 15x50cm, podwójny organizator przewodów;

1 x serweta dolna 180x180cm, wzmocnienie 15x50cm, 2 podwójne organizatory przewodów;

1 x serweta górna 150x240cm, wzmocnienie 15x50cm, 2 podwójne organizatory przewodów;

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m² (łączna gramatura 110g/m²). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.



Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min. 4,5cm na całej długości taśmy

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki dodatkowo na 2 etykietach kod UDI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 15 poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 x osłona na stół Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

1 x taśma mocująca 9x50cm;

4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;

1 x serweta boczna 75x90cm;

1 x serweta górna 150x240cm;

1 x serweta główna 225x260cm z wycięciem U 10x85cm otoczonym taśmą przylepną;

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym na całej długości taśmy

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki dodatkowo na 2 etykietach kod UDI.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 15 poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

1 x osłona na stół Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

2 x taśma mocująca 9x50cm; 2 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;

1 x serweta główna 240/215x350cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (otoczony padem chłonnym 50x70cm, z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany);

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki dodatkowo na 2 etykietach kod UDI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 15 poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 x osłona na stół Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

2 x taśma mocująca 9x50cm;

4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;

1 x osłona na kończynę 36x65cm;

1 x serweta główna 225x300cm z elastycznym otworem Ø 7cm, wzmocnienie 75x80cm, 8 podwójnych organizatorów przewodów;



1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łącznie gramatura 110g/m2). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019 Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki dodatkowo na 2 etykietach kod UDI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZAPYTANIE NR 7:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 29 poz. 7.

Zadanie nr 29, poz. 7

Prosimy o doprecyzowanie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga pętli jednorazowej owalnej do usuwania polipów, średnica 10-30mm, kompatybilnej do kanału 2,8mm, dł. 230cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 29 poz. 7 wystąpiła oczywista omyłka pisarska będąca następstwem niezamierzonej niedokładności i Zamawiający wymaga pętli jednorazowej owalnej do usuwania polipów, średnica 10-30mm, kompatybilnej do kanału 2,8mm, dł. 230cm.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 t.j. ze zm.) zmienia treść formularza cenowego – załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 29, poz. 7 oraz informuje, że uaktualniony dokument zawierający powyższą zmianę, który stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień otrzymuje nazwę „7NZP2024 formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ — ZMIANA 2” i jest wiążący przy składaniu ofert.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 29 poz. 20.

Zadanie nr 29, poz. 20

Prosimy o doprecyzowanie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga dyspenserów ściennych kompatybilnych z fartuchami PE w dyspenserach z okienkiem z poz. 19, ponieważ w poz. 18 jest żel medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 29 poz. 20 wystąpiła oczywista omyłka pisarska będąca następstwem niezamierzonej niedokładności i Zamawiający wymaga dyspenserów ściennych kompatybilnych z fartuchami PE w dyspenserach z okienkiem z poz. 19.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 t.j. ze zm.) zmienia treść formularza cenowego – załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 29, poz. 20 oraz informuje, że uaktualniony dokument zawierający powyższą zmianę, który stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień otrzymuje nazwę „7NZP2024 formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ — ZMIANA 2” i jest wiążący przy składaniu ofert.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 29 poz. 18.

Zadanie nr 29, poz. 18

Prosimy o dopuszczenie żelu medycznego endoskopowego w tubie, o gramaturze 133g, z przeliczeniem ilości, czyli 145 opakowań jednostkowych, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 8:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm², wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu



odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt (20 op x 5szt)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZAPYTANIE NR 9:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 9 poz. 1.

Zadanie nr 9 poz. 1: czy w zadaniu nr 9 poz.1 doszło do pomyłki pisarskiej i zamiast 50 szt. powinno być 350szt.? tak jak na to wskazują ilości akcesoriów zużywanych z pozostałych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 9 poz. 1 wystąpiła oczywista omyłka pisarska będąca następstwem niezamierzonej niedokładności i Zamawiający wymaga 350 szt. zamiast 50 szt.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 t.j. ze zm.) zmienia treść formularza cenowego – załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 9 poz. 1 oraz informuje, że uaktualniony dokument zawierający powyższą zmianę, który stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień otrzymuje nazwę „7NZP2024 formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ — ZMIANA 2” i jest wiążący przy składaniu ofert.

ZAPYTANIE NR 10:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 22 poz. 1-7.

Czy Zamawiający w pakiecie 22 w pozycjach 1-7 dopuści Rurkę intubacyjną do długoterminowej intubacji, wykonaną z PVC bez DEHP, z walcowatym cienkościennym mankietem niskociśnieniowym - wysokoobjętościowym, z otworem Murphy, z efektywnym systemem odsysania wydzieliny z okolicy podgłośniowej, tj. z otworem zlokalizowanym tuż nad mankietem, ze zintegrowanym z rurką przewodem zakończonym żółtym portem do odsysania, dwa znaczniki głębokości intubacji, sterylna, w rozmiarach: 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 22 poz. 8-15.

Czy Zamawiający w pakiecie 22 w pozycjach 8-15 dopuści Rurkę tracheostomijną z mankietem, z obrotowym łącznikiem 15mm, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie dwie elastyczne kaniule wewnętrzne kodowane kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, żel na bazie wody. Sterylna, rozm. 6-10,0 co 0,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 22 poz. 16-22.

Czy Zamawiający w pakiecie 22 w pozycjach 16-22 dopuści Rurkę tracheostomijną z mankietem z odsysaniem znad mankieta, z kątem 980, z atraumatycznym otworem umieszczonym z boku rurki tuż nad mankietem oraz z mankietem wstecznie wklejonym, co ułatwia skuteczne odessanie gromadzącej się wydzieliny, z obrotowym łącznikiem 15mm niwelującym siły skrętne, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, przewód do odessania w kolorze żółtym, na baloniku kontrolnym rozmiar rurki i średnica mankieta, sterylna, dostępne kaniule wewnętrzne, rozm. 6,5-10,0 co 0,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 22 poz. 23-29.

Czy Zamawiający w pakiecie 22 w pozycjach 23-29 dopuści Rurkę tracheostomijną z termoczulego PCV z otworami fenestracyjnym i miękkim, elastycznym kołnierzem, bez mankieta, z kaniulą wewnętrzną z łącznikiem 15mm, kaniulą z krótkim profilem łącznika, z kaniulą fonacyjną z łącznikiem 15mm i kaniulą fonacyjną z krótkim profilem łącznika, mocowanie na podwójnym bagnecie. W zestawie dodatkowo zastawka fonacyjna z adaptorem tlenowym, osłona kaszlowa, szeroka opaska mocująca, mandryn prowadzący. Rozm. 7,0/8,5/10,0/11,0.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 22 poz. 30, 31.

Czy Zmawiający w pakiecie 22 w pozycjach 30-31 dopuści Rurkę tracheostomijną zbrojoną z mankietem z obrotowym elastycznym kołnierzem z możliwością dopasowania do różnych długości drogi oddechowej, z mandrynem, kąt 100°-105°, silikonowana, bez DEHP, sterylna, z szeroką, miękką opaską, rozm. 6,0-11,00, pakowana w sztywnym blisterze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 11:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartuchów, w którym zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 4,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 cm, cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru na etykiecie i pieczętki z rozmiarem na wewnętrznej stronie fartucha. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm. Fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartucha, w którym fartuch posiada zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 4,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru na etykiecie i pieczętki z rozmiarem na wewnętrznej stronie fartucha. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm. Obłożenie spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 15 poz. 1.

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie obłożenia, które jest wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Wzmocnienie o gramaturze 100 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 15 poz. 5.

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie obłożenia, które jest wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Wzmocnienie o gramaturze 100 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 12:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1.

Zadanie nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie linii pomiarowej i worka do godzinowej zbiórki moczu pakowanych osobno?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1.

Zadanie nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zastawkę antyzwrotną wbudowaną w worek zamiast w łącznik?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.

Zadanie nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści worek z drenem długości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 11 poz. 2.

Zadanie nr 11 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści worek o parametrach:

- Wykonany z medycznego PCV



- Worek o pojemność 2000 ml z zastawką antyzwrotną
- Dren o długości 120 cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką
- Bezigłowy port do pobierania próbek moczy
- Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia
- Komora pomiarowa o pojemności 500 ml
- Filtr hydrofobowy w worku i komorze
- Worek zbiorczy skalowany co 50 ml od 100 ml do 2000 ml
- Komora kroplowa skalowana co 1 ml do 50 ml oraz co 5 ml od 50 ml do 500 ml
- Uniwersalny, zintegrowany wieszak
- Bezląteksowy
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: folia/papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 27 poz. 1.

Zadanie nr 27 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści basen z pokrywą jak poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 27 poz. 8.

Zadanie nr 27 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'80, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 27 poz. 9.

Zadanie nr 27 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści marker klasy Is?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 27 poz. 13.

Zadanie nr 27 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści opaskę do identyfikacji zmarłych składającą się z 3 elementów:

1. Opaska w kolorze białym z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym przypadkowe rozpięcie opaski oraz regulowaną długością (długość całkowita opaski dla dorosłych: 24,3cm)
2. Etui na wkładkę kartonową, wykonane z całkowicie przezroczystej folii z wycięciem do przełożenia opaski
3. Wkładka kartonowa z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia tj. nazwisko, imię, PESEL, zgon (data i godzina) oraz pusta linijka do wpisania innych koniecznych informacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 27 poz. 26.

Zadanie nr 27 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1,0-1,5 i wysokości 17,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 27 poz. 30.

Zadanie nr 27 poz. 30. Czy Zamawiający dopuści pojemnik 20ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 27 poz. 35.

Zadanie nr 27 poz. 35. Czy Zamawiający dopuści stażę dł. 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 27 poz. 36.

Zadanie nr 27 poz. 36. Czy Zamawiający dopuści stażę tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 27 poz. 47.

Zadanie nr 27 poz. 47. Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 250ml, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 27 poz. 48.

Zadanie nr 27 poz. 48. Czy Zamawiający dopuści przezroczysty żel do USG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 27 poz. 49.

Zadanie nr 27 poz. 49. Czy Zamawiający dopuści żel o gramaturze 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 16. Dotyczy zadania nr 31 poz. 1.

Zadanie nr 31 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 17. Dotyczy zadania nr 31 poz. 2.

Zadanie nr 31 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści paski do mocowania rurki intubacyjnej o parametrach:

- Wykonana z miękkiej pianki pokrytej przyjaznym dla skóry, antyodleżynowym materiałem
- Jednoczęściowa
- Szybkie i komfortowe założenie
- Możliwość indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta
- Możliwość wielokrotnej zmiany ułożenia rurki
- Wygodne mocowanie na rzep
- Otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki
- Dodatkowy rzep samoprzylepny na rurkę intubacyjną umożliwiający jej zamocowanie do opaski
- Neutralne dla bakterii
- Jednorazowego użytku



- Pakowane pojedynczo



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 13:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.

Zadanie 11 poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenu o długości min. 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.

Zadanie 11 poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenu o długości min. 120 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 11 poz. 2.

Zadanie 11 poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka o pojemności 2600 ml oraz komory pomiarowej 400 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZAPYTANIE NR 14:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1, 2.

Pakiet 8, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie fartuchów z rzepami o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1, 2.

Pakiet 8, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie fartuchów z kolorowymi lamówkami rozróżniającymi fartuch wzmocniony od standardowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1, 2.

Pakiet 8, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie fartuchów z kodem kolorystycznym na opakowaniu rozróżniającym rozmiary zamiast kolorowych lamówek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1, 2.

Pakiet 8, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie fartuchów z ręczniczkami 30 x 40 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1, 2.

Pakiet 8, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie fartuchów z ręczniczkami wykonanymi z włókniny 35 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.

Pakiet 8, poz. 1. Proszę o dopuszczenie fartuchów o wytrzymałości na wypychanie na sucho 137,6 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.

Pakiet 8, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartuchów o wytrzymałości na rozciągania na mokro 44,1 N.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1, 2.

Pakiet 8, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie fartuchów z dwoma naklejkami TAG.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 8 poz. 2.

Pakiet 8, poz. 2. Proszę o dopuszczenie fartuchów o wytrzymałości na wypychanie na sucho 99,3 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Pakiet 20, poz. 1-3. Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z PUR.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Pakiet 20, poz. 1-3. Proszę o dopuszczenie kaniuli bez logo producenta na kaniuli gdyż nie ma to wpływu na procedurę medyczną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Pakiet 20, poz. 1-3. Proszę o dopuszczenie kaniul z 6 paskami RTG

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Pakiet 20, poz. 1-3. Proszę o dopuszczenie kaniul z metalowym zatrzaskiem, niekodowanym kolorystycznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1.

Pakiet 20, poz. 1. Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 33 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 20 poz. 2.

Pakiet 20, poz. 2. Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 55 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 16. Dotyczy zadania nr 20 poz. 3.

Pakiet 20, poz. 3. Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 85 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pyt. nr 17. Dotyczy zadania nr 38 poz. 1.

Pakiet 38, poz. 1. Proszę o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 18. Dotyczy zadania nr 38 poz. 2-7.

Pakiet 38, poz. 2-7. Proszę o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 19. Dotyczy zadania nr 38 poz. 8.

Pakiet 38, poz. 8. Proszę o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 20. Dotyczy zadania nr 38 poz. 3.

Pakiet 38, poz. 3. Proszę o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 15 x 8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 15

Pyt. nr 1. Dotyczy wzoru umowy.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 i 3:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

1) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 3 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści wzoru umowy w §7 ust. 1 pkt. 1) i ust. 3 w powyższym zakresie.

ZAPYTANIE NR 16:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 17 poz. 1.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 17 postępowania zestaw kompatybilny ze strzykawką automatyczną Optivantage, zawierający 2 wkłady o pojemności 200ml, 2 ostrza spike oraz łącznik o długości 150cm z trójnikiem Y wyposażony w dwa zaworki antyzwrotne zapewniające brak możliwości cofnięcia się transportowanego płynu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 17 poz. 1.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 17 postępowania zestaw kompatybilny ze strzykawką automatyczną Optivantage, zawierający 2 wkłady o pojemności 200ml, 2 napełniacze typu J oraz łącznik o długości 150cm z trójnikiem Y wyposażony w dwa zaworki antyzwrotne zapewniające brak możliwości cofnięcia się transportowanego płynu.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 17 poz. 1.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o weryfikację czy nie doszło do omyłki pisarskiej lub potwierdzenie prawidłowości ilości zapotrzebowania wskazanego w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zadaniu nr 17 poz. 1 wymaga ilości 3 800 sztuk asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w całym okresie trwania umowy t.j. 24 miesiące. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że będzie miał prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości asortymentu o którym mowa powyżej i cykliczności dostaw w ramach ilości określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SWZ w okresie trwania umowy.

ZAPYTANIE NR 17:

Pyt. nr 1. Dotyczy wzoru umowy.

Dotyczy umowy: paragraf 7 ust.6. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie całkowitej sumy kar do poziomu 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści wzoru umowy w §7 ust. 6 w powyższym zakresie.

ZAPYTANIE NR 18:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 25 poz. 2, 3.

Pakiet 25, pozycja 2, 3. Czy Zamawiający dopuści Zgłębnik wykonany z miękkiego silikonu, bez dodatkowych dwóch otworów bocznych na końcu zgłębnika, obecnie na rynku nie ma zgłębników posiadających otwory boczne na końcu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 19:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3 poz. 1, 2, 3-12.

Pytanie do pakietu 3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje utworzenie depozytu w pakiecie 3 tylko dla pozycji 1 i 2? Pozycje 3-12 wymienione w pakiecie 3 są elementami zużywalnymi do wieży artroskopowo-laparoskopowej i nie należą do grupy implantów, które należy deponować. W związku z powyższym - czy Zamawiający wyrazi zgodę na sukcesywne dostawy pozycji 3-12 z fakturą sprzedaży i tym samym odstąpi od depozytu dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 3 poz. 1-12 nie wymaga utworzenia depozytu. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje, że w zadaniu nr 3 poz. 1-12 wymaga sukcesywnych dostaw w okresie trwania umowy.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3 poz. 9.

Pakiet 3 pozycja 9 – Czy Zamawiający w ramach pakietu 3 w pozycja 9 dopuści produkt, który nie jest wyrobem medycznym i podlega stawce VAT w wysokości 23%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 5 poz. 1.

Pakiet 5 pozycja 1 - Czy Zamawiający w celu zachowania sterylności oraz wygodnej i bezpiecznej obsługi wymaga zastosowania zamkniętego systemu podwójnej strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w celu zachowania sterylności oraz wygodnej i bezpiecznej obsługi zastosowania zamkniętego systemu podwójnej strzykawki.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 5 poz. 1.

Pakiet 5 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:



Jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. System umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta. Set składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu). Produkt pakowany zbiorczo po 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 5. Dotyczy wzoru umowy.

Pytanie do wzoru umowy § 2. Ust.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem, że użytkowanie przez Zamawiającego oraz przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi w/n aplikacji będzie w pełni darmowe i nie będzie wymagało żadnych kosztów w okresie trwania umowy oraz pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy wzoru umowy.

Pytanie do wzoru umowy § 4. Ust. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formie pdf na mail. W przypadku wyrażenia zgody na takie rozwiązanie prosimy o podanie dedykowanego adresu mail do przesyłania faktur.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią § 4. ust. 11 dopuścił możliwość otrzymywania od Wykonawcy faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem platformy o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Zamawiający oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania przez Wykonawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur jest:

1) adres e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl

2) platforma: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/panel>

Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uważa się datę wpływu faktury na wyżej wymieniony adres e-mail lub platformę.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że nie określa formatu danych w jakim będą dostarczane faktury o których mowa powyżej. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że zaleca aby dostarczane faktury były w formacie przesyłania danych pdf.

ZAPYTANIE NR 20:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 36 poz. 1.

Pakiet 36, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozm. 10x15cm, pakowanych a 20 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 36 poz. 2.

Pakiet 36, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozm. 10x20cm, pakowanych a 20 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



ZAPYTANIE NR 21:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Dot. Pakiet 20 poz. 1, 2, 3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej, bezpiecznej kaniuli dożylniej wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji, posiadającej dodatkowo, samodomykający się port do wstrzyknięć barwiony kolorystycznie w zależności od rozmiaru, ze skrzydełkami bez możliwości przysycia do skóry, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachłapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, opakowanie blister pack.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1.

Dot. zad. 20 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 0,9x25mm, przepływ 42ml/min (niebieska).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 20 poz. 2.

Dot. zad. 20 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,1x32mm, przepływ 67ml/min (różowa).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 20 poz. 3.

Dot. zad. 20 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3 x32mm, przepływ 103ml/min (zielona).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy wzoru umowy.

Dot. par. 4 ust. 7 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści wzoru umowy w §4 ust. 7 w powyższym zakresie. Ponadto, z uwagi na wystąpienie oczywistej omyłki pisarskiej będącej następstwem niezamierzonej niedokładności Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy w §4 ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „Zapłata nastąpi w terminie dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę (po uprzednim otrzymaniu dostawy).”.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1320 t.j. ze zm.) zmienia treść wzoru umowy – załącznik nr 7 do SWZ oraz informuje, że uaktualniony dokument zawierający powyższą zmianę, który stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień otrzymuje nazwę „7NZP2024 UMOWA - załącznik nr 7 do SWZ — ZMIANA 2” i jest wiążący przy składaniu ofert.

Pyt. nr 6. Dotyczy wzoru umowy.

Dot. wzoru umowy. Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy następującego zapisu:

W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § ust. niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawę na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści wzoru umowy w powyższym zakresie.



ZAPYTANIE NR 22:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 19 poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 2 z pakietu 19?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Decyzja dotycząca podziału zamówienia na określoną ilość części należy do Zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, organizacji pracy, bezpieczeństwa pacjentów itp. Ponadto Zamawiający informuje, że nie ogranicza dostępu do zamówienia, ponieważ Wykonawcy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, mogą składać oferty w ramach oferty wspólnej (tzw. Konsorcjum).

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 19 poz. 2.

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną, suchą regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) w zakresie od -10 do -40cm H₂O. Bezgłośny. Wyskalowany do objętości 2500ml z precyzyjną podziałką umożliwiającą wizualizację prawidłowego działania drenażu w zakresie małych objętości (co 1ml do 100ml i co 2 do 200ml, co 5ml do 2500ml). Mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania. Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną oraz automatyczny zawór uwalniający dodatkowo ciśnienie. Bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu. W zestawie fiolka z wodą sterylną do wypełnienia zastawki wodnej. Możliwość postawienia drenażu na podłodze. Uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komory. Pojedynczy dren łączący bezłateksowy zabezpieczonym przed przed zagięciem sprężyną, wyposażony w klamrę zaciskową. Zapakowany sterylnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZAPYTANIE NR 23:

Pyt. nr 1. Dotyczy SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Działem XV ust. 3 SWZ zaokrąglenia cen w złotych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) w kolumnach Wartość netto, Wartość brutto należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Pyt. nr 2. Dotyczy wzoru umowy.

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawę towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano



w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w §4 ust. 4. Zamawiający ustala ilość przedmiotu zamówienia na podstawie zużycia za ostatnie 12 miesięcy, jednak nie jest w stanie przewidzieć ilości pacjentów, zmiany wytycznych i rekomendacji w leczeniu chorób, a także zasad kontraktowania, o których to decyduje NFZ, a nie Zamawiający.

Pyt. nr 4. Dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1, 3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w §7 ust. 1, 3.

Pyt. nr 5. Dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażącą wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawiają wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrzytkowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w §7 ust. 6.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 6 poz. 1.

Zadanie 6, poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o całkowitej pojemności 40 ml wypełnionego 20 ml formaliny, gotowy do użycia, zakręcany, z etykietą na których umieszczone zostały piktogramy i ostrzeżenia w języku włoskim/angielskim, ilość i stężenie formaliny, dane wytwórcy oraz oznaczenie dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 6 poz. 2-8.

Zadanie 6, poz.2-8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na próbki do badań histopatologicznych, na których umieszczone zostały piktogramy i ostrzeżenia w języku włoskim/angielskim, ilość i stężenie formaliny, dane wytwórcy oraz oznaczenie dla wyrobów medycznych, o pojemnościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 6 poz. 5-8.

Zadanie 6, poz.5-8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników zamykanych metodą „na wcisk” (nie zakręcanych).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 6.

Zadanie 6: Czy Zamawiający dopuści dostawy pojemników w opakowaniach zbiorczych? Pojemniki wypełnione formaliną są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas transportu, a dostawa w opakowaniach zbiorczych ogranicza to ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 24:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 6 poz. 1.

poz 1: Czy Zamawiający dopuści pojemniki chirurgiczne 15-30 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 10 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 37 x 44 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 6 poz. 2.

poz 2: Czy Zamawiający dopuści pojemniki chirurgiczne 50-80 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 30 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 60 x 64 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 6 poz. 3.

poz 3: Czy Zamawiający dopuści pojemniki chirurgiczne 100-150 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 70 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 58 x 80 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 6 poz. 4.

poz 4: Czy Zamawiający dopuści pojemniki chirurgiczne 200-250 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 120 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 65 x 100 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 6 poz. 5.

poz 5: Czy Zamawiający dopuści pojemniki chirurgiczne 500 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 300 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 110 x 60 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelną białą



pokrywą (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 6 poz. 7.

poz 7: Czy Zamawiający dopuści pojemniki chirurgiczne 3000 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 1800 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 180 x 135 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelną białą pokrywą (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 6 poz. 8.

poz 8: Czy Zamawiający dopuści pojemniki chirurgiczne 5000 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 3000 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 210 x 185 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelną białą pokrywą (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 25:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 32 poz. 1.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 32 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią bez wbudowanego portu do testowania. Zestaw skalibrowany i przetestowany na etapie produkcyjnym nie wymagający dodatkowego testowania i kalibracji. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 32 poz. 2.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 32 poz. 2. Czy zamawiający dopuści czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny o długości 152cm bez wbudowanego portu do testowania. Zestaw skalibrowany i przetestowany na etapie produkcyjnym nie wymagający dodatkowego testowania i kalibracji. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 32 poz. 2.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 32 poz. 2. Czy zamawiający dopuści czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny o długości 210cm bez wbudowanego portu do testowania. Zestaw skalibrowany i przetestowany na etapie produkcyjnym nie wymagający dodatkowego testowania i kalibracji. Zawierający dodatkowo 2 bezigłowe porty do pobierania krwi w linii, 1 rezerwar w linii,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 32 poz. 1, 2.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 32. Czy zamawiający wymaga, aby w pozycji 1 i 2 linia przepływająca była trwale i nierozzerwalnie połączona z przetwornikiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby w pozycji 1 i 2 linia przepływająca była trwale i nierozzerwalnie połączona z przetwornikiem.



Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 32 poz. 3.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 32 poz. 3. Czy w pozycji 3 zamawiający dopuści imadła, na którym można zamontować dwie płytki do mocowania przetworników jak na zdjęciu:



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZAPYTANIE NR 26:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1.

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowy do strippingu żyłaków, komplet: dwie linki po 100 cm, średnica linek 1,54 - 1,66mm, uchwyt, oliwki o śr. 9,50 mm, 12,85 mm, 15,40 mm, produkt bez lateksu. W całości wykonany z poliamidu, 1 opak./12szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 35 poz. 1.

Pytanie 2 dotyczy zadania nr 35. Czy Zamawiający dopuści elektrodę dzieloną, owalną, uniwersalną dla dorosłych i dzieci, kompatybilną z aparatem elektrochirurgicznym Spectrum posiadanym przez Zamawiającego, o powierzchni przewodzenia 105cm², pokrytą hydrożelem oraz wyposażona w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozproszczenie prądu na całej powierzchni elektrody, o wymiarach 163,5x117mm, 1 opak./100szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 27:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Czy Zamawiający w Zadaniu 20 poz. 1,2,3 dopuści wycenę kaniuli o parametrach:

„Kaniuła bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z wbudowanym elementem bezpieczeństwa pasywnego, nakrywającym igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu zakłuciu, wykonana z poliuretanu, ze skrzydełkami i portem bocznym (nazwa producenta na korku portu bocznego), samodomykający się korek portu bocznego, z 6 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz przezroczystą komorę kontrolną umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów; rozmiary odpowiednio: 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 32mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 32mm (przepływ 105ml/min), opakowanie Tyvek.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 28:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1.

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, który nie jest fabrycznie połączony, pakowanego osobno, pozostałe cechy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany zestaw ma umożliwiać manometryczny pomiar IAP bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 worka DZM, jednorazowy, jałowy, jednodniowy. Poj. 2000 ml skalowany co 100 ml, dren dł.ok. 90 cm z zastawką antyzwrotną na wlocie do komory worka, kranik przesuwny typu T do zlewania moczu. Wykonany z medycznego PCV . Pakowane indywidualnie w worek foliowy ze wskazanym miejscem prawidłowego otwarcia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 worek do dobowej zbiórki moczu poj. 2000 ml z drenem o długości 120 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 11 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 sterylny system do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuświatłowy długości 150 cm, łącznik do cewnika Foley z bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniącą przed cofaniem się moczu do cewnika Foley. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyzałamaniową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. System wyposażony w elastyczne paski do zawieszenia systemu przy łóżku pacjenta. Bez lateksu i DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², stopień 2 repelencji dla wody i alkoholi. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Dodatkowo wzmocniony folią polietylenową, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75 g/m². Wzmocnienia przyklejone do fartucha dookoła po obwodzie, długość wzmocnienia w rękawach od 36,8 cm do 48,3 cm w zależności od rozmiaru. Wzmocnienie przednie w kształcie trapezu, wysokość wzmocnienia od 72,4 cm do 116,8 cm w zależności od rozmiaru. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 190 cm H₂O, w obszarze mniej krytycznym min. 50 cm H₂O. Oznaczenie HP (High Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym min. 6,00 IB, w obszarze mniej krytycznym min. 4,5 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 2XL (tj. o długości od 115 cm do 160 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane od 20 do 32 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 8 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMM o gramaturze min. 35 g/m², stopień 2 repelencji dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 50 cm H₂O w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykietce, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 4,8 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 2XL (tj. o długości od 115 cm do 160 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30x cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane po 32 lub 36 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 15 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O) odpornego na rozzerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepalącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log₁₀). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy zabezpieczających część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 15 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem. Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo

2x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1x serweta górną 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm



Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,7log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Nieprzyklepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 15 poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylny zestaw do operacji żyłaków. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE wzmocnieniem w części centralnej

1 x serweta górna 160x260 cm, przyklepna

1 x serweta 150x230 cm z przyklepnym wycięciem U 6,5x95 cm

1 x serweta 200x150 cm

1 x taśma lepna 9x50 cm

2 x ręcznik chłonne celulozowe 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² o odpornego na przenikanie płynów (> 175 cm H₂O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (pylenia≤1,7 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Opakowanie zbiorcze 8 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 15 poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylny zestaw ginekologiczny z torbą na płyny Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem

1x taśma przyklepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przyklepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przyklepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką i sztywnikiem do regulacji worka, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m², (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H₂O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 15 poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylny zestaw do operacji kończyn, Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy min .150 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

2 x ręczniki chłonne 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

1 x osłona na kończynę 36x72 +/-1 cm

2 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 220x295x335 +/-1cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem \varnothing 6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m², wysokiej odporności na penetrację płynów >175 cmH₂O i o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze w 121 g/m² i wysokiej absorpcji >700ml/m². I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli dożylniej bezpiecznej wykonana z wysoce biokompatybilnego poluretanu . Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie papier klasy medycznej , część sztywna dopasowana do kształtu kaniuli , kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności 6 paski RTG, wtopionych w materiał cewnika Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, nazwa własna produktu umożliwiająca identyfikację producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Rozmiar i przepływ: 0,9 mm-22G/25mm 42 ml/min (niebieska)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 20 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli dożylniej bezpiecznej wykonana z wysoce biokompatybilnego poliuretanu . Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie papier klasy medycznej , część sztywna dopasowana do kształtu kaniuli , kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności 6 paski RTG, wtopionych w materiał cewnika Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, nazwa własna produktu umożliwiająca identyfikację producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Rozmiar i przepływ: 1,1 mm 20G/32mm 67 ml/min (różowa)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 20 poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli dożylniej bezpiecznej wykonana z wysoce biokompatybilnego poliuretanu . Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie papier klasy medycznej , część sztywna dopasowana do kształtu kaniuli , kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności 6 paski RTG, wtopionych w materiał cewnika Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć,



samodomykający się korek portu bocznego ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, nazwa własna produktu umożliwiająca identyfikację producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Rozmiar i przepływ: 1,3 mm 20G/32mm 103 ml/min (zielona)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 29:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 38 poz. 1-8.

Pakiet 38. Czy zamawiający dopuści opatrunek pooperacyjny pakowany w pozycji nr 1-7 po 25szt, a w pozycji nr 8 po 50szt? Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 30:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1 poz. 23.

Zadanie 1, pozycja 23

Zwracamy się z prośbą o podanie kształtu i wymiarów wymaganego łącznika?

Odpowiedź: Standardowy rozmiar i kształt łącznika do złączania 2 drenów.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 38 poz. 1-8.

Zadanie 1, pozycja 23

Czy Zamawiający ma na myśli łącznik typu kapkon?



Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ma na myśli łącznik typu kapkon.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1-12.

Zadanie 7, pozycja 1-12 – Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1-12.

Zadanie 7, pozycja 1-12 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm+/-0,02, na dłoni 0,16mm+/-0,02, na mankiecie 0,14mm+/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 7 poz. 13-18.

Zadanie 7, pozycja 13-18 – Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 7 poz. 13-18.

Zadanie 7, pozycja 13-18 – Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie cytostatyków (min. 5 cytostatyków na min. 3 poziomie) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 7 poz. 19-22

Zadanie 7, pozycja 19-22 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 7 poz. 19-22.

Zadanie 7, pozycja 19-22 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaofertowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 7 poz. 23-26.

Zadanie 7, pozycja 23-26 – Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, o grubości na dłoni 0,12mm+/-0,01, o sile zrywu przed starzeniem min. 10N potwierdzone badaniami producenta, przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.

Zadanie 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na wypychanie na sucho 107,74 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 8 poz. 2.

Zadanie 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na wypychanie na sucho 80,6 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 8 poz. 2.

Zadanie 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozciąganie na mokro 82,1 N?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 15 poz. 1, 2, 3.

Zadanie nr 15, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści zestawy z taśmą mocującą o szerokości min. 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 15 poz. 1.

Zadanie nr 15, pozycja 1 – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm i serwetą na stolik instrumentarium w rozmiarze 150x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 15 poz. 1 wystąpiła oczywista omyłka pisarska będąca następstwem niezamierzonej niedokładności i Zamawiający oczekuje zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm i serwetą na stolik instrumentarium w rozmiarze 150x190cm.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 t.j. ze zm.) zmienia treść formularza cenowego – załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 15 poz. 1 oraz informuje, że uaktualniony dokument zawierający powyższą zmianę, który stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień otrzymuje nazwę „7NZP2024 formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ — ZMIANA 2” i jest wiążący przy składaniu ofert.



Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 15 poz. 2, 3.

Zadanie nr 15, pozycja 2, 3 – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm i serwetą na stolik instrumentarium w rozmiarze 150x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 15 poz. 2, 3 wystąpiła oczywista omyłka pisarska będąca następstwem niezamierzonej niedokładności i Zamawiający oczekuje zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm i serwetą na stolik instrumentarium w rozmiarze 150x190cm.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 t.j. ze zm.) zmienia treść formularza cenowego – załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 15 poz. 1, 2 oraz informuje, że uaktualniony dokument zawierający powyższą zmianę, który stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień otrzymuje nazwę „7NZP2024 formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ — ZMIANA 2” i jest wiążący przy składaniu ofert.

Pyt. nr 16. Dotyczy zadania nr 15 poz. 1.

Zadanie nr 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 17. Dotyczy zadania nr 15 poz. 1.

Zadanie nr 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych z ręcznikami w rozmiarze 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 18. Dotyczy zadania nr 15 poz. 2.

Zadanie nr 15, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu Header Bag z foliową wstawką TYVEC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 19. Dotyczy zadania nr 15 poz. 5.

Zadanie nr 15, pozycja 5 – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje zestawu z serwetą na stolik Mayo (a nie stolik instrumentariuszki) wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 15 poz. 5 wystąpiła oczywista omyłka pisarska będąca następstwem niezamierzonej niedokładności i Zamawiający oczekuje zestawu z serwetą na stolik Mayo (a nie stolik instrumentariuszki) wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 t.j. ze zm.) zmienia treść formularza cenowego – załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 15 poz. 5 oraz informuje, że uaktualniony dokument zawierający powyższą zmianę, który stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień otrzymuje nazwę „7NZP2024 formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ — ZMIANA 2” i jest wiążący przy składaniu ofert.

Pyt. nr 20. Dotyczy zadania nr 15 poz. 5.

Zadanie nr 15, pozycja 5 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnioną hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 21. Dotyczy zadania nr 18 poz. 2-10, 14, 15.

Zadanie nr 18, pozycje 2-10, 15-14 – Czy Zamawiający dopuści serwety z 4 etykietami samoprzylepnymi do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 22. Dotyczy zadania nr 18 poz. 12.

Zadanie nr 18, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na uchwyt lampy operacyjnej o parametrach:

Wysokość samego uchwytu: 8 cm

Wysokość całkowita: 8,5 cm

Średnica otworu: 3 cm

Średnica kołnierza: 13 cm?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 23. Dotyczy zadania nr 18 poz. 12.

Zadanie nr 18, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na uchwyt lampy operacyjnej o długości 15cm, średnica kołnierza 12cm a średnica otworu w kołnierzu pozwala zabezpieczyć uchwyt o wymiary od 1,8 do 4 cm?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 24. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Zadanie 20 pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne zabezpieczające wyłącznie przed zakłuciem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 25. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Zadanie 20 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu wyposażone w 6 pasków RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 26. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1, 2, 3.

Zadanie 20 pozycja 1-3. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby bezpośrednio na kaniuli umieszczone było logo producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 27. Dotyczy zadania nr 20 poz. 3.

Zadanie 20 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18G 1,3x45 o przepływie 100ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 28. Dotyczy zadania nr 23 poz. 1.

Zadanie 23 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², o wadze całkowitej podkładu 280 g ± 5 g oraz chłonności 3820,18 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 29. Dotyczy zadania nr 23 poz. 1.

Zadanie 23 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 30. Dotyczy zadania nr 23 poz. 2, 3.

Zadanie 23 pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o gramaturze 40g/m² (23g/m² papier, 17g/m² folia)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 31. Dotyczy zadania nr 23 poz. 2, 3.

Zadanie 23 pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o chłonności minimum 140ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 32. Dotyczy zadania nr 23 poz. 2, 3.

Zadanie 23 pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 33. Dotyczy zadania nr 23 poz. 4.

Zadanie 23 pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego z powierzchnią pokrytą włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x88 cm o gramaturze 125g /m², wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, o chłonności min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1, wkład chłonny, zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E Coli, część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m², wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 34. Dotyczy zadania nr 56 poz. 5, 6.

Zadanie 23 pozycja 5, 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym wykonanym z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 35. Dotyczy zadania nr 23 poz. 5, 6.

Zadanie 23 pozycja 5, 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 36. Dotyczy zadania nr 23 poz. 9.

Zadanie 23 pozycja 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 37. Dotyczy zadania nr 23 poz. 10.

Zadanie 23 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik włókninowy wykonany z włókniny typu Spunlace w rozmiarze 70x130cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 38. Dotyczy zadania nr 23 poz. 10.

Zadanie 23 pozycja 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 39. Dotyczy zadania nr 23 poz. 11.

Zadanie 23 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z bardzo miękkiego materiału włókninowego Spunlace o gramaturze 80 g/m², rozmiar 16x22cm?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 40. Dotyczy zadania nr 23 poz. 12, 13.

Zadanie 23 pozycja 12-13 – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 41. Dotyczy zadania nr 23 poz. 12, 13.

Zadanie 23 pozycja 12-13 – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm i szerokości 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 42. Dotyczy zadania nr 23 poz. 14.

Zadanie 23 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 43. Dotyczy zadania nr 23 poz. 14.

Zadanie 23 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z dekoldem w kształcie litery V i lamówką obszytą w kolorze ubrania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 44. Dotyczy zadania nr 26 poz. 8.

Zadanie 26, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 45. Dotyczy zadania nr 27 poz. 1.

Zadanie 27, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści basen z standardową prostą rączką?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 46. Dotyczy zadania nr 27 poz. 2.

Zadanie 27, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=120szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 47. Dotyczy zadania nr 27 poz. 3.

Zadanie 27, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=400szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 48. Dotyczy zadania nr 27 poz. 7, 12, 32.

Zadanie 27, pozycja 7, 12, 32. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 49. Dotyczy zadania nr 27 poz. 26.

Zadanie 27, pozycja 26. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o wysokości 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 50. Dotyczy zadania nr 27 poz. 26.

Zadanie 27, pozycja 26. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o wysokości 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 51. Dotyczy zadania nr 27 poz. 74.

Zadanie 27, pozycja 41. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 52. Dotyczy zadania nr 30 poz. 4, 5.

Zadanie 30 pozycja 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści maski bez zaworu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 53. Dotyczy zadania nr 30 poz. 12.

Zadanie 30 pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 54. Dotyczy zadania nr 30 poz. 13.

Zadanie 30 pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H₂O, wypychanie na sucho 80,6 kPa, rozciąganie na mokro 82,10 N?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 55. Dotyczy zadania nr 33 poz. 3.

Zadanie 33 pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 300 ml z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 56. Dotyczy zadania nr 37 poz. 31, 44, 45.

Zadanie 37 pozycja 31, 44, 45 – Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o składzie Nylon, Wiskoza, Bawełna, klej izopren?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 57. Dotyczy zadania nr 37poz. 43.

Zadanie 37 pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w kolorze cielistym w rozmiarze 30x72mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.



Pyt. nr 58. Dotyczy zadania nr 38 poz. 1-8.

Zadanie 37 pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w kolorze przezroczystym w rozmiarze 31x72mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 59. Dotyczy zadania nr 38 poz. 6.

Zadanie 38 pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 25szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 60. Dotyczy zadania nr 38 poz. 6.

Zadanie 38 pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 61. Dotyczy zadania nr 39 poz. 4.

Zadanie 39 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści tupfer fasolę w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 62. Dotyczy zadania nr 39 poz. 5.

Zadanie 39 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści tupfer fasolę w rozmiarze 9,5x9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

ZAPYTANIE NR 31:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 6 poz. 1.

Zadanie nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemnika 30 ml wypełnionego formaliną 18 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 6 poz. 2.

Zadanie nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemnika 60 ml wypełnionego formaliną 35 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 6 poz. 3.

Zadanie nr 6 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemnika 150 ml wypełnionego formaliną 80 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 6 poz. 4.

Zadanie nr 6 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemnika 250 ml wypełnionego formaliną 140 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 6 poz. 5.

Zadanie nr 6 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemnika 500 ml wypełnionego formaliną 320 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 6 poz. 7.

Zadanie nr 6 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemnika 2000-2300 ml wypełnionego formaliną 1200ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 6 poz. 7.

Zadanie nr 6 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 3000ml wypełnionego formaliną 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 6 poz. 3-8.

Zadanie 6 poz. 3-8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z wtykaną pokrywką ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłącznie w zakresie pozycji 5, 6, 7, 8 pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłącznie w pozycji 3, 4.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.

Zadanie 11 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym
- pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml
- pojemność komory pomiarowej 500 ml,
- skalowana komory: co 1ml od 4 do 50ml;
co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku)
- system By-Pass zapobiega przepełnieniu
- zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem)
- zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce
- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa)
- bezigłowy port do pobierania próbek
- możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące)
- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka
- dren jednoświatłowy o długości 120 cm, wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 20 poz. 2.

Zadanie 20 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 20G 1,1x32 mm o minim. Przepływie 60ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 27 poz. 8.

Zadanie 27 poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 28 poz. 2.

Zadanie 28 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu znieczulającego o poniższym opisie:

- rozpuszczalny w wodzie
- zawiera antyseptyczny glukonat chlorheksydyny, który eliminuje ryzyko infekcji,
- chlorowodorek lidokainy jest środkiem miejscowo znieczulającym, stosowanym w celu zapobiegania bólowi
- zapewnia bezbolesne cewnikowanie z efektem znieczulenia,
- dzięki właściwościom nawilżającym hydroksyetylocelulozy, minimalizuje dyskomfort u pacjenta.
- żel do nawilżania cewników i innych wyrobów medycznych podczas cewnikowania układu moczowego, endoskopii lub cytoskopii
- może być również stosowany do aplikacji doodbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.



- działanie nawilżające żelu: pomaga zapobiegać urazom powstającym podczas kontaktu błony śluzowej układu moczowego, okrężnicy i odbytnicy z cewnikiem/innym urządzeniem medycznym. - minimalizuje dyskomfort pacjenta podczas badań.

- sterylizowane radiacyjnie
- pojemność 6 ml lub 11 ml

100g OneGel zawiera:

- Czysta woda (Pure water)
- Glikol Propylenowy, Hydroksyetyloceluloza (lubrykant)
- 2g Chlorowoderek lidokainy (Środek znieczulający miejscowo)
- 0,25g Chlorhexidine Gluconate- 20% stężenie (Antiseptic)
- 0.02g Hydroksybenzoesan metylu (środek konserwujący)
- 0,02g Hydroksybenzoesan propylu (środek konserwujący)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 28 poz. 3.

Zadanie 28 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rampy znieczulającego o poniższym opisie:

Rampa – wykonane z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. 2,3,4,5 lub 6 kranikowe (każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony integralnym systemem bezigłowym (Bionector) z dodatkowym bocznym wejściem zakończonym systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym 50 lub 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZAPYTANIE NR 32:

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 26.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 może doprecyzować jakie stężenie jest wymagane?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 26 nie występuje treść zawarta w pytaniu.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 26 alkoholu o parametrach zgodnych z wymaganiami Farmakopei Polskiej oraz Farmakopei Europejskiej (zgodność każdej serii wyrobu potwierdzona jest każdorazowo świadectwem jakości)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 26 nie występuje treść zawarta w pytaniu.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianą treści SWZ, zamieszcza na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej „openNexus” <https://platformazakupowa.pl/pn/pczlwowek>, zwanej dalej Platformą zakupową w zakładce do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia – <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1036622>, uaktualnione dokumenty pn.:

1) 7NZIP2024 Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ — ZMIANA 2

2) 7NZIP2024 UMOWA - załącznik nr 7 do SWZ — ZMIANA 2

Ponadto, Zamawiający informuje, działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. ze zm.), że w związku z udzieleniem odpowiedzi po upływie terminu zawartego w art. 135 ust. 2 w/n ustawy w dniu **30.12.2024 r. pismem znak: PCZ/NZIP/ 169 /2024** dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ i dokonał zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia **31.12.2024 r.** na dzień



09.01.2025 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostały bez zmian. Ponadto, Zamawiający dokonał zmiany terminu związania ofertą z dnia 30.03.2025 r. na dzień 08.04.2025 r.

Powyższe odpowiedzi oraz wynikające z nich zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi oraz wyraźnie zaznaczyć to w ofercie w tym w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SWZ (wskazać której odpowiedzi na zapytanie dotyczy zmiana).

Z poważaniem

Z upoważnienia

**PREZESA ZARZĄDU
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Lwówku Śląskim**

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Łukasz Klimowski

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Odpowiedzi przygotował/a:

Pani Dorota Bajóra – Specjalista ds. Zaopatrzenia w zakresie zadania nr 1 do 35,

Pani Iwona Mularczyk – Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej w zakresie zadania nr 36 do 40,

Pan Łukasz Klimowski – Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w zakresie wzoru umowy.

Otrzymują:

1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1036622>

2) a/a



Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 6161528548, REGON 020832110, BDO: 000075914
Sekcja Zamówień Publicznych:
Tel. 514 732 567 , fax 75 782 44 32
e-mail lklimowski@pczlwowek.pl , www.pczlwowek.pl

