



Nowy Sącz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Znak: ZP.271.1.2024

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn. „Zakup 2 szt. ambulansów drogowych typu C”. Postępowanie 151381-2024.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje odpowiedzi na pytania zadane w dniu 27 marca 2024 r.

1. Pytanie nr 1 - DOTYCZY: Wideolaryngoskop

Czy przy zachowaniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści ofertę na wysokiej jakości wideolaryngoskop UeScope UED-A, który posiada jedną diodę LED wysokiej intensywności, zalecaną temperaturę +5°C do +40°C oraz temperaturę przechowywania i transportu w zakresie -40°C do +55°C?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści ofertę na wysokiej jakości wideolaryngoskop UeScope UED-A, który posiada jedną diodę LED wysokiej intensywności, zalecaną temperaturę +5°C do +40°C oraz temperaturę przechowywania i transportu w zakresie -40°C do +55°C

2. Pytanie nr 2 - Dotyczy: Wzór Umowy §6 pkt. 8

Czy Zamawiający wydłuży czas podjęcia naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej i/lub wyposażenia medycznego z terminu 48 godzin do 72 godzin od chwili zgłoszenia.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuży czas podjęcia naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej i/lub wyposażenia medycznego z terminu 48 godzin do 72 godzin od chwili zgłoszenia.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia.

Dyrektor  
SPZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego  
mgr Bożena Hudzik  
/podpisano podpisem elektronicznym/