



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń dnia 23.10.2020 r.

Numer sprawy: SPZOZ-ZP/2/24/**242/15/2020**

Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – CZ. IV

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, cz. I.**

Zamawiający SPZOZ w Wieluniu informuje, że wpłynęły za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa oraz e-mail) wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 147, Pakiet nr 15, poz. 3

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 15 poz. 3 pokrycie higieniczne i utworzenie z niej osobnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 148, Pakiet nr 5, poz. 1

Ze względu na największą szacunkową ilość zamawianych rękawic, a co za tym idzie również wartość, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli Wykonawcom złożyć konkurencyjne oferty.

Odpowiedź: Pakiet 5 poz. 1 nie dotyczy rękawic.

Pytanie 149, Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których powierzchnia zewnętrzna jest jedynie mikroteksturowana, a które od wewnątrz są polimerowane, mające poziome protein lateksu $\leq 79 \mu\text{g/g}$, pakowane podwójnie, wewnątrz w opakowanie papierowe, a zewnątrz w foliowe? Rękawice spełniają pozostałe wymogi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150, Pakiet 3, pozycje 1 – 10, 14 – 17

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby wyroby pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 151, Pakiet 3, pozycje 14 – 17

Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek z drenem zakończonym łącznikiem Luer z zatyczką?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 152, Pakiet 3, pozycje 14 – 17

Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek nieprzezroczystymi skrzydełkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153, Pakiet 3, pozycje 20 – 22

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne z ostrzem długościętym (bez informacji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Certyfikat ISO 9001:2015

Pytanie 154, Pakiet 3, pozycja 20 – 22

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155, Pakiet 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły do pobierania leków z fiolek, w rozmiarze 18G 1,2 x 30mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156, Pakiet 4, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 157, Pakiet 4, pozycja 4,5

Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym spełniającym rolę zastawki?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 158, Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 159, Pakiet 4, pozycja 7,8,10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 160, Pakiet 4, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 161, Pakiet 4, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści aplikator bez zastawki?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 162, Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny koreczek luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 163, Pakiet 4, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści niebieską zatyczkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164, Pakiet 4, pozycja 17-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 165, Pakiet 7, pozycja 1 – 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby wyroby pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie nr 138 cz. III Wyjaśnień treści SIWZ z dnia 22.10.2020 r.

Pytanie 166, Pakiet 7, pozycja 1 – 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną o 10%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167, Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 1400 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 168, Pakiet 7, pozycje 1 – 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą w zupełności zabezpieczającą tłok przed wypadnięciem?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 169, Pakiet 7, pozycje 5,6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'85szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 170, Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą o długości 13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i pochodnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, w całości pozbawioną ftalanów, bez miejsca do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, z nazwą producenta nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym zamiast na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172, Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów inf. z igłą biorczą umieszczoną centralnie (w osi przyrządu) z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, w całości pozbawioną ftalanów, z drenem o długości 150cm, z nazwą producenta nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym zamiast na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173, Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 174, Pakiet 11, pozycje 8-16

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z nieprzezroczystymi konektorami?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 175, Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla chorych zakładaną przez głowę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 176, Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce perforowany, co 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177, Pakiet 16, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178, Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu fizjologicznego z serwetą na stół narzędziowy 100 x 150 cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179, Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu fizjologicznego z pokrowcem na kończynę 70 x 120 cm z włókniny SMS o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedź: Pokrowiec na kończynę nie jest konieczny.

Pytanie 180, Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu fizjologicznego z nożyczkami do cięcia krocza metalowymi 14,5 cm (zamiast 18 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 181, Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu fizjologicznego z korcangiem plastikowym 23 cm (zamiast 24 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182, Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu fizjologicznego z nerką plastikową zamiast tekturowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183, Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy z nożyczkami w pełni metalowymi, zabezpieczonymi przed otwarciem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184, Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy z serwetą 50 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm (w miejsce serwety 75x45 z otworem o średnicy 10cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185, Pakiet 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego z serwetą 50 x 70 cm o gramaturze 54 g/m², zamiast serwety 45 x 75 cm o gramaturze 42 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186, Pakiet 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego z serwetą 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm, z przylepcem, gramatura 60g/m² (w miejsce serwety 50x60cm z otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu i 2 przylepcami w górnych rogach serwety)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187, Pakiet 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego z serwetą 75 x 80 cm z otworem 6 x 15 cm przylepnym, na każdym rogu serwety dodatkowo przylepieć (w miejsce serwety 50x60cm z otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu i 2 przylepcami w górnych rogach serwety)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 188, Pakiet 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 189, Pakiet 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego w opakowaniu, gdzie etykieta główna pozostaje na foliowej części opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 190, Pakiet 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z nerką plastikową zamiast tekturowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 191, Pakiet 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z kompresami gazowymi o wadze 1 kompresu 1,892g?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 192, Pakiet 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z ampulką z wodą sterylną 10 ml (w miejsce strzykawki wypełnionej jałową wodą z 10% gliceryną z opakowaniu typu miękki blister 10ml)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 193, Pakiet 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z elementami z pkt.2) umieszczonymi w foliowej kopercie i doklejonymi do opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 194, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą 50 x 70 cm, gramatura 54 g/m² (w miejsce serwety 50x60 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą 50 x 75 cm z centralnym otworem o śr. 7 cm, laminat PP+PE, 60g/m² (w miejsce serwety o gramaturze 42 g/m² w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 5cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i gramaturę, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 196, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z rękawicami lateksowymi zamiast nitrilowymi?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 197, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z tupferami w ilości 4 szt (zamiast 5 szt)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 198, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z kompresami w ilości 5 szt (zamiast 8 szt)?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 199, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z miską 120 ml (w miejsce pojemnika plastikowego 125 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 200, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 201, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z ampułką z wodą sterylną 10 ml (zamiast strzykawki wypełnionej jałową wodą z 10% gliceryną 10ml)?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 202, Pakiet 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z elementami poza zestawem doklejonymi w foliowej kopercie?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 203, Pakiet 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego z serwetą 60x90 cm o poniższych parametrach:

wytrzymałość na rozciąganie na sucho 56 N

wytrzymałość na rozciąganie na mokro 50 N

wytrzymałość na wypychanie na sucho 110 kPa

wytrzymałość na wypychanie na mokro 100 kPa

odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 204, Pakiet 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego z podkładem chłonnym o wadze 77g, chłonności 1177 ml?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 205, Pakiet 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego z kleszczykami metalowymi 18 cm (zamiast 20 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 206, Pakiet 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego z kleszczykami do igły 15 cm (zamiast 20 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 207, Pakiet 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego z kleszczykami metalowymi do opatrunku rochester pean prosty 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 208, Pakiet 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego z nożyczkami tępo-tępymi 15 cm (zamiast 17 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 209, Pakiet 16, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 210, Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii w składzie:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów.
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 211, Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, skład zestawu:


- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończy o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x torba na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Osobno do zestawu dołożona kieszeń dwukomorowa 30x40 cm samoprzylepna na narzędzia.

Odporność na rozzerwania sucha/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucha/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 212, Pakiet 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do chirurgii biodra wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażonego we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20cmx100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Osobno do zestawu dołożona kieszeń dwukomorowa 30x40 cm samoprzylepna na narzędzia. Odporność na rozerwanie suchy/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na suchy/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłoność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 213, Pakiet 17, pozycja 4, 5, 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m², na opakowaniu 4 etykiety do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 214, Pakiet 17, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, serweta 150 cm x 200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm. Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie z serwetą na stół instrumentalny. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 215, Pakiet 17, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem samoprzylepnym 6x8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 216, Pakiet 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Na opakowaniu 4 etykiety do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 217, Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw chirurgiczny wzmocniony wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m². Serwety w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Osobno do zestawu dołożona kieszeń dwukomorowa 30x40 cm samoprzylepna na narzędzia.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 218, Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², o średnicy po rozciągnięciu około 53cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepków z włókniny polipropylenowej typu Spubond.

Pytanie 219, Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², o średnicy ok. 47cm?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 220, Pakiet 19, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 221, Pakiet 19, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ochraniaczy z włókniny polipropylenowej typu Spubond.

Pytanie 222, Pakiet 19, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 71x116cm lub 71x180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch o wymiarach 71x116 cm.

Pytanie 223, Pakiet 21, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 25µm?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 224, Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 225, Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 70x74cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 226, Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 789ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład o minimalnej chłonności 1400 ml.

Pytanie 227, Pakiet 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład o minimalnej chłonności 1500 ml.

Pytanie 228, Pakiet 23, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 229, Pakiet 31, pozycja 1-7,10-24

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z niesilikowanego, wysokiej jakości medycznego PCV, w opakowaniu papier-folia bez zgrzewów punktowych?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 230, Pakiet 31, pozycja 25-31

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne wykonane z niesilikowanego, wysokiej jakości medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 231, Pakiet 31, pozycja 32-39

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z wysokiej jakości PE (polietylenu) pozbawionego PCV i ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 232, Pakiet 31, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 3 o długości 90mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 233, Pakiet 31, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 4 o długości 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 234, Pakiet 32, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren Redon F20 x 500mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 235, Pakiet 33, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 236, Pakiet 36, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuszcza cewnik do karmienia z 3 znacznikami głębokości na drenie zamiast skalowania?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 237, Pakiet 36, pozycje 20 – 26

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 238, Pakiet 37, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie o 50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 239, Pakiet 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 3?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 240, Pakiet 38, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 1400mm lub 2000mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 1400 mm.

Pytanie 241, Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści:

Zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu

Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml

Komora zbiorcza 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml)

Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem

Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i

bezpiecznym łącznikiem do cewnika


Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących

Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowaniach „papier-folia”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 242, Pakiet 45, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki jak na zdjęciu poniżej:



?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 243, Pakiet 48, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 244, Pakiet 48, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 245, Pakiet 49, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cesarskiego cięcia z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², skład zestawu:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

+ fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS L - 3 sztuki, pakowany osobno?

Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 246, Pakiet 58, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej typu Spubond.

Pytanie 247, Pakiet 58, pozycja 3, 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy chirurgiczny z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 248, Pakiet 58, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy chirurgiczny o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów, z 4 etykietami transferowymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 249, Pakiet 58, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy chirurgiczny o odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 66 cm H₂O?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 250, Pakiet 58, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy chirurgiczny o odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 100 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 251, Pakiet 60, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 252, Pakiet 60, pozycja 2*Czy Zamawiający dopuści szkiełko ze szlifowanymi brzegami?***Odpowiedź:** Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.**Pytanie 253, Pakiet 63, pozycja 3,13,19***Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?***Odpowiedź:** Zamawiający wymaga oryginalnego papieru w pozycji 13,19, w pozycji nr 3 dopuszcza papier kompatybilny.**Pytanie 254, Pakiet 70, pozycja 3***Czy Zamawiający dopuści basen głęboki jak na zdjęciu poniżej:*

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 255, Pakiet 70, pozycja 8***Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 700ml?***Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 256, Pakiet 71, pozycja 1***Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 90 sztuk?***Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglonych w górę.**Pytanie 257, Pakiet 71, pozycja 6-8***Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?***Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 258, Pakiet 83, pozycja 1***Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 24G 0,7x19mm?***Odpowiedź:** Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ i załączników do niej.**Pytanie 259, Pakiet 86, pozycja 2***Czy Zamawiający ma na myśli woreczki do pobierania moczu?***Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli uniwersalne woreczki do pobierania moczu u niemowląt.**Pytanie 260, Pakiet 94, pozycja 1***Czy Zamawiający dopuści preparat 6-cio gramowy pakowany po 20 szt. i przeliczenie liczby na 5 opakowań?***Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu****Anna Freus**

Zatwierdził

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Na oryginale właściwy podpis: p.o. Dyrektora SPZOZ w Wieluniu Anna Freus

