



Kup, dn. 20 maja 2024 r.

Nr sprawy ZP/8/2024

## Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz środków do profesjonalnego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitala.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Pakiet 2 poz. 1 - Z powodu wycofania chusteczek Ecolab na bazie substancji 2-propanol prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek na bazie mieszaniny etanolu 57g i izopropanolu 6g, spełniających wszystkie pozostałe zapisy SWZ.

**Odp.: Zamawiając dopuszcza.**

2. ZESTAW NR 2, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki typu Incidin Alcohol wipes do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie mieszaniny alkoholi propylowych bez zawartości barwników i substancji zapachowych oraz QAV. Gramatura chusteczki 28g/m<sup>2</sup>. Wymiary 20x20 cm. Skuteczność działania potwierdzona przy użyciu roztworu odcisniętego z chusteczki. Spektrum działania: B, Y, bójczy wobec prątków gruźlicy - 1 minuta, V (HIV, HBV, HCV, Rota) – 30 sekund, adeno, noro - 5 minut, okres trwałości po pierwszym otwarciu: 2 miesiące w opakowaniu flow pack 100 sztuk Chusteczek?

**Odp.: Zamawiając dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań.**

3. ZESTAW NR 2, poz. 19 - Czy zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki do nasączania typu Incidin Premium Wipes, nisko pyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, pakowane w rolki, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, w rolce 99 chusteczek, gramatura 60g/m<sup>2</sup>, wymiary min. 20x38 cm. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna, umożliwiająca opis produktu jak: nazwa preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Chusteczki kompatybilne z preparatem Incidin Pro.?

**Odp.: Zamawiając dopuszcza.**

4. Zadanie 2 pozycja 9 - W związku z wycofaniem ze sprzedaży opakowań o pojemności 2 l czy Zamawiający dopuści do oceny opakowanie o pojemności 10l z przeliczeniem ilości do 1 pełnego opakowania ?

**Odp.: Zamawiając dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań.**