

Bydgoszcz, 10 lipca 2023 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawu do pomiarów tensometrycznych obiektów budowlanych (RZP.243.34.2023).

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w zakresie opisanym poniżej (skreślenia zapisów roboczych):

1. Załącznik nr 3 do SWZ Zmodyfikowany, ust. 1, pkt 4) lit. h) oraz j)

Skreśla się zapis:

1. System pomiarowy
- 4) Wymagane parametry i funkcjonalności analizatorów sygnałów, jednostki pomiarowe:
 - h) napięcie zasilania dla aktywnych przetworników co najmniej 24V DC;
 - j) obsługa czujników piezorezystancyjnych, tachometrycznych, indukcyjnych;

Wprowadza się zapis:

1. System pomiarowy
- 4) Wymagane parametry i funkcjonalności analizatorów sygnałów, jednostki pomiarowe:
 - (...)
 - h) napięcie zasilania dla aktywnych przetworników co najmniej 24V DC – **dla co najmniej 24 kanałów pomiarowych;**
 - (...)
 - j) obsługa czujników piezorezystancyjnych, tachometrycznych, indukcyjnych – **dla co najmniej 24 kanałów pomiarowych;**

2. Załącznik nr 3 do SWZ Zmodyfikowany, ust. 3, pkt 1.3). lit. g)

Skreśla się zapis:

3. Sensory
- 1) Zestaw jednoosiowych oraz trójosiowych akcelerometrów MEMS wraz z przewodami i akcelerometrami:
 - 1.3) Komplet 2 trójosiowych akcelerometrów MEMS DC
 - g) Napięcie zasilania, zakres co najmniej: 8 V do 30 V DC

Wprowadza się zapis:

3. Sensory
- 1) Zestaw jednoosiowych oraz trójosiowych akcelerometrów MEMS wraz z przewodami

i akcelerometrami:

1.3) Komplet 3 jednoosiowych akcelerometrów MEMS DC

g) Napięcie zasilania, zakres **co najmniej: 5 V do 28 V DC**

3. Załącznik nr 4 do SWZ wzór umowy, Załącznik nr 1 do umowy (Warunki gwarancji), punkt 4.

Skreśla się zapis:

Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu w terminie 30 dni kalendarzowych

Wprowadza się zapis:

Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu w terminie **30 dni roboczych**

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający

.....