



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 28 listopada 2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym na „Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Radziejów” II postępowanie – ogłoszonego pod numerem : 2023/BZP 00509538 z dnia 2023-11-23

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) poniżej udzielamy wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 1 :Komora hiperbaryczna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę hiperbaryczną będąca wyrobem medycznym wg. ustawy o wyrobach medycznych spełniająca następujące warunki;

1.Komora hiperbaryczna wykonana z tworzywa uretanowego będącego bardzo wytrzymałym materiałem odpowiednim lub trwalszym od wymaganego, wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej

pkt.2.Wymiary 250x85 cm

pkt.5.Ciśnienie do 1,8 ATA

pkt.9. Liczba okien -6 ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 3 :Bieżnia

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni medyczną z następującymi parametrami :

pkt.6.Powierzchnia biegowa 48x140 cm

pkt.10.Zasilanie 100-240 VAC+/-20% ,50/60 Hz, 10 A

pkt.11.Max waga użytkownika do 150 kg

Pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

SWZ:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania termin realizacji do 60 dni ?

Zbliżający się koniec roku to zwiększone zamówienia u producentów oraz przerwa świąteczno-noworoczna. Powoduje to wydłużenie terminów realizacji dostaw.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin złożenia i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

XXIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie: do dnia: **05.12.2023 r. do godziny 09:00**
2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert w dniu **05.12.2023 r. o godzinie 09:15**

XIX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **przez okres 30 dni do dnia 03.01.2024**

DYREKTOR

dr Sebastian JANKIEWICZ