



ZZP.2380.66.2024

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.¹

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 4.

Prosimy o dopuszczenie bloku grzewczego o mocy 250W, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza bloku grzewczego o mocy 250W. Blok grzewczy musi mieć moc min. 400W.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 5.

Waga laboratoryjna z dokładnością 0,01g: prosimy o dopuszczenie wagi z kalibracją półautomatyczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wagi z kalibracją półautomatyczną. Waga musi posiadać automatyczną kalibrację wewnętrzną za pomocą wbudowanego wzorca masy.

Pytanie nr 3

Dotyczy części nr 5.

Waga laboratoryjna z dokładnością 0,01g: prosimy o dopuszczenie wagi z szalką o wymiarach 195x175 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza się wagi z szalką o wymiarach 195x175 mm. Proponowana przez wykonawcę szalka jest prostokątna, Zamawiający wymaga szalki okrągłej o średnicy nie mniejszej niż 175 mm (pkt 5.1.8 OPZ).

Pytanie nr 4

Dotyczy części nr 5.

Waga laboratoryjna z dokładnością 0,01g: prosimy o doprecyzowanie w ilu i jakich punktach ma być wzorcowana waga.

Odpowiedź Zamawiającego:

Waga powinna być wzorcowana w pięciu punktach.

Pytanie nr 5

Dotyczy części nr 6.

Prosimy o dopuszczenie myjki ultradźwiękowej bez uchwytów. Urządzenia tej wielkości (czyli 28 litrów i wadze 32 kg) zazwyczaj nie są zbyt często przenoszone.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza myjkę ultradźwiękową bez uchwytów. Jednocześnie dokonuje zmiany w treści SWZ², polegającej na wykreśleniu pkt 6.5.8 w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 6: „Gęstościomierz, myjka, suszarka” zawartym w załączniku nr 1 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ polegającej na zmianie terminu związania ofertą na dzień **25.10.2024 r.** oraz terminów składania i otwarcia ofert na dzień **26.09.2024 r.**, w związku z tym:

¹ podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą”

² podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy

- 1) pkt 10 SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA) otrzymuje brzmienie:
Termin związania ofertą upływa w dniu 25.10.2024 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 2) pkt 12 SWZ (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:
 - 12.1 *Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie pod adresem wskazanym w pkt. 11.3.1, przy czym termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2024 r. o godz. 10:00.*
 - 12.2 *Otwarcie ofert, poprzez ich automatyczne odszyfrowanie na Platformie, nastąpi w dniu 26.09.2024 r. o godz. 10:30.*

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
z up. w Poznaniu
Z/ STĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
ml insp. Violetta Mójta